

## ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK

|                          |                                                        |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|
| Název veřejné zakázky:   | Přístrojové vybavení pro TRN<br>Část 2,3               |
| Zadávací řízení:         | Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky, otevřené řízení |
| Evidenční číslo zakázky: | O-2023-17                                              |
| Zadavatel:               | Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace              |
| Statutární orgán:        | MUDr. Lukáš Velev, MHA                                 |
| Sídlo:                   | Vrchlického 59, 586 33 Jihlava                         |
| IČ/DIČ:                  | 0090638/CZ00090638                                     |

**Předmět VZ:** Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 kusu bicyklového spiroergometru a 1 kusu přenosného spirometrického systému, včetně souvisejícího vybavení a příslušenství. Součástí plnění je též doprava, instalace, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a bezplatný záruční servis.

**Zakázka zahájena dne: 24.7. 2023**

**Otevírání nabídek provedeno dne: 2.10. 2023**

### Komise:

|                       |                                                                    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Jmenovaní členové:    | Ing. Alexander Filip, Ing. Pavel Slezák, Bc. Filip Dvořáček        |
| Jmenovaní náhradníci: | Ing. Jitka Hiršová, MHA, Ing. Petra Příhodová, Bc. Miroslav Křížek |
| Přítomní členové:     | Ing. Alexander Filip, Ing. Jiří Randa, Bc. Filip Dvořáček          |
| Přítomní náhradníci:  | -                                                                  |
| Omluven:              | -                                                                  |

Hodnocení a posouzení nabídek bylo provedeno na jednání ustanovené hodnotící komise dne 2.10. 2023 v souladu s § 119 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

## Část 2 – Bicyklový spiroergometr

### Účastníci zadávacího řízení:

| Název                           | IČO      | Sídlo                                   |
|---------------------------------|----------|-----------------------------------------|
| BTL zdravotnická technika, a.s. | 26884143 | Makovského náměstí 3147/2, 616 00, Brno |
| Kurka.Med s.r.o.                | 41691849 | Jabloňová 2882, 106 00 Praha 10         |

### Podané nabídky:

| Název                           | IČO      | Celková nabídková cena za předmět plnění bez DPH |
|---------------------------------|----------|--------------------------------------------------|
| BTL zdravotnická technika, a.s. | 26884143 | 670 000,- Kč                                     |
| Kurka.Med s.r.o.                | 41691849 | 779 830,- Kč                                     |

### Způsob hodnocení:

Nabídky budou hodnoceny za základě **kritéria celkové nabídkové ceny za předmět plnění bez DPH**, kde je rozhodná nabídková cena uvedená v krycím listu nabídky (Příloha č. 1 ZD).

| Kritérium                                        | Váha  |
|--------------------------------------------------|-------|
| Celková nabídková cena za předmět plnění bez DPH | 100 % |

Jako vítězná bude vyhodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou za předmět plnění bez DPH. V případě shodné hodnoty u dvou či více nabídek, rozhoduje o celkovém pořadí nabídek los za účasti notáře a těch účastníků, jejichž nabídky obsahovaly shodné hodnoty.

### Hodnocení:

Dle stanoveného způsobu hodnocení byla posouzena jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka dodavatele **BTL zdravotnická technika, a.s.** Nabídka vybraného dodavatele bude dále posuzována z hlediska splnění všech podmínek daných zadávací dokumentací.

### Posouzení nabídky vybraného dodavatele:

|                                                     |                  |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| Krycí list nabídky (elektr. originál)               | ze dne 5.9. 2023 |
| Čestné prohlášení dodavatele (elektr. originál)     | ze dne 5.9. 2023 |
| Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů         | ze dne 4.9. 2023 |
| Výpis z Obchodního rejstříku (úředně ověřená kopie) | ze dne 4.9. 2023 |

Výpis ze Živnostenského rejstříku (kopie)

ze dne 4.9. 2023

Návrh kupní smlouvy (doplněný, elektr. originál)

ze dne 7.9. 2023

Příloha č. 3 – Technická specifikace předmětu plnění

doplněno

**BTL CardioPoint CPET, výrobce BTL – produktový list s technickým popisem**

Z předložené dokumentace není u některých bodů *Přílohy č. 3 ZD – Technická specifikace předmětu plnění* zcela jednoznačné, zda dodavatel splnil veškeré požadavky zadavatele na předmět plnění. V souladu s podkap. 10.2 Zadávací dokumentace a pro zajištění řádného průběhu zadávacího řízení by si měl zadavatel vyžádat **doložení relevantních podkladů k nabízenému předmětu plnění**, ze kterých musí být zřejmé, že dodavatel jednoznačně splňuje všechny minimální technické parametry stanovené ZD. Takovými relevantními podklady jsou: **technický list výrobce, návod k použití, datasheet, fotografie** apod.

Jedná se o tyto konkrétní parametry:

| P. č. | Požadavek                                                                                                                                                                                   | ANO/NE<br>Konkrétní hodnota<br>nabízeného<br>zařízení |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 3     | Vestavěný, plně automatický kalibrační systém snímače objemu (bez nutnosti použití kalibrační pumpy)                                                                                        | Vestavěná kalibrační pumpa                            |
| 7     | SpO2 snímač s ušní elektrodou                                                                                                                                                               | Na prst                                               |
| 8     | Určení Flow-Volume křivky v klidu a během zátěže, včetně parciální křivky, navržení křivky, přizpůsobení a stanovení EELV nebo IC                                                           | nedoplněno                                            |
| 16    | Možnost nastavení každé jednotlivé EFVL pro výpočet EEL                                                                                                                                     | NE                                                    |
| 24    | Spiroergometrický systém musí umožnit budoucí rozšíření o mísící jednotku, Cardiac output CO2 rebreathing – měření srdečního výdeje neinvazivní cestou, High / Low FiO2 a P0.1 během zátěže | NE                                                    |
| 36    | Napájení vyměnitelnými bateriemi (ne vestavěné)                                                                                                                                             | Vestavěné (výdrž baterie až 8 hodin)                  |
| 38    | Naměřená data EKG uložená v jedné databázi se spiroergometrickými daty                                                                                                                      | doložit                                               |

#### Identifikace skutečného majitele:

Skuteční majitelé (dle výpisu z evidence skutečných majitelů platného ke dni 2.10. 2023):

- Mgr. Jan Vild, nar. září 1968

#### Posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny:

Mimořádně nízká nabídková cena nebyla zjištěna. Nabídková cena odpovídá předběžnému průzkumu trhu, referenčním dodávkám, cenám zjištěným u jiných zadavatelů a cenám v místě a čase obvyklým.

**Závěr:**

Ustanovená hodnotící komise provedla kontrolu nabídky vybraného dodavatele **BTL zdravotnická technika, a.s.** a konstatuje, že by si měl zadavatel vyžádat doložení relevantních podkladů k nabízenému předmětu plnění.

Před podpisem této zprávy jsou členové komise vyzváni k eventuálnímu doplnění, nebo vyjádření nesouhlasu s některým bodem. Svými podpisy stvrzují správnost a platnost údajů.

V Jihlavě dne 2.10. 2023



Ing. Alexander Filip



Ing. Pavel Slezák



Bc. Filip Dvořáček