

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK

Název veřejné zakázky:	Přístrojové vybavení pro TRN Část 2,3
Zadávací řízení:	Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky, otevřené řízení
Evidenční číslo zakázky:	O-2023-17
Zadavatel:	Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
Statutární orgán:	MUDr. Lukáš Velev, MHA
Sídlo:	Vrchlického 59, 586 33 Jihlava
IČ/DIČ:	0090638/CZ00090638

Předmět VZ: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 kusu bicyklového spiroergometru a 1 kusu přenosného spirometrického systému, včetně souvisejícího vybavení a příslušenství. Součástí plnění je též doprava, instalace, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a bezplatný záruční servis.

Zakázka zahájena dne: 24.7. 2023

Otevírání nabídek provedeno dne: 2.10. 2023

Komise:

Jmenovaní členové:	Ing. Alexander Filip, Ing. Pavel Slezák, Bc. Filip Dvořáček
Jmenovaní náhradníci:	Ing. Jitka Hiršová, MHA, Ing. Petra Příhodová, Bc. Miroslav Křížek
Přítomní členové:	Ing. Alexander Filip, Ing. Jiří Randa, Bc. Filip Dvořáček
Přítomní náhradníci:	-
Omluven:	-

Hodnocení a posouzení nabídek bylo provedeno na jednání ustanovené hodnotící komise dne 2.10. 2023 v souladu s § 119 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Část 3 – Přenosný spirometrický systém

Účastníci zadávacího řízení:

Název	IČO	Sídlo
MR Diagnostic s.r.o.	25245791	Pod Višňovkou 1662/21 Praha 4, 140 00
Kurka.Med s.r.o.	41691849	Jabloňová 2882, 106 00 Praha 10

Podané nabídky:

Název	IČO	Celková nabídková cena za předmět plnění bez DPH
MR Diagnostic s.r.o.	25245791	85 747,28 Kč
Kurka.Med s.r.o.	41691849	107 020,00 Kč

Způsob hodnocení:

Nabídky budou hodnoceny za základě kritéria celkové nabídkové ceny za předmět plnění bez DPH, kde je rozhodná nabídková cena uvedená v krycím listu nabídky (Příloha č. 1 ZD).

Kritérium	Váha
Celková nabídková cena za předmět plnění bez DPH	100 %

Jako vítězná bude vyhodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou za předmět plnění bez DPH. V případě shodné hodnoty u dvou či více nabídek, rozhoduje o celkovém pořadí nabídek los za účasti notáře a těch účastníků, jejichž nabídky obsahovaly shodné hodnoty.

Hodnocení:

Dle stanoveného způsobu hodnocení byla posouzena jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka dodavatele **MR Diagnostic s.r.o.** Nabídka vybraného dodavatele bude dále posuzována z hlediska splnění všech podmínek daných zadávací dokumentací.

Posouzení nabídky vybraného dodavatele:

Krycí list nabídky (elektr. originál)	ze dne 31.8. 2023
Čestné prohlášení dodavatele (elektr. originál)	ze dne 31.8. 2023
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů	ze dne 31.8. 2023

Návrh kupní smlouvy (doplněný, elektr. originál)

ze dne 31.8. 2023

Příloha č. 3 – Technická specifikace předmětu plnění

doplněno

Mobilní spirometrický systém Spirostik Blue, výrobce Geratherm Respiratory GmbH - produktový list s technickým popisem

Z předložené dokumentace není u některých bodů *Přílohy č. 3 ZD – Technická specifikace předmětu plnění* zcela jednoznačné, zda dodavatel splnil veškeré požadavky zadavatele na předmět plnění. V souladu s podkap. 10.2 Zadávací dokumentace a pro zajištění řádného průběhu zadávacího řízení by si měl zadavatel vyžádat **doložení relevantních podkladů k nabízenému předmětu plnění**, ze kterých musí být zřejmé, že dodavatel jednoznačně splňuje všechny minimální technické parametry stanovené ZD. Takovými relevantními podklady jsou: **technický list výrobce, návod k použití, datasheet, fotografie** apod.

Jedná se o tyto konkrétní parametry:

2	Rozsah průtoku min. 0 - 16000 ml/s, rozlišení 1 ml, přesnost +-3% nebo 50ml	16l, +-3% nebo 50ml, 1ml
---	--	-----------------------------

- dodavatel udává průtok 16l, ale není zřejmé, zda je splněno rozmezí 0-16l, které požaduje zadavatel

3	Odpor proudění vzduchu menší než 0.05 kPa/L/s (0.51 cmH2O/L/s) při 10 L/s	< 0.5 kPa/(l/s) < 14 l/s
---	--	-----------------------------

- dodavatel udává hodnotu odporu menší než 0,5 kPa/l/s, avšak zadavatel požaduje hodnotu odporu menší než 0,05 kPa/l/s
- zadavatel si tyto hodnoty ověřoval na oficiálních stránkách výrobce, kde je dokonce uvedena hodnota odporu proudění vzduchu 0,07 kPa/l/s

18	Trendový graf (parametry na výběr: FEV1, FVC, AEX, MEFxx, MMEF, FeNO)	ANO (FEV1, FVC, FeNO....)
----	---	------------------------------

- dodavatel nabízí v uvedených „hodnotách“ pouze: FEV1, FVC, FeNO,... - nabízí tedy všechny poptávané (včetně AEX, MEFxx, MMEF)?

Identifikace skutečného majitele:

Skuteční majitelé (dle výpisu z evidence skutečných majitelů platného ke dni 2.10. 2023):

- Radek Černý, nar. srpen 1970

Posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny:

Mimořádně nízká nabídková cena nebyla zjištěna. Nabídková cena odpovídá předběžnému průzkumu trhu, referenčním dodávkám, cenám zjištěným u jiných zadavatelů a cenám v místě a čase obvyklým.

Závěr:

Ustanovená hodnotící komise provedla kontrolu nabídky vybraného dodavatele **MR Diagnostic s.r.o.** a konstatuje, že by si měl zadavatel vyžádat **doložení relevantních podkladů k nabízenému předmětu plnění**.

Před podpisem této zprávy jsou členové komise vyzváni k eventuálnímu doplnění, nebo vyjádření nesouhlasu s některým bodem. Svými podpisy stvrzují správnost a platnost údajů.

V Jihlavě dne 2.10. 2023



Ing. Alexander Filip



Ing. Pavel Slezák



Bc. Filip Dvořáček