

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK I

Název veřejné zakázky: Přístrojové vybavení pro TRN – Část 2,3

Zadávací řízení: Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky, otevřené řízení

Evidenční číslo zakázky: O-2023-17

Zadavatel: Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace

Statutární orgán: MUDr. Lukáš Velev, MHA

Sídlo: Vrchlického 59, 586 33 Jihlava

IČ/DIČ: 0090638/CZ00090638

Předmět VZ: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 kusu bicyklového spiroergometru a 1 kusu přenosného spirometrického systému, včetně souvisejícího vybavení a příslušenství. Součástí plnění je též doprava, instalace, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a bezplatný záruční servis.

Zakázka zahájena dne: 24.7. 2023

Otevírání nabídek provedeno dne: 2.10. 2023

Komise:

Jmenovaní členové: Ing. Alexander Filip, Ing. Pavel Slezák, Bc. Filip Dvořáček

Jmenovaní náhradníci: Ing. Jitka Hiršová, MHA, Ing. Petra Příhodová, Bc. Miroslav Křížek

Přítomní členové: Ing. Alexander Filip, Ing. Jiří Randa, Bc. Filip Dvořáček

Přítomní náhradníci: -

Omluven: -

Část 3 – Přenosný spirometrický systém

Účastníci zadávacího řízení:

Název	IČO	Sídlo
MR Diagnostic s.r.o.	25245791	Pod Višňovkou 1662/21 Praha 4, 140 00
Kurka.Med s.r.o.	41691849	Jabloňová 2882, 106 00 Praha 10

Podané nabídky:

Název	IČO	Celková nabídková cena za předmět plnění bez DPH
MR Diagnostic s.r.o.	25245791	85 747,28 Kč
Kurka.Med s.r.o.	41691849	107 020,00 Kč

Dne 3.10. zadavatel v souladu s § 46 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vyzval výše uvedeného účastníka ZŘ, aby v rámci své nabídky a v přiměřené lhůtě objasnil/doplnil chybějící údaje.

Účastník **MR Diagnostic s.r.o.** tak učinil prostřednictvím profilu zadavatele dne 9. 10. 2023 ve stanovené lhůtě. Pro prokázání splnění technických požadavků předmětu plnění předložil výstřižek z originálního německého manuálu. Avšak technický parametr č. 3 požadovaný přístroj dle dokumentů nesplňuje a následovalo posouzení splnění podmínek zadávacího řízení hodnotící komisí. Po důkladném prověření všech technických parametrů a odborném posouzení nabízeného předmětu plnění zní závěr komise takto:

Vysvětlení a objasnění nabídky shledala komise jako nedostatečné a neprůkazné u jednoho z níže uvedených technických parametrů.

2	Rozsah průtoku min. 0 - 16000 ml/s, rozlišení 1 ml, přesnost +3% nebo 50ml	16l, +3% nebo 50ml, 1ml
---	---	----------------------------

- dodavatel udává průtok 16l, ale není zřejmé, zda je splněno rozmezí 0-16l, které požaduje zadavatel
- **dodavatel prokázal splnění tohoto technického parametru doložením vhodného dokumentu**

3	Odpor proudění vzduchu menší než 0.05 kPa/L/s (0.51 cmH ₂ O/L/s) při 10 L/s	< 0.5 kPa/(l/s) < 14 l/s
---	---	-----------------------------

- dodavatel udává hodnotu odporu menší než 0,5 kPa/l/s, avšak zadavatel požaduje hodnotu odporu menší než 0,05 kPa/l/s
- zadavatel si tyto hodnoty ověřoval na oficiálních stránkách výrobce, kde je dokonce uvedena hodnota odporu proudění vzduchu 0,07 kPa/l/s

- **dodavatel neprokázal splnění tohoto technického parametru, nabízené zařízení má odpor vzduchu proudění větší než 0,05 kPa/l/s - konkrétně 0,07 kPa/l/s**

18	Trendový graf (parametry na výběr: FEV1, FVC, AEX, MEFxx, MMEF, FeNO)	ANO (FEV1, FVC, FeNO....)
----	---	---------------------------

- dodavatel nabízí v uvedených „hodnotách“ pouze: FEV1, FVC, FeNO,... - nabízí tedy všechny požadované (včetně AEX, MEFxx, MMEF)?
- **dodavatel prokázal splnění tohoto technického parametru doložením výstřížku ze softwaru**

Závěr:

Na základě těchto závěrů rozhodla ustanovená hodnotící komise o **vyloučení účastníka MR Diagnostic s.r.o.** ze zadávacího řízení v souladu s § 48 odst. 2) písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Další v pořadí ekonomicky nejvýhodnější nabídkou dle výsledků hodnocení je nabídka účastníka **Kurka Med s.r.o.** Zároveň je to jediná nabídka v zadávacím řízení, která zůstala po vyloučení účastníka MR Diagnostic s.r.o.

Posouzení splnění podmínek účasti vybraného účastníka:

Účastník	Krycí list SZ	Základní způsobilost	Profesní způsobilost
Kurka Med s.r.o.	ANO	ANO	ANO

Doklady, prokazující způsobilost vybraného účastníka:

Čestné prohlášení dodavatele (elektr. originál) ze dne 1.10. 2023

Výpis z OR (elektr. originál) ze dne 28.8. 2023

Dodavatel splnil podmínky způsobilosti.

Splnění technických podmínek předmětu plnění vybraného účastníka:

Příloha č. 3 – Technická specifikace předmětu plnění doplněno dle zadávacích podmínek
Vyntus Spiro, výrobce Vyaire Medical GmbH – produktový list

Dodavatel předložil v souladu s požadavky zadávací dokumentace technický popis nabízeného zboží, grafické vyobrazení nabízeného předmětu plnění včetně typového označení a označení výrobce.

Z předložených dokumentů je patrné, že předmět plnění vybraného dodavatele splňuje veškeré parametry technické specifikace dané zadávací dokumentací.

Identifikace skutečného majitele:

Skuteční majitelé (dle výpisu z evidence skutečných majitelů platného ke dni 9.10. 2023)

- Ing. Jaroslav Kurka, nar. 8.4. 1959, ČR
- Ing. Eva Kurková, nar. 28.7. 1959, ČR

Posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny

Mimořádně nízká nabídková cena nebyla zjištěna. Nabídková cena odpovídá předběžnému průzkumu trhu, referenčním dodávkám, cenám zjištěným u jiných zadavatelů a cenám v místě a čase obvyklým.

Komise provedla kontrolu přijaté nabídky a konstatuje, že nabídka účastníka **Kurka Med s.r.o. splňuje** veškeré požadavky zadavatele dané zadávací dokumentací.

Závěr

Ustanovená hodnotící komise doporučuje uzavření kupní smlouvy se společností:

Kurka Med s.r.o., IČO 41691849, se sídlem Jabloňová 2882, 106 00 Praha 10

Před podpisem této zprávy jsou členové komise vyzváni k eventuálnímu doplnění, nebo vyjádření nesouhlasu s některým bodem. Svými podpisy stvrzují správnost a platnost údajů.

V Jihlavě dne 9.10. 2023



Ing. Alexander Filip



Ing. Pavel Slezák



Bc. Filip Dvořáček