

# ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

---

## PODMÍNKY A POŽADAVKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ VČETNĚ KVALIFIKACE

Zadávací dokumentace je zpracována v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon/ZZVZ“).

Název veřejné zakázky:	Dialyzační pracoviště Nemocnice Jihlava
Režim zadávacího řízení:	Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky, otevřené řízení
Evidenční číslo u zadavatele:	O-2023-31
Evidenční číslo ve VVZ:	Z2023-049052

---

Zadavatel:	Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
Statutární orgán:	MUDr. Lukáš Velev, MHA
Sídlo:	Vrchlického 59, 586 33 Jihlava
IČ: 0090638	DIČ: CZ00090638
Bankovní spojení:	18736–681/0100, Komerční banka, a.s.
E-mail:	<a href="mailto:sekretariat@nemji.cz">sekretariat@nemji.cz</a>
Tel:	567 157 111
Datová schránka:	4srk6jw

---

## Obsah

<b>1. Identifikační údaje zadavatele .....</b>	<b>4</b>
<b>2. Zadávací dokumentace .....</b>	<b>4</b>
2.1 Členění zadávací dokumentace .....	4
2.2 Obecné informace .....	5
2.3 Vysvětlení zadávací dokumentace .....	5
<b>3. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky .....</b>	<b>6</b>
3.1 Předmět plnění .....	6
3.2 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky .....	9
3.3 Klasifikace předmětu plnění .....	10
<b>4. Doba a místo plnění veřejné zakázky .....</b>	<b>10</b>
4.1 Doba plnění .....	10
4.2 Místo plnění .....	10
4.3 Prohlídka místa plnění .....	10
<b>5. Lhůty zadávacího řízení .....</b>	<b>10</b>
<b>6. Lhůta a místo pro podání nabídek .....</b>	<b>11</b>
6.1 Lhůta pro podání nabídek .....	11
6.2 Pozdní podání nabídky .....	11
6.3 Místo pro podání nabídek .....	11
6.4 Otevírání nabídek .....	11
<b>7. Obsah a zpracování nabídky .....</b>	<b>11</b>
7.1 Obsah nabídky .....	11
7.2 Zpracování nabídky .....	12
7.3 Varianty nabídky .....	12
<b>8. Zpracování nabídkové ceny .....</b>	<b>12</b>
8.1 Nabídková cena .....	12
8.2 Změna ceny .....	13
<b>9. Hodnocení a posouzení nabídek .....</b>	<b>13</b>
9.1 Hodnocení nabídek .....	13
9.2 Způsob hodnocení .....	13
9.3 Posouzení nabídek .....	16
<b>10. Podmínky účasti v zadávacím řízení .....</b>	<b>16</b>

10.1 Podmínky kvalifikace .....	16
10.2 Technické podmínky předmětu plnění.....	16
10.3 Obchodní a platební podmínky .....	17
<b>11. Podmínky kvalifikace dodavatele .....</b>	<b>17</b>
11.1.Požadavky na kvalifikaci dodavatele .....	17
11.2.Forma a stáří dokladů, prokazujících kvalifikaci dodavatele.....	17
11.3.Podmínky základní způsobilosti .....	18
11.4.Prokázání základní způsobilosti .....	18
11.5.Podmínky profesní způsobilosti .....	18
11.6.Prokázání profesní způsobilosti .....	19
11.7.Prokazování kvalifikace výpisem ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů .....	19
11.8 Technická kvalifikace dodavatele .....	19
<b>12. Podmínky uzavření smlouvy .....</b>	<b>20</b>
12.1.Předložení povinných dokladů .....	20
12.2.Identifikace skutečného majitele.....	20
12.3.Zákaz zadání veřejné zakázky.....	20
<b>13. Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem .....</b>	<b>21</b>
13.1 Forma komunikace .....	21
13.2 Komunikace dodavatele se zadavatelem .....	21
13.3 Komunikace zadavatele s dodavatelem .....	21

## 1. Identifikační údaje zadavatele

**Název:** Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace  
**Statutární zástupce:** MUDr. Lukáš Velev, MHA  
**Sídlo:** Vrchlického 59, 586 33 Jihlava  
**IČO:** 0090638  
**DIČ:** CZ00090638  
**Bankovní spojení:** Komerční banka, a.s., č. účtu: 18736–681/0100  
**Telefon:** +420 567 157 668  
**Fax:** +420 567 301 212  
**E-mail:** [sekretariat@nemji.cz](mailto:sekretariat@nemji.cz)  
**Web:** [www.nemji.cz](http://www.nemji.cz)  
**Datová schránka:** 4srk6jw  
**Profil zadavatele:** [https://ezak.kr-vysocina.cz/profile\\_display\\_195.html](https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_195.html)

### Kontaktní osoba pro informace o veřejné zakázce:

**Jméno a příjmení:** Ing. Kristýna Rosická, MBA  
**Telefon:** +420 776 345 043  
**E-mail:** [rosickak@nemji.cz](mailto:rosickak@nemji.cz)

## 2. Zadávací dokumentace

### 2.1 Členění zadávací dokumentace

- Zadávací dokumentace – Podmínky a požadavky zadávacího řízení, včetně podmínek kvalifikace
- Příloha č. 1 – Krycí list nabídky
- Příloha č. 2 – Čestné prohlášení dodavatele
- Příloha č. 3 – Technická specifikace dodávky
- Příloha č. 4 – Návrh smlouvy
- Příloha č. 5 – Seznam referenčních dodávek
- Příloha č. 6 - Přístrojové vybavení
- Příloha č. 7 – Čestné prohlášení k mezinárodním sankcím

## 2.2 Obecné informace

Zadavatel v souladu s § 56 odst. 1) zákona poskytuje zadávací dokumentaci (dále jen ZD) účastníkům prostřednictvím profilu zadavatele – viz odkaz: [https://ezak.kr-vysocina.cz/profile\\_display\\_195.html](https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_195.html), kde je ZD ode dne vyhlášení zakázky uveřejněna v plném rozsahu (tj. textová část i ostatní části). Dodavatel je povinen průběžně sledovat profil zadavatele pro případ uveřejnění nových informací. Zadavatel doporučuje registraci dodavatele na profilu, zadáním kontaktního emailu pro odebrání zpráv a upozornění, týkajících se daného zadávacího řízení. Za správnost a úplnost kontaktního emailu odpovídá dodavatel.

Podáním nabídky v zadávacím řízení účastník přijímá plně a bez výhrad zadávací podmínky včetně příloh a případných dodatků k těmto zadávacím podmínkám.

Zakázka není dělena na části ve smyslu ustanovení § 101 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

## 2.3 Vysvětlení zadávací dokumentace

Účastník je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávacím podmínkám v souladu s § 98 zákona. Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace musí být písemná v elektronické podobě a musí být podepsána osobou, oprávněnou jednat za dodavatele. Žádost o dodatečné informace musí být doručena nejpozději **8 pracovních dní** před skončením lhůty pro podávání nabídek.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace může být zadavateli doručena:

- prostřednictvím elektronického nástroje EZAK (profil zadavatele) – **preferovaný způsob**
- prostřednictvím datové schránky (**4srk6jw**)
- e-mailem (pouze uvedené kontaktní osoby).

Dodatečné informace včetně přesného znění požadavku uveřejní zadavatel prostřednictvím svého profilu. Pokud si chce dodavatel zajistit automatické zasílání dodatečných informací k zakázce, je nutné, aby si na profilu zadavatele aktivoval odběr upozornění na změny v zadávacím řízení. Má-li dodavatel zájem o účast v zadávacím řízení, zadavatel tuto aktivaci důrazně doporučuje. Upozornění nalezne v sekci „Zadávací dokumentace veřejné zakázky“ odběr upozornění na změny v zadávacích podmínkách, resp. dodatečných informací.

Dodatečné informace budou současně uveřejněny stejným způsobem a na stejném místě jako zadávací dokumentace, tj. elektronicky, neomezeně a přímým dálkovým přístupem na profilu zadavatele.

### **Kontaktní osoba pro vysvětlení a dodatečné informace k zadávací dokumentaci:**

Jméno a příjmení: Ing. Alexander Filip  
Telefon: 731 437 857  
E-mail: [filipa@nemji.cz](mailto:filipa@nemji.cz)

Jméno a příjmení: Ing. Kristýna Rosická  
Telefon: 776 345 043  
E-mail: [rosickak@nemji.cz](mailto:rosickak@nemji.cz)

### 3. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky

#### 3.1 Předmět plnění

Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je:

- a) **bezplatná výpůjčka zdravotnické techniky (24 ks dialyzačních monitorů pro provádění hemodialýzy a hemodiafiltrace u chronických pacientů) minimálně po dobu platnosti smlouvy,**
- b) **bezplatný komplexní servis včetně náhradních dílů a povinných pravidelných BTK pro všechny provozované dialyzační přístroje minimálně po dobu platnosti smlouvy,**
- c) **průběžné dodávky kompatibilního spotřebního materiálu, minimálně po celou dobu platnosti smlouvy.**

Předmět plnění veřejné zakázky musí splňovat z pohledu kvality všechny příslušné předepsané normy a musí být v souladu s platnou legislativou pro tuto oblast, zejména se zákonem č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích, a zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů.

Předpokládá-li účastník zadávacího řízení, že bude při realizaci plnění ze smlouvy nutná spolupráce s oddělením informačních technologií zadavatele, požaduje zadavatel, aby byl v nabídce účastníka specifikován budoucí rozsah této spolupráce tak, aby bylo možné v dostatečném předstihu alokovat zdroje na straně zadavatele.

Pokud se v zadávacích podmínkách vyskytnou požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je účastník oprávněn navrhnout i jiné, technicky a kvalitativně obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v této zadávací dokumentaci.

V případě potřeby či pochybností si zadavatel vyhrazuje právo požádat účastníka o dodání prohlášení/garanci výrobce, že nabízené zařízení/materiál splňuje definované vlastnosti a bezplatné předvedení nabízeného předmětu na pracovišti zadavatele, za účelem posouzení, zda jsou splněny požadavky na předmět plnění.

#### 3.1.1. Bezplatná výpůjčka dialyzačních monitorů pro provádění hemodialýzy a hemodiafiltrace

Zadavatel požaduje výpůjčku zdravotnických přístrojů splňujících technické parametry uvedené v **Příloze č. 3 zadávací dokumentace – Technická specifikace předmětu plnění**. Tyto přístroje budou umístěny na dialyzačním pracovišti Nemocnice Jihlava, zdarma, po celou dobu trvání rámcové smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem.

Zadavatel umožňuje dodání nových i použitých dialyzačních monitorů, pokud:

- splňují veškeré minimální nepodkročitelné požadavky, uvedené v Příloze č. 3 zadávací dokumentace – Technická specifikace předmětu plnění, a
- nově instalované přístroje nesmí být opotřebeny více jak 10 000 provozních hodin a po celou dobu platnosti smlouvy nesmí žádný z vypůjčených, nebo provozovaných přístrojů překročit 50 000 provozních hodin.

Zadavatel umožňuje odání dialyzačních přístrojů různých typů, nemusí být veškeré přístroje totožné. V takovém případě ovšem musí dodavatel splnit následující podmínky:

- přístroje musí splnit všechny technické požadavky dle Přílohy č. 3 zadávací dokumentace – Technická specifikace předmětu plnění,
- dodavatel musí v nabídce výslovně uvést, že všechny přístroje, resp. každý samostatně splňuje požadavky zadavatele,
- dodavatel musí v nabídce předložit technické specifikace všech nabízených typů přístrojů, ze kterých bude jednoznačně vyplývat, že splňují technické požadavky, a
- dodavatel musí v nabídce uvést, jaké počty kusů konkrétního typu přístroje nabízí (např. v technické specifikaci předmětu plnění).

Zadavatel umožňuje nabídnout řešení provozování stávajícího přístrojového vybavení umístěného na dialyzačním pracovišti zadavatele (tyto dialyzační monitory jsou ve vlastnictví zadavatele a jejich přesný seznam včetně typového označení a výrobce je uveden v **Příloze č. 6 Přístrojové vybavení**), pokud:

- je účastník schopen zajistit pro všechny tyto přístroje bezplatný full servis včetně náhradních dílů, provádění povinných pravidelných BTK a průběžné dodávky kompatibilního spotřebního materiálu,
- je v případě překročení 50 000 provozních hodin u kteréhokoli z provozovaných přístrojů schopen okamžitě nahradit zařízení jiným, splňujícím minimální nepodkročitelné požadavky, uvedené v Příloze č. 3 zadávací dokumentace – Technická specifikace předmětu plnění, a které zároveň není opotřebeno více jak 10 000 provozních hodin.

### **3.1.2. Plné servisní zabezpečení všech provozovaných dialyzačních přístrojů**

Zadavatel požaduje servisní zabezpečení v režimu tzv. „**full service**“, které je nutné pro řádný a bezporuchový provoz všech dialyzačních přístrojů provozovaných na dialyzačním pracovišti Nemocnice Jihlava, zdarma, po celou dobu platnosti rámcové smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem.

Plné servisní zabezpečení přístrojů zahrnuje:

- preventivní kontroly všech částí přístroje a jeho příslušenství, včetně kontroly kvality zobrazení, kalibrace a nastavení přístroje dle pokynů výrobce a podle zákona o zdravotnických prostředcích,
- opravy poruch a závad přístroje a jeho uvedení do stavu plné využitelnosti vzhledem k jeho technickým parametrům,
- dodávky a instalace prvků pro provádění výrobcem předepsané údržby přístroje (určených k pravidelné výměně), nezbytné k řádnému a bezporuchovému provozu přístroje po dobu trvání smlouvy, výměny těch prvků či součástí dodaného přístroje, které dosáhnou hranice životnosti a které bude tedy nutné vyměnit k zajištění řádné a bezvadné funkce dodaného přístroje po dobu trvání smlouvy,
- provádění aktualizace přístroje, tzv. updatů, dle výrobcem vydaných upgrade počítačového systému přístroje a softwarové modifikace na odpovídající standard v dané době,
- pravidelné předepsané periodické bezpečnostně-technické kontroly přístroje dle zákona o zdravotnických prostředcích,
- kontroly elektrické bezpečnosti přístroje dle ČSN, 1x ročně,

- zajištění veškerých ostatních výrobcem předepsaných, pravidelných i nepravidelných provozních kontrol, revizí a revizních zpráv, které bude nutné pořídit či obnovit k zajištění řádné a bezvadné funkce dodaného přístroje po dobu trvání smlouvy,
- kompletní práce a doprava techniků,
- vzdálený monitoring přístrojového vybavení, dálková diagnostika (pokud je k dispozici),
- veškeré práce v místě plnění, nutné pro kompletní uvedení zdravotnických přístrojů do provozu (součástí taktéž zajištění všech počátečních zkoušek pro provoz, validace, kalibrace atd.),
- provedení instruktáže obsluhy zařízení v souladu se zákonem č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích v platném znění, v rozsahu návodu k použití, a to v českém jazyce, v sídle zadavatele (včetně vyhotovení zápisu),
- dodání podkladů potřebných pro provoz zařízení, zejména uživatelských manuálů,
- dodání kopie prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění, a dle příslušného zákona o zdravotnických prostředcích v platném znění.

### 3.1.3. Průběžné dodávky spotřebního materiálu

Zadavatel požaduje průběžné dodávky kompatibilního spotřebního materiálu splňujících technické parametry uvedené v **Příloze č. 3 zadávací dokumentace – Technická specifikace předmětu plnění**, po celou dobu platnosti rámcové smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem, která se s ohledem na vázanou výpůjčku hemodialyzačních přístrojů předpokládá na dobu trvání minimálně 8 let (minimální životnost zdravotnického přístroje).

Jednotlivý spotřební materiál bude zadavatelem odebírán průběžně, v objemu odpovídajícím potřebě a požadavkům dialyzačního pracoviště Nemocnice Jihlava. Vybraný dodavatel se zaváže dodat potřebné množství spotřebního materiálu vždy do 3 dnů ode dne doručení písemné výzvy zadavatele.

Zadavatel předpokládá určitý roční odběr spotřebního materiálu, dle níže uvedené tabulky:

Spotřební materiál	Předpokládaný odběr ks/rok
<b>Kapilární low-flux dialyzátory s plně syntetickou membránou</b>	
Plocha 1,0 - 1,2 m <sup>2</sup>	100
Plocha 1,3 - 1,7 m <sup>2</sup>	500
Plocha 1,8 - 1,9 m <sup>2</sup>	200
<b>Kapilární high-flux dialyzátory s plně syntetickou membránou</b>	
Plocha 1,1 - 1,6 m <sup>2</sup>	1 000
Plocha 1,7 – 1,9 m <sup>2</sup>	4 000
Plocha ≥ 2,0 m <sup>2</sup>	3 800
<b>Dialyzační sety</b>	<b>9 500/7 400</b>
<b>Dialyzační sety bez kontaktu krve se vzduchem</b>	<b>2 100</b>
<b>Dialyzační jehly</b>	<b>19 000</b>
<b>Bikarbonátový dialyzační koncentrát</b>	<b>9 500</b>
<b>Pyrogenní filtry</b>	<b>počet pro 9 500 terapií</b>

Výše uvedené předpokládané množství odebraného materiálu za rok není pro zadavatele závazné a za neodebrání uvedeného množství nebude zadavatel nijak penalizován. Počty odebraných kusů budou záviset na konkrétních potřebách pracoviště.



**a) Kapilární low-flux dialyzátory s plně syntetickou membránou, sterilizace parou nebo zářením**

Uchazeč nabídne a musí být schopen dodávat dialyzátory pro každý z uvedených intervalů ploch. Uvedené počty odpovídají předpokládané spotřebě za 1 rok. Počty odebraných kusů budou záviset na konkrétních potřebách zadavatele, zejména na skladbě pacientů a potřebách hemodialyzačního oddělení zadavatele.

S ohledem na dobu plnění předmětu veřejné zakázky a v souladu se stávajícím vývojem v oblasti poskytování zdravotní péče zadavatel očekává, že v průběhu plnění veřejné zakázky dojde k postupnému snižování odběru dialyzátorů typu Low flux a jejich nahrazování zvýšením odběru dialyzátorů typu High flux. Zadavatel se zavazuje, že bude po dobu plnění veřejné zakázky odebírat dialyzátory v počtech, které jsou pro jednotlivé kategorie ploch membrán stanoveny výše jako hodnoty předpokládaných odběrů s tím, že tyto odběry zadavatel naplní buď odběry dialyzátorů typu Low flux, nebo náhradně odběry ekvivalentního počtu dialyzátorů typu High flux o stejné kategorii ploch membrán.

Nabízené low-flux dialyzátory musí splňovat veškeré minimální (nepodkročitelné) parametry, stanovené v **Příloze č. 3 Technická specifikace předmětu plnění**. Zde účastník povinně doplní veškeré požadované informace pro výše uvedený spotřební materiál a doplněnou přílohu učiní součástí své nabídky.

**b) Kapilární high-flux dialyzátory s plně syntetickou membránou, sterilizace parou nebo zářením**

Uchazeč nabídne a musí být schopen dodávat dialyzátory pro každý z uvedených intervalů ploch. Uvedené počty odpovídají předpokládané spotřebě za 1 rok. Počty odebraných kusů budou záviset na konkrétních potřebách zadavatele, zejména na skladbě pacientů a potřebách hemodialyzačního oddělení zadavatele.

Nabízené high-flux dialyzátory musí splňovat veškeré minimální (nepodkročitelné) parametry, stanovené v **Příloze č. 3 Technická specifikace předmětu plnění**. Zde účastník povinně doplní veškeré požadované informace pro výše uvedený spotřební materiál a doplněnou přílohu učiní součástí své nabídky.

**c) Ostatní spotřební materiál**

Uvedené počty spotřebního materiálu (dialyzační sety, dialyzační jehly, bikarbonátový dialyzační koncentrát, pyrogenní filtry) odpovídají předpokládané spotřebě za 1 rok. Počty odebraných kusů budou záviset na konkrétních potřebách zadavatele, zejména na skladbě pacientů a potřebách hemodialyzačního oddělení zadavatele.

Nabízený spotřební materiál musí splňovat veškeré minimální (nepodkročitelné) parametry, stanovené v **Příloze č. 3 Technická specifikace předmětu plnění**. Zde účastník povinně doplní veškeré požadované informace pro výše uvedený spotřební materiál a doplněnou přílohu učiní součástí své nabídky.

### 3.2 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

**Předpokládaná hodnota předmětu plnění: 33 000 000 Kč bez DPH**

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je stanovena ke dni zahájení zadávacího řízení dle cen vycházejících z interních přehledů zadavatele (náklady na obdobné plnění z minulých let).

Předpokládaná hodnota předmětu plnění je stanovena v souladu s § 20 odst. 2 ZZVZ jako součet:

- ceny za výpůjčku/provozování hemodialyzačních přístrojů po dobu 48 měsíců
- ceny za full servis provozovaných hemodialyzačních přístrojů po dobu 48 měsíců
- cen spotřebního materiálu v průběžných dodávkách, po dobu 48 měsíců

(Doba plnění 48 měsíců je zde použita pouze pro účely stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky. Skutečná předpokládaná doba plnění veřejné zakázky je uvedena v článku 4 ZD.)

Předpokládaná hodnota předmětu plnění je zároveň stanovena jako cena maximálně přípustná, kterou není možno překročit. Případné překročení maximální ceny bude důvodem k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

### 3.3 Klasifikace předmětu plnění

<b>Kód CPV:</b>	<b>Přístroje pro podporu funkce ledvin</b>	<b>33181000-2</b>
	<b>Přístroje pro hemodialýzu</b>	<b>33181100-3</b>
	<b>Filtry pro dialýzu</b>	<b>33181200-4</b>
	<b>Dialyzační roztoky</b>	<b>33692800-5</b>

## 4. Doba a místo plnění veřejné zakázky

### 4.1 Doba plnění

Doba plnění veřejné zakázky je stanovena na dobu neurčitou.

Realizace předmětu plnění veřejné zakázky bude zahájena dnem nabytí účinnosti rámcové smlouvy (dnem zveřejnění v Registru smluv). Přesný termín zahájení dodávek spotřebního materiálu bude záviset na aktuální potřebě zadavatele.

S ohledem na výpůjčku hemodialyzačních přístrojů, která je vázána na průběžné dodávky spotřebního materiálu, je předpokládaná doba trvání rámcové smlouvy minimálně 8 let (minimální životnost zdravotnických přístrojů).

### 4.2 Místo plnění

Místem plnění je sídlo zadavatele:

Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, Vrchlického 4630/59, 586 33 Jihlava

### 4.3 Prohlídka místa plnění

Vzhledem k povaze předmětu plnění zadavatel neumožňuje účastníkům prohlídku místa plnění.

## 5. Lhůty zadávacího řízení

Zadávací lhůta je stanovena v souladu s § 40 zákona. Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek.

Lhůta, po kterou jsou účastníci vázáni svými nabídkami, činí 3 měsíce ode dne následujícího po skončení lhůty pro podání nabídek.

## 6. Lhůta a místo pro podání nabídek

### 6.1 Lhůta pro podání nabídek

Účastníci zadávacího řízení jsou povinni podat svoji nabídku ve lhůtě pro podání nabídek, tj. do termínu uveřejněného na profilu zadavatele: [https://ezak.kr-vysocina.cz/profile\\_display\\_195.html](https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_195.html)

Nabídkou se rozumí údaje nebo doklady, které účastník podá písemně v elektronické podobě zadavateli, na základě zadávacích podmínek. Dodavatel může podat v zadávacím řízení pouze jednu nabídku. Dodavatel, který podal nabídku v tomto zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

### 6.2 Pozdní podání nabídky

Pokud nebude nabídka zadavateli doručena ve stanovené lhůtě nebo způsobem a na místo stanovené v zadávacích podmínkách, nepovažuje se za podanou a v průběhu zadávacího řízení se k ní nebude přihlížet. Za řádné podání nabídky je odpovědný účastník zadávacího řízení.

### 6.3 Místo pro podání nabídek

Nabídky musí být podány písemně v elektronické podobě:

- musí být zadavateli doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek, prostřednictvím elektronického nástroje, kterým je profil zadavatele v systému E-ZAK

[https://ezak.kr-vysocina.cz/contract\\_display\\_11609.html](https://ezak.kr-vysocina.cz/contract_display_11609.html)

- nabídky se předkládají v jednom vyhotovení, přičemž účastník vloží na profil zadavatele buď celou nabídku v jednom naskenovaném dokumentu, nebo vloží jednotlivé požadované dokumenty zvlášť
- při odeslání nabídky a vložení na profil zadavatele bude systémem vyžadován elektronický podpis
- podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce:

<https://ezak.kr-vysocina.cz/manual.html>,

v případě problémů kontaktujte: [ezak@kr-vysocina.cz](mailto:ezak@kr-vysocina.cz).

### 6.4 Otevírání nabídek

Otevírání všech řádně podaných nabídek proběhne po uplynutí lhůty pro podání nabídek, na adrese sídla zadavatele. Otevírání nabídek se bude řídit ustanoveními dle § 108 a § 109 zákona. Zadavatel neumožňuje zástupcům účastníků zadávacího řízení účastnit se osobně otevírání nabídek.

## 7. Obsah a zpracování nabídky

### 7.1 Obsah nabídky

- Titulní strana

- Krycí list nabídky – obsahující identifikační a kontaktní údaje dodavatele, kompletní cenovou nabídku (**Příloha č. 1 zadávací dokumentace**)
- Kvalifikační dokumentace – veškeré platné doklady prokazující způsobilost dodavatele (dle podmínek uvedených v článku 11, související **Příloha č. 2, Příloha č. 5 a Příloha č. 7 zadávací dokumentace**)
- Technická specifikace předmětu plnění – účastníkem doplněná **Příloha č. 3 zadávací dokumentace** dle požadavků zadavatele, uvedení typového označení a označení výrobce ke každé dodávané položce, včetně technického popisu/produktového či katalogového listu
- Návrh rámcové smlouvy – doplněný o identifikační a cenové údaje, včetně doplněných příloh smlouvy (**Příloha č. 4 zadávací dokumentace**)
- Čestné prohlášení k mezinárodním sankcím EU – doplněná a podepsaná **Příloha č. 7 zadávací dokumentace**

## 7.2 Zpracování nabídky

Účastník musí předložit nabídku v požadovaném rozsahu a členění, v souladu s vyhlášenými podmínkami veřejné zakázky a dalšími pokyny uvedenými v zadávací dokumentaci.

Nabídka musí být zpracována přehledně a srozumitelně, všechny požadované dokumenty musí být v českém jazyce, případně vložené cizojazyčné listiny musí být přeloženy do jazyka českého (povinnost překladu se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce nebo v případě prokazování vzdělání dokladů v latinském jazyce). Všechny tisky a kopie musí být kvalitní a dobře čitelné, v nabídce nesmí být opravy a přepisy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

Účastníkovi podáním nabídky nevznikají žádná práva na uzavření smlouvy se zadavatelem.

## 7.3 Varianty nabídky

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

# 8. Zpracování nabídkové ceny

## 8.1 Nabídková cena

Nabídková cena za předmět plnění veřejné zakázky bude uvedena v českých korunách bez DPH a bude vyčíslena jako absolutní částka za předmět plnění, zahrnující veškeré náklady, potřebné ke kompletní realizaci veřejné zakázky v souladu s článkem 3 této ZD. V této nabídkové ceně musí být započtené veškeré náklady, rizika, zisky a finanční vlivy (např. inflace) po celou předpokládanou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.

Nabídková cena vyjadřuje celkové předpokládané náklady na výpůjčku hemodialyzačních přístrojů v požadovaném počtu, komplexní servisní zabezpečení provozovaných přístrojů a průběžné dodávky spotřebního materiálu po dobu 48 měsíců dle uvedené předpokládané spotřeby.

(Zadavatel vychází z předpokladu, že výpůjčka a servis hemodialyzačních přístrojů budou vybraným dodavatelem prováděny zdarma, přičemž nabídkovou cenu bude tvořit primárně dodávka spotřebního materiálu.)

Zadavatel požaduje, aby účastník doložil v nabídce výpočet celkové nabídkové ceny, a to oceněním jednotlivých položek spotřebního materiálu na základě předpokládaných objemů odebraných kusů. K tomuto účelu slouží tabulka uvedená v **Příloze č. 2 návrhu rámcové smlouvy (Kupní ceny spotřebního materiálu)**. Uvedené jednotkové ceny za jednotlivé položky budou sloužit pro budoucí objednávky zadavatele a budou dodavatelem **garantovány minimálně po dobu 48 měsíců** (po tuto dobu nebude možné sjednané ceny měnit).

Odebrané množství spotřebního materiálu se může měnit dle aktuálních potřeb zadavatele v celém období trvání rámcové smlouvy.

## 8.2 Změna ceny

Nabídkovou cenu předmětu veřejné zakázky (sjednaných cen za jednotlivé kategorie spotřebního materiálu) je možné změnit pouze:

- v případě kdy dojde v průběhu doby plnění ke změnám daňových předpisů upravujících výši sazby DPH,
- po uplynutí 48 měsíců od nabytí účinnosti rámcové smlouvy a pouze na základě písemného dodatku, který bude odsouhlasen oběma smluvními stranami.

## 9. Hodnocení a posouzení nabídek

### 9.1 Hodnocení nabídek

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je v souladu s § 114 odst. 1 zákona **ekonomická výhodnost nabídky**. Hodnocení nabídek bude provedeno v souladu s § 119 zákona.

Účastník je povinen v krycím listu nabídky vyplnit všechny požadované údaje v daném členění. Po uplynutí lhůty pro podání nabídek nemůže být nabídka měněna ani doplňována o informace, které jsou předmětem hodnocení!

### 9.2 Způsob hodnocení

Nabídky budou hodnoceny na základě kritéria **celkové nabídkové ceny za předmět plnění bez DPH**, kde je rozhodná nabídková cena uvedená v krycím listu nabídky (Příloha č. 1 ZD) a kritéria **technické úrovně předmětu plnění**, pro které budou rozhodné informace, uvedené v Příloze č. 3 Technická specifikace předmětu plnění – Tabulka hodnocených parametrů, kterou účastník vyplní a předloží ve své nabídce.

Dílicí kritéria hodnocení:

Kritérium	Váha	Maximální počet vážených bodů
<b>Celková nabídková cena za předmět plnění bez DPH</b>	70 %	70
<b>Technická úroveň předmětu plnění</b>	30 %	30

**Kritérium č. 1: Celková nabídková cena za předmět plnění bez DPH** (nákladové kritérium – nižší je lepší)

Počet vážených bodů za toto kritérium se získá výpočtem podle vzorce:

**BH1 = (nejnižší CN/CN hodnocené nabídky) \* 70**

**Kde:**

**BH1** = bodová hodnota za kritérium 1

**nejnižší CN** = nejnižší zjištěná nabídková cena (z přijatých nabídek)

**CN hodnocené nabídky** = nabídková cena konkrétního účastníka

**Kritérium č. 2: Technická úroveň předmětu plnění** (výnosové kritérium – vyšší je lepší)

Každé nabízené zařízení bude samostatně ohodnoceno podle hodnotící tabulky (Tabulka hodnocených parametrů v Příloze č. 3 ZD) a body za jednotlivé parametry se sečtou (PBHN = BP1 + BP2 +...). Za toto kritérium je možné získat vždy maximálně 100 bodů.

Bod č.	Požadavek	Bodové hodnocení
1	Možnost grafické a textové podpory při setování přístroje	ANO = 1 bod NE = 0 bodů
2	Nastavitelný průtok dialyzačního roztoku (alespoň 200 – 800 ml/min)	ANO = 4 body NE = 0 bodů
3	Zobrazení efektivního krevního průtoku krve pacienta včetně automatické kompenzace rozdílu skutečného a nastaveného krevního průtoku	ANO = 5 bodů NE = 0 bodů
4	Možnost dvoupumpové nebo cross over jednojehlové dialýzy	ANO = 4 body NE = 0 bodů
5	Možnost měření saturace krve kyslíkem v průběhu dialýzy	ANO = 2 body NE = 0 bodů
6	Integrovaná funkce detekce dislokace venózní jehly na podkladě změn průběhu krevního tlaku ve venózní části setu v rámci alarmových mezí	ANO = 8 bodů NE = 0 bodů
7	V přístroji integrovaná detekce paravazálního krvácení v rámci nastavených alarmových mezí venózního tlaku	ANO = 6 bodů NE = 0 bodů
8	Individuální nastavení emergency tlačítka funkcí pro případ nouzového režimu (vypnutí UF, automatické podání on-line bolusu, měření krevního tlaku) při všech terapiích	ANO = 3 body NE = 0 bodů
9	Set mimotělního okruhu bez kontaktu krve se vzduchem pro minimalizaci rizika koagulace krve při terapiích HD, pre/post HDF a pre/post HF s automatickou reinfuzí probíhající souběžně na arteriální i venózní části setu bez nutnosti odpojení arteriálního setu od jehly, a to minimálně u 8 kusů přístrojů	ANO = 7 bodů NE = 0 bodů
10	Optický detektor úniku kapalin (krve, substitučního roztoku z mimotělního krevního okruhu a substitučního setu na přístroji) s detekcí úniku již od 50 ml	ANO = 4 body NE = 0 bodů
11	Detektor úniku kapalin v hydraulice přístroje	ANO = 2 body NE = 0 bodů
12	Automatická detekce a odvzdušnění heparinové stříkačky a setu	ANO = 2 body NE = 0 bodů

13	Automaticky nastavitelná průběžná regulace optimalizace průtoku dialyzátu dle efektivního krevního průtoku bez klinicky významného poklesu Kt/V	ANO = 8 bodů NE = 0 bodů
14	Automaticky nastavitelná průběžná regulace substituční rychlosti dle kontinuální analýzy dynamických signálů tlakových pulzů detekujících vytížení krevní cesty dialyzátoru pro maximalizaci konvektivního objemu během pre/post HDF a HF terapie	ANO = 10 bodů NE = 0 bodů
15	Monitorování a automatické řízení přesunu sodíku a natremie automatickou úpravou koncentrace sodíku v dialyzačním roztoku, a to minimálně u 8 kusů přístrojů	ANO = 7 bodů NE = 0 bodů
16	Kontinuální monitorování a regulace teploty krve pacienta minimálně u 8 kusů přístrojů	ANO = 6 bodů NE = 0 bodů
17	HW a SW integrované měření recirkulace a stanovení průtoku krve cévním přístupem minimálně u 8 kusů přístrojů	ANO = 6 bodů NE = 0 bodů
18	Přímé načítání hodnoty Kt/V z přístrojů do nefrologického informačního systému Nefris	ANO = 2 body NE = 0 bodů
19	Centrální brzda všech koleček přístroje	ANO = 1 bod NE = 0 bodů
20	Automatické řízení změn rychlosti UF na základě integrovaného kontinuálního monitorování změn relativního krevního objemu bez nutnosti opakovaného měření krevního tlaku a to minimálně u 8 kusů přístrojů	ANO = 5 bodů NE = 0 bodů
21	Nulové množství fyziologického nebo on-line roztoku, potřebné pro proplach u dialyzátorů	ANO = 2 body NE = 0 bodů
22	Sieving koeficient pro $\beta_2m$ u high-flux dialyzátorů SC $\geq 0,85$	ANO = 2 body NE = 0 bodů
23	Sterilizace in-line parou	ANO = 3 body NE = 0 bodů

Počet vážených bodů za toto kritérium se získá výpočtem podle vzorce:

$$BH2 = (PBHN/NPB) * 30$$

**Kde:**

**BH2** = bodová hodnota za kritérium 2

**PBHN** = počet bodů hodnocené nabídky

**NPB** = nejvyšší zjištěný počet bodů (z přijatých nabídek)

Výsledný počet bodů je zjištěn pomocí prostého součtu vážených bodů za kritérium celkové nabídkové ceny za předmět plnění (BH1) a za kritérium technické úrovně předmětu plnění (BH2).

$$\text{výsledný počet bodů} = BH1 + BH2$$

Jako vítězná bude vyhodnocena nabídka s nejvyšším výsledným počtem bodů. V případě shodného počtu bodů u dvou či více nabídek, rozhoduje o celkovém pořadí nabídek los za účasti notáře a těch účastníků, jejichž nabídky obsahovaly shodné hodnoty.

### 9.3 Posouzení nabídek

Zadavatel nejprve provede hodnocení všech přijatých nabídek dle výše uvedeného způsobu, ekonomicky nejvýhodnější nabídka bude následně posouzena z hlediska splnění podmínek účasti, splnění zadávacích podmínek a z hlediska mimořádně nízké nabídkové ceny. V případě, že zadavatel shledá v nabídce rozpor proti stanoveným podmínkám, vyžádá si jejich objasnění, doplnění, popřípadě předvedení nabízeného předmětu plnění. Pokud dodavatel na žádost zadavatele ve stanovené lhůtě neodpoví/nepředloží vzorky, bude to důvodem k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud objasnění či doplnění nabídky obsahuje nesprávné, nepravdivé či neúplné údaje nebo doklady.

## 10. Podmínky účasti v zadávacím řízení

Podmínky účasti, které zadavatel stanovil pro toto zadávací řízení, jsou:

- a) podmínky kvalifikace – prokázání základní a profesní způsobilosti, technická kvalifikace
- b) technické podmínky vymezující předmět plnění
- c) obchodní a platební podmínky.

### 10.1 Podmínky kvalifikace

Požadavkům na způsobilost a kvalifikaci dodavatelů se podrobně věnuje článek 11 této zadávací dokumentace – Podmínky kvalifikace dodavatele.

Zadavatel nevyhrazuje účast v zadávacím řízení určitým dodavatelům. Zadávacího řízení se může zúčastnit kterýkoliv dodavatel splňující podmínky účasti v zadávacím řízení.

### 10.2 Technické podmínky předmětu plnění

Technické podmínky se vztahují k nabízenému předmětu plnění a účastník zadávacího řízení je povinen předložit ve své nabídce kompletně doplněnou přílohu č. 3 zadávací dokumentace (Technická specifikace předmětu plnění), ve které pravdivě vyplní veškeré požadované informace.

Účastník je dále povinen ve své nabídce předložit technické/produktové listy nabízeného předmětu plnění (výpůjčka hemodialyzačních přístrojů + dodávky spotřebního materiálu), a v nich uvést minimálně:

- výrobce a typové označení předmětu plnění,
- vyobrazení odpovídající realitě,
- technický popis položky,
- instalační požadavky pro připojení přístroje/přístrojů.

Z předložených informací musí být zřejmé, že nabízené zařízení jednoznačně splňuje minimální technické parametry stanovené zadavatelem v Příloze č. 3 Technická specifikace předmětu plnění. Nesplnění minimálních nepodkročitelných požadavků technické specifikace povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.



### 10.3 Obchodní a platební podmínky

Zadavatel stanovuje obchodní a platební podmínky formou obligatorního návrhu rámcové smlouvy, který je přílohou č. 4 této zadávací dokumentace.

Účastník do návrhu smlouvy doplní pouze své identifikační údaje, cenové údaje a případně další místa zadavatelem vyznačená k doplnění. Jakékoliv jiné změny, doplňování či úpravy obchodních podmínek ze strany účastníka zadávacího řízení jsou zakázány s výjimkou případů, kdy změnu obchodních podmínek stanoví zadavatel v rámci vysvětlení nebo změny zadávacích podmínek.

Účastník souhlasí se zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu. Zadavatel nebude poskytovat dodavateli zálohy.

Vždy po předání průběžné dodávky spotřebního materiálu v místě plnění je dodavatel oprávněn vystavit fakturu na dodané zboží. Tato faktura pak bude dodavateli uhrazena v termínu splatnosti. Doba splatnosti faktury musí být stanovena minimálně na 30 dní od data jejího doručení zadavateli.

Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. U všech účetních dokladů je **nutné uvést název veřejné zakázky**. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je zadavatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět vybranému dodavateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností.

## 11. Podmínky kvalifikace dodavatele

Kvalifikační podmínky slouží jako podklad pro prokázání splnění způsobilosti dodavatelů v otevřeném řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v rámci nadlimitní veřejné zakázky na dodávky.

### 11.1. Požadavky na kvalifikaci dodavatele

Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek. Splněním kvalifikace se rozumí:

- Prokázání základní způsobilosti dodavatele dle § 75 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
- Prokázání profesní způsobilosti dodavatele dle § 77 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
- Prokázání technické kvalifikace dodavatele dle § 79 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

### 11.2. Forma a stáří dokladů, prokazujících kvalifikaci dodavatele

#### Forma dokladů

Dodavatel prokáže svoji kvalifikaci předložením příslušných dokladů ve lhůtě pro podání nabídek. V souladu s § 86, odst. 2) zákona zadavatel umožňuje dodavateli nahradit předložení dokladů prokazujících základní způsobilost čestným prohlášením. Dodavatel může vždy nahradit požadované doklady jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky.

#### Stáří dokladů

Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

### 11.3. Podmínky základní způsobilosti

**Způsobilým není dodavatel, který:**

- a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájení zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nebo za obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele,
- b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu.

### 11.4. Prokázání základní způsobilosti

Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením:

- a) výpisu z evidence Rejstříku trestů právnických osob a výpisu z evidence Rejstříku trestů pro všechny členy statutárního orgánu dodavatele ve vztahu k písmenu a)
- b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k písmenu b)
- c) čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k písmenu b)
- d) čestného prohlášení ve vztahu k písmenu c)
- e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k písmenu d)
- f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k písmenu e)

Dodavatel může v nabídce nahradit výše uvedené doklady k prokázání splnění základní způsobilosti předložením Čestného prohlášení dodavatele (Příloha č. 2 zadávací dokumentace) podepsaného oprávněnou osobou.

### 11.5. Podmínky profesní způsobilosti

Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením:

- výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence dle § 77 odst. 1 ZZVZ,
- dokladu o oprávnění podnikat, tj. např. výpis z živnostenského rejstříku nebo koncesní listiny, který jej opravňuje k podnikání (minimálně v rozsahu: Výroba, obchod a služby) dle § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ,
- doklad o splnění ohlašovací povinnosti osoby zacházející se zdravotnickými prostředky podle § 26 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích dle § 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ.

#### 11.6. Prokázání profesní způsobilosti

Profesní způsobilost prokazuje účastník předložením:

- výpisu z obchodního rejstříku (nebo výpisu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů)
- výpisu ze živnostenského rejstříku (nebo obdobné evidence)
- výpisu ze SÚKL

#### 11.7. Prokazování kvalifikace výpisem ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Účastník může k prokázání způsobilosti předložit výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů, vydaný provozovatelem informačního systému. Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů ve lhůtě pro prokázání splnění způsobilosti, nahrazuje tento výpis prokázání splnění:

- a) **základní způsobilosti** a
- b) **profesní způsobilosti** v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti (profesní způsobilost dodavatele, která není prokázána výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, musí být doložena samostatným dokladem).

#### 11.8 Technická kvalifikace dodavatele

V souladu s § 79 odst. 2, písm. b) zákona požaduje zadavatel prokázání technické kvalifikace dodavatele předložením potvrzení o **minimálně dvou a maximálně třech významných referenčních dodávkách**, realizovaných v průběhu posledních **tří let** před zahájením zadávacího řízení.

Předmět referenční dodávky musí být klasifikován stejně jako předmět plnění této veřejné zakázky. Musí se tedy jednat o dodávku hemodialyzačních přístrojů pro nemocniční provoz s obdobnými parametry technické specifikace. Součástí plnění referenční dodávky mohou být (nemusí) i dodávky dialyzačního spotřebního materiálu s obdobnými parametry technické specifikace. Ovšem předmětem referenční dodávky nesmí být pouze dodávky spotřebního materiálu pro dialýzu!

Požadovaný finanční objem referenčních dodávek musí být splněn výlučně tímto zbožím (dodávka dialyzačních přístrojů, dodávky spotřebního materiálu).

Celková hodnota referenčních dodávek musí být v součtu **minimálně 20 000 000 Kč bez DPH**, přičemž:

- je-li předmět referenčních dodávek plněn dodávkami hemodialyzačních přístrojů i dodávkami spotřebního materiálu, musí dodávky přístrojové techniky tvořit minimálně 10 000 000 Kč bez DPH z celkové hodnoty referenčních dodávek.

#### 11.9 Prokázání technické kvalifikace

Splnění technické kvalifikace dle odstavce 11.8 prokáže dodavatel předložením:

- **Přílohy č. 5 zadávací dokumentace – Seznam referenčních dodávek**, do které účastník vyplní potřebné údaje a stvrdí podpisem osoby, oprávněně jednat jménem dodavatele

***Poznámka:*** *Lhůta nejdéle za poslední 3 roky je splněna, pokud byla referenční dodávka uvedena v příslušném seznamu v průběhu této doby dokončena, tj. předána objednateli*

## 12. Podmínky uzavření smlouvy

### 12.1. Předložení povinných dokladů

Před uzavřením smlouvy je vybraný dodavatel povinen předložit kopie všech dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy.

### 12.2. Identifikace skutečného majitele

U vybraného dodavatele, je-li českou právnickou osobou, zadavatel zjistí údaje o jeho skutečném majiteli podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů (dále jen „skutečný majitel“) z evidence skutečných majitelů podle téhož zákona (dále jen „evidence skutečných majitelů“) v souladu se zněním § 122 odst. 5) novelizovaného ZZVZ.

U vybraného dodavatele, je-li zahraniční právnickou osobou, zadavatel vyzve k předložení výpisu ze zahraniční evidence obdobné evidenci skutečných majitelů nebo, není-li takové evidence, k předložení dokladů ze zahraniční evidence obdobné veřejnému rejstříku, v souladu se zněním § 122 odst. 6) novelizovaného ZZVZ.

### 12.3. Zákaz zadání veřejné zakázky

Před uzavřením smlouvy je zadavatel povinen prověřit, zda nejsou u vybraného dodavatele, případně poddodavatele, naplněny podmínky uvedené v § 39 a § 48a novelizovaného ZZVZ. Pokud ano, je v takovém případě povinen dodržet následující postup:

- 1) Zadavatel nezadá veřejnou zakázku účastníku zadávacího řízení, pokud je to v rozporu s mezinárodními sankcemi podle zákona upravujícího provádění mezinárodních sankcí.
- 2) Pokud se mezinárodní sankce podle bodu 1 vztahuje na:
  - účastníka zadávacího řízení, může ho zadavatel vyloučit z účasti v zadávacím řízení, nebo
  - vybraného dodavatele, vyloučí ho zadavatel z účasti v zadávacím řízení.
- 3) Pokud se mezinárodní sankce podle bodu 1 vztahuje na poddodavatele:
  - účastníka zadávacího řízení, může zadavatel požadovat nahrazení poddodavatele, nebo
  - vybraného dodavatele, musí zadavatel požadovat nahrazení poddodavatele.
- 4) Na základě požadavku zadavatele podle bodu 3 musí účastník zadávacího řízení poddodavatele nahradit nejpozději do konce zadavatelem stanovené přiměřené lhůty. Pokud nedojde k nahrazení poddodavatele, platí, že se na účastníka zadávacího řízení vztahuje zákaz zadání veřejné zakázky.

S ohledem na výše uvedené je účastník povinen vložit do své nabídky vyplněnou a podepsanou **Přílohu č. 7 – Čestné prohlášení k mezinárodním sankcím**.

## 13. Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem

### 13.1 Forma komunikace

Veškeré úkony zadavatele vůči dodavatelům nebo úkony dodavatelů vůči zadavateli v zadávacím řízení musí mít písemnou formu v elektronické podobě a musí být podepsané osobou, oprávněnou jednat za dodavatele.

### 13.2 Komunikace dodavatele se zadavatelem

Nabídku je možno podat pouze prostřednictvím profilu zadavatele.

Ostatní písemnosti v zadávacím řízení lze doručit zadavateli pouze jedním z následujících způsobů:

- prostřednictvím profilu zadavatele (aplikace E-ZAK) - **preferovaný způsob**
- e-mailem (nutné použít pouze kontaktní údaje uvedené v článku 2 ZD)
- datovou schránkou.

Za okamžik doručení se v případě elektronického doručování považuje den a hodina doručení elektronické zprávy.

### 13.3 Komunikace zadavatele s dodavatelem

Veškeré dokumenty a informace, související s daným zadávacím řízením, bude zadavatel v souladu s § 211 zákona doručovat účastníkům výhradně v elektronické formě, pomocí elektronických nástrojů:

- prostřednictvím profilu zadavatele (aplikace E-ZAK)
- e-mailem
- datovou schránkou.

V Jihlavě dne

.....

**MUDr. Lukáš Velev, MHA**

**ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace**