

## Horkovzdušný sterilizátor

Předmětem plnění je dodávka 2ks nových **horkovzdušných sterilizátorů**.

Nabízený přístroj splňuje níže uvedené technické podmínky:

Podmínka plnění	Splnění podmínky dodavatele m <sup>1</sup>	Číslo strany nabídky dodavatele <sup>2</sup>
<b>Parametry systému</b>		
<b>Technické označení – typ</b>	<b>STERICELL 111 ECO Line</b>	
<b>Horkovzdušný sterilizátor, 2 kusy</b>		
Sterilizátor pro použití ve zdravotnictví	ANO	<i>Technický list</i> str. 1
objem min. 108 litrů	111 l	TL str. 1
Nerezová vnitřní komora	ANO	TL str. 1
Mikroprocesorové řízení	ANO	TL str. 1
Standardní programy pro sterilizaci a sušení materiálu	ANO	TL str. 1
Nastavení teploty min. v rozsahu od 10° nad okolní teplotu až do 250°C	ANO	TL str. 1
Ovládací LCD displej	ANO	TL str. 1
Ochrana proti přehřátí	ANO	TL str. 1
systém akustických a vizuálních alarmů	ANO	TL str. 1
Komora s nucenou cirkulací vzduchu pomocí ventilátoru	ANO	TL str. 1
Ethernetové rozhraní pro síťové připojení a přenos výstupů do PC	ANO	TL str. 1
Včetně licence a komunikačního SW pro záznam a archivaci dat	ANO	TL str. 1
Min. 3 police v komoře	ANO	TL str. 2
Různé uspořádání a přenastavení polic v komoře	ANO	TL str. 2

V Brně

.....  
Ing. Milan Krajcar  
jednatel