

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Veřejná zakázka	
Název:	Dodávka reagensů a spotřebního materiálu včetně bezplatné výpůjčky 2 kusů hematologických analyzátorů
Identifikátor zakázky (systémové číslo):	P24V00000006
Datum zahájení zadávacího řízení:	9. 4. 2024
Zadavatel	
Název:	Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
IČO:	00179540
Adresa sídla:	Husova 2624 580 01 Havlíčkův Brod
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	Mgr. David Rezničenko, MHA, ředitel
Profil zadavatele:	<a href="https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_194.html">https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_194.html</a>
Kontaktní osoba zadavatele:	Monika Chladová e-mail: <a href="mailto:monika.chladova@onhb.cz">monika.chladova@onhb.cz</a> tel: 569 472 167

**Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace** jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky obdržela dne 17. 4. 2024 žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace a v souladu se zákonem a výzvou k podání nabídek uvádí níže její přesné znění a v návaznosti na ni vysvětlení zadávací dokumentace:

Žádost dodavatele č. 1:

### Dotaz č. 1:

Dobrý den, po prostudování zadávací dokumentace výše uvedené podlimitní veřejné zakázky Vás žádáme o odpovědi na níže uvedené dotazy. Zadavatel v Příloze č. 1a Výzvy a Smlouvy\_Specifikace předmětu plnění\_final zadávací dokumentace mimo jiné uvedl požadavek:

Kvantitativní stanovení počtu trombocytů alternativními metodami k základní impedanční metodě, včetně kvantifikace nezralé frakce trombocytů na fluorescenčním principu (počet absolutní i relativní (%)), oba požadované parametry musí být diagnostické a ne výzkumné) jako markeru pro klinické užití při monitoraci stavu trombopoézy u řady trombocytopenických a krvácejících pacientů.

Námi nabízený typ analyzátoru kvantifikuje nezralou frakci trombocytů relativní (%) jako diagnostický parametr a absolutní (%) jako výzkumný parametr. Z klinického hlediska je dostačující jeden z naměřených parametrů diagnostický.

**Dotaz zní:** Bude zadavatel akceptovat analyzátor s výše uvedenými parametry?

**Odpověď zadavatele č. 1:**

**ad Dotaz č. 1:**

**Zadavatel trvá na původním požadavku beze změny.**

Absolutní počet retikulovaných destiček je podstatnou informací s ohledem na nízké počty mladých trombocytů. Absolutní hodnota je důležitou informací pro klinické lékaře při rozhodování a postupu další léčby.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace se uveřejňuje na profilu zadavatele na adrese: [https://ezak.kr-vysocina.cz/profile\\_display\\_194.html](https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_194.html), a na konkrétní adrese týkající se shora uvedené veřejné zakázky: <https://ezak.kr-vysocina.cz/vz00011776>.

V Havlíčkově Brodě

.....  
**Mgr. David Rezničenko, MHA**

ředitel

Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace

*podepsáno elektronicky*