

Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace,
Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
na veřejnou zakázku malého rozsahu
Optický biometr

ev. č. ZB16/2015

Zadávací řízení je zahájeno ve smyslu § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), tedy mimo režim citovaného zákona a v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek č. 06/14, ze dne 22. 7. 2014 a s účinností dnem 1. 8. 2014.

Identifikační údaje zadavatele

Zadavatel: Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace

Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč

IČO: 00839396

DIČ: CZ00839396

Právní forma: příspěvková organizace

Zastoupená: Ing. Evou Tomášovou, ředitelkou

Kontaktní osoba: Ing. Jana Fidlerová, referent obchodního oddělení

Telefon: 568 809 332

E-mail: jfidlerova@nem-tr.cz

ID datové schránky: tecrjqc

Obecná URL: www.nem-tr.cz

Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_198.html

1. Klasifikace předmětu veřejné zakázky

331000000-1 Zdravotnické přístroje

2. Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání optického biometru pro oční oddělení, Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace.

3. Technické podmínky

Zadavatel požaduje dodávku, instalaci, montáž, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, zajištění záručního a pozáručního servisu a dodání dokladů potřebných pro provozování 1 ks optického biometru.

Minimální technické požadavky na přístroj pro předoperační měření biometrických parametrů oka jsou:

- bezkontaktní měření axiální délky oka 14 – 38 mm, rozlišení zobrazení 0,01 mm;
- bezkontaktní měření zařívění rohovky metodou telecentrické keratometrie (výsledky nezávislé na vzdálenosti měřeného oka) 5 – 10 mm, rozlišení zobrazení 0,01 mm;
- bezkontaktní měření hloubky přední komory oka 1,5 – 6,5 mm, rozlišení zobrazení 0,01 mm;
- bezkontaktní měření průměru duhovky (white to white) 8 – 16 mm, rozlišení zobrazení 0,1 mm;
- měření čtyř parametrů oka najednou axiální délka, keratometrie, hloubka přední komory, white to white;
- kalkulace IOL pomocí formulí SRK II, SRK/T, Holladay, Holladay 2, Hoffer Q, Haigis;
- kalkulace optické mohutnosti nitroočních čoček;
- kalkulace optické mohutnosti nitroočních čoček po refrakčních operacích rohovky;
- optimalizace IOL konstant;
- možnost propojení s ultrazvukem a ultrazvukové měření A-skenů s následným vyhodnocením dat na optickém biometru;
- možnost rozšíření o plánovací stanici pro implantaci a plánování torických čoček propojenou s operačním mikroskopem;
- možnost propojení s archivačním a databázovým softwarem;
- rychlé a přesné měření všech hodnot automaticky nebo manuálně;
- černobílá laserová tiskárna;
- výškově stavitelný elektrický instrumentační stolek;
- integrovaná CD RW mechanika;
- USB port;
- opce měření B-skenu;

Výše uvedené minimální požadavky na přístroj musí uchazeč v nabídce doložit technickým listem případně jinými doklady, ze kterých bude možné ověřit, že přístroj požadavky splňuje.

V případě, že přístroj nabídnutý uchazečem nebude výše uvedené minimální požadavky splňovat, bude tato nabídka z dalšího hodnocení vyřazena.

Další stanovení technických podmínek

Pokud jsou v zadávací dokumentaci obsaženy požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniku, zvláštní označení výrobků, výkonů anebo obchodních materiálů, která platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, popř. patenty a užitné vzory, jsou zde uvedeny pouze pro upřesnění a přiblížení technických parametrů a zadavatel umožňuje použití i kvalitativně a technicky obdobného řešení.

4. Lhůta a místo plnění veřejné zakázky

Termín zahájení plnění: ihned po uzavření kupní smlouvy

Termín ukončení plnění: do 4 týdnů od uzavření smlouvy

Místo plnění

Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace, Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč, oční oddělení.

5. Kontaktní osoba

Kontaktní osoba

Zadavatel se zavazuje poskytnout zájemcům informace a podklady potřebné pro splnění veřejné zakázky, přičemž kontaktní osobou je:

Ing. Jana Fidlerová, referent obchodního oddělení, tel. 568 809 332, email: jfidlerova@nem-tr.cz

6. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů

Zadavatel požaduje v nabídkách doložit kvalifikační předpoklady v tomto rozsahu:

Základní kvalifikační předpoklady

Splnění základních kvalifikačních předpokladů doloží uchazeč formou čestného prohlášení (viz příloha č. 2), podepsaného oprávněnou osobou uchazeče. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel splňuje příslušné základní kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem.

Profesní kvalifikační předpoklady

Profesní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč, který předloží:

- ✓ výpis z obchodního rejstříku, či obdobné evidence, je-li v ní zapsán,
- ✓ doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.

Technické kvalifikační předpoklady

Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč, který předloží:

- ✓ Prohlášení o shodě - všechny výrobky musí být označeny značkou shody dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a musí být z hlediska platných právních předpisů způsobilé a vhodné pro použití při poskytování zdravotní péče. Uchazeč doloží prohlášení o shodě, CE certifikátu.

Způsob prokázání kvalifikace

- ✓ Dodavatel je povinen předložit všechny zadavatelem požadované doklady prokazující kvalifikaci v českém jazyce. V případě cizojazyčných dokladů je povinen přiložit kopii jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka. Povinnost připojit k dokladům překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.
- ✓ Uchazeč doloží v nabídce prosté kopie dokumentů, přičemž doklad prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky.
- ✓ Uchazeči mohou k prokázání základních a profesních kvalifikačních předpokladů využít výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ne staršího než 3 měsíce.
- ✓ Uchazeči mohou k prokázání kvalifikačních předpokladů využít certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů ne staršího než 1 rok. Tento certifikát nahrazuje prokázání kvalifikace uchazeče v rozsahu v něm uvedených údajů.
- ✓ Vítězný uchazeč dodá uvedené doklady v úředně ověřené kopii nebo originálu před podpisem smlouvy (poštou nebo osobně).

7. Požadavky pro zpracování nabídkové ceny

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za dodávku 1 ks očního biometru, který je předmětem této veřejné zakázky.

Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady související s dodáním, dopravou, instalací, zprovozněním přístroje, zaškolením obsluhy a předáním veškeré dokumentace vztahující se ke zboží. Nabídková cena bude rovněž zahrnovat předpokládaný vývoj cen až do zániku závazků ze smlouvy, vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám a další finanční vlivy.

Nabídková cena za optický biometr bude stanovena jako cena »nejvýše přípustná«!

Nabídková cena bude uvedena v členění na cenu celkem bez DPH, výši DPH a cenu celkem včetně DPH v korunách českých.

V případě jakéhokoliv rozporu v cenových údajích v nabídce dodavatele se za hodnotu celkové nabídkové ceny považuje údaj uvedený v návrhu smlouvy.

8. Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky

Nabídka bude doložena v jednom originále v písemné formě v českém jazyce. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Z důvodu právní jistoty zadavatel požaduje, aby uchazeč všechny listy nabídky včetně příloh zabezpečil proti manipulaci sešitím celé nabídky a řádně očísloval v sestupnou číselnou řadou.

Nabídka musí obsahovat:

- ✓ Krycí list nabídky obsahující identifikační údaje uchazeče, kontaktní údaje a nabídkovou cenu (viz příloha č. 1).
- ✓ Doklady k prokázání kvalifikace uchazeče.
- ✓ Cenová nabídka dle přílohy č. 3.
- ✓ Návrh kupní smlouvy „Optický biometr“ podepsaný oprávněnou osobou uchazeče (viz příloha č. 4).
- ✓ Ostatní materiály vztahující se k nabídce (zejména prospektové materiály, technický popis přístroje, technické parametry ke splnění minimálních požadavků na přístroj apod.) – v českém jazyce, případně s překladem.

9. Podmínky překročení nabídkové ceny

Výši nabídkové ceny lze překročit pouze, dojde-li před nebo v průběhu realizace veřejné zakázky ke změně sazeb DPH.

Nabídkovou cenu bez DPH nelze překročit za žádných podmínek.

10. Požadavky na varianty, dílčí plnění

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

Zadavatel nepřipouští dílčí plnění.

11. Obchodní podmínky

Obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu kupních smluv. Uchazeči do těchto obchodních podmínek doplní pouze údaje podle textu návrhu kupních smluv (zejména vlastní identifikační údaje, cenu a případné další údaje, jejichž doplnění text obchodních podmínek předpokládá) a následně takto doplněné obchodní podmínky předloží s nabídkou jako své návrhy kupních smluv na veřejnou zakázku. Návrh kupních smlouvy tvoří příloha č. 4 této zadávací dokumentace.

Záruční podmínky

Požadovaná délka záruční doby a přístroje je minimálně 36 měsíců.

Servisní podmínky

- Doba nástupu servisního technika na záruční opravu do 24 hod. od nahlášení závady.
- Garance opravy do 24 hod. od nástupu technika na záruční opravu bez potřeby náhradních dílů, v případě potřeby náhradních dílů do 48 hod. od nástupu na záruční opravu.
- V případě nemožnosti zprovoznění přístroje do 3 pracovních dnů od nahlášení závady zadavatel požaduje zapůjčení náhradního kvalitativně srovnatelného přístroje po dobu opravy.
- Garance pozáručního servisu včetně náhradních dílů po dobu 10 let od skončení záruční doby.
- Zadavatel požaduje autorizovaný servis v ČR.
- Uchazeč do nabídky (do návrhu kupní smlouvy) uvede kontaktní údaje na autorizovaný servis.

- Zadavatel požaduje provedení bezpečnostně technických prohlídek dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonu, ve znění pozdějších předpisů, po dobu záruky bezplatně.
- Zadavatel si vyhrazuje právo na výměnu přístroje za nový přístroj v případě nahlášení třech stejných poruch po dobu trvání záruční doby.

12. Způsob hodnocení nabídek

Při splnění podmínek veřejné zakázky budou nabídky hodnoceny **dle kritéria nejnížší nabídkové ceny vč. DPH.**

13. Lhůta a místo pro podání nabídek

Nabídky musí být doručeny na adresu zadavatele nejpozději do 2. 10. 2015 do 11:00 hod. Nabídky je možno doručit doporučeně poštou, časem doručení se rozumí předání nabídky na recepci Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, nebo osobně předat každý pracovní den v době mezi 7:00 a 14:00 hod. do Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč, ekonomický úsek, dveře č. 217, Ing. Janě Fidlerové.

Nabídky budou doručeny v řádně uzavřené obálce opatřené na přelepu razítkem a označené: „**Veřejná zakázka – Optický biometr – Neotevírat**“

14. Stanovení zadávací lhůty

Zadavatel stanoví zadávací lhůtu, po kterou jsou uchazeči vázáni svými nabídkami, v délce 2 měsíců ode dne skončení lhůty pro podání nabídek.

15. Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje upravit termíny plnění, neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem, odmítnout všechny předložené nabídky nebo zadávací řízení zrušit i bez udání důvodu.

16. Závěrečná ustanovení

Zadavatel uveřejní zadání veřejné zakázky na profilu zadavatele.

Podáním nabídky uchazeč souhlasí s obsahem zadávacích podmínek.

Dodavatel nemá právo na náhradu nákladů, které vynaloží na účast v zadávacím řízení na veřejnou zakázku.

Nabídky se uchazečům nevracejí, zůstávají u zadavatele jako součást dokumentace o zadání veřejné zakázky.

17. Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace je soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky. Součástí zadávací dokumentace jsou přílohy:

- Příloha č. 1 Krycí list nabídky
- Příloha č. 2 Čestné prohlášení

- Příloha č. 3 Cenová nabídka
- Příloha č. 4 Návrh kupní smlouvy – Optický biometr

V Třebíči dne 17. 09. 2015

~~Nesrovnice Třebíč~~, příspěvková organizace
Furkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč
IČ: 00839396
č. ú.: 12338711/0100 ⑦


Ing. Eva Tomášová
ředitelka