

DODATEČNÉ INFORMACE / VYSVĚTLENÍ Č. 1 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

Název veřejné zakázky:	Pasivní antidekubitní matrace
Režim veřejné zakázky:	Podlimitní veřejná zakázka na dodávky, zjednodušené podlimitní řízení
Evidenční číslo zadavatele:	P-2024-3

Zadavatel:	Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
Statutární zástupce:	Ing. Alexander Filip
Sídlo:	Vrchlického 59, 586 33 Jihlava
IČ/DIČ:	00090638/CZ00090638
E-mail:	sekretariat@nemji.cz
Web:	www.nemji.cz
Tel:	567 157 111
Fax:	567 301 212

Zadavatel tímto v souladu s § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, odpovídá na obdržené dotazy k zadávacím podmínkám pro výše uvedenou podlimitní veřejnou zakázku. Informace budou uveřejněny a nadále dostupné bez omezení na profilu zadavatele na stejném místě, jako byla uveřejněna zadávací dokumentace.

Dotaz č.1:

Požadujete: „všechny pěny se sníženou hořlavostí (min. CRIB 5)“, což je parametr, který odkazuje na britskou normu, která není běžná v rámci EU.

Standardní normy platné v EU jsou DIN EN 597 1+2 nebo DIN EN 1021 1+2.

Prosíme o přehodnocení tohoto požadavku.

Dotaz č. 1 – odpověď:

EN 1021 simuluje dva scénáře: test se zapálenou cigaretou (EN 1021-1) a test s malým plamenem (zápalkou, EN 1021-2). Tyto testy jsou zaměřené na základní úroveň ochrany proti požáru v prostředí s nízkým rizikem požáru, jako jsou domácnosti. CRIB 5 je považován za přísnější standard, protože testuje odolnost proti většímu zdroji ohně a používá se pro prostředí s vyšším rizikem.

Jelikož zadavatel požaduje vyšší úroveň bezpečnosti proti požáru, proto zvolil jako minimální požadavek CRIB 5. Z tohoto důvodu **zadavatel na parametru trvá**.

Dotaz č.2:

Dále požadujete: „snadno snímatelný PES/PUR potah o gramáži min. 230g/m², paropropustný, voděodolný, velmi odolný zip s ochrannou chlopní proti znečištění“.

Tato specifikace potahu nepřináší žádné zvláštní výhody, naopak by mohla být méně flexibilní a tužší.

Nejběžnější a vyhovující potahy jsou vyrobeny s gramáží 200 g/m².

Prosíme o akceptaci potahového materiálu o gramáži 200 g/m².

Dotaz č. 2 – odpověď:

Zadavatel požaduje, aby potahy matrací byly přiměřeně oděruvzdorné a pevné z důvodu vytiženosti matrací v nemocničním zařízení, ale přesto bude zadavatel **akceptovat potahy s gramáží 200 g/m²**.

Zadavatel provedl změnu v Příloze č. 3 – Technická specifikace dodávky, a to s použitím funkce sledování změn.

7.	snadno snímatelný PES/PUR potah o gramáži min. 230 200g/m ² , paropropustný, voděodolný, velmi odolný zip s ochrannou chlopní proti znečištění	
----	--	--

21.	snadno snímatelný PES/PUR potah o gramáži min. 230 200g/m ² , paropropustný, voděodolný, velmi odolný zip s ochrannou chlopní proti znečištění	
-----	--	--

Aktuální verzi **Přílohy č. 3** zadavatel uveřejňuje na svém profilu na stejném místě jako byla uveřejněna zadávací dokumentace.

Vzhledem k povaze otázek, odpovědí, informací a změn **se lhůta pro podávání nabídek prodlužuje do 14.10.2024 do 8:00 hodin.**

V Jihlavě dne dle data elektronického podpisu

.....
Ing. Alexander Filip
ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace