



## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění  
(dále jen „zákon“)

Zadavatel:	Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace
sídlo zadavatele:	Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě
zastoupený:	JUDr. Věrou Palečkovou
IČO:	00842001
název VZ:	Laparoskopická sestava pro COS
druh zadávacího řízení:	podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení
ev. č. VZ u zadavatele:	06/24/VZ

Zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 1 zákona uvádí níže uvedené upřesnění zadávací dokumentace:

Upřesnění zadávací dokumentace
Zadavatel v příloze č. 2 Technické specifikaci nedoplněním požadoval 2x 2ks videolaparoskopů se stejným úhlem pohledu 30°(položky č. 76 a č. 90). Správně má být v pol. č. 90 uveden úhel pohledu 0°.
V té souvislosti zadavatel upravuje znění položky č. 90 v příloze č. 2 ZD, a to tak, že hodnotu „30°“ nahrazuje hodnotou „0°“.

### **Rozhodnutí zadavatele**

V souvislosti se shora uvedeným upřesněním zadavatel rozhodl o **úpravě technických podmínek na předmět plnění** uvedených v příloze č. 2 ZD, a to tak, jak je popsáno výše. Všechny úpravy jsou provedeny buď formou přeškrtnutí původního textu nebo červeně psaným novým textem.

Nové znění přílohy č. 2 ZD se zvýrazněnými změnami je přílohou této zprávy.

*Poznámka: zadavatel informuje, že pokud obdrží nabídky obsahující původní znění přílohy, nebude to důvod k vyloučení takového účastníka zadávacího řízení za předpokladu, že nabízené plnění splní technické podmínky upravené na základě tohoto vysvětlení, tj. technické podmínky uvedené v aktualizované příloze č. 2 ZD, která je přílohou tohoto dokumentu.*

**Ostatní ustanovení v celé zadávací dokumentaci ke shora uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změn.**

V Novém Městě na Moravě dne 8.10.2024

Nemocnice Nové Město na Moravě,  
příspěvková organizace  
JUDr. Věra PALEČKOVÁ  
ředitelka

JUDr. Věra Palečková, ředitelka nemocnice