



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZZVZ“)

k nadlimitní veřejné zakázce

„DODÁVKA TRANSPORTNÍCH VENTILÁTORŮ“ - VZ 11/24

Na základě vznesených dotazů k veřejné zakázce na dodávku transportních ventilátorů – VZ 11/24 ze dne 27.11.2024 odpovídáme následující:

Přesné znění:

Hmotnost přístroje a rozměry Zadavatel v Technické specifikaci a Kontrolní tabulce požaduje uvést hmotnost a rozměry přístroje:

„hmotnost kompletního přístroje (tzn. ventilátor, baterie)“,
„hmotnost kompletního přístroje (v kg) (tzn. transportní ventilátor, vč. základní sady baterií v počtu zajišťujícím plnou funkčnost přístroje a maximální deklarovaný výkon)“,
„součet rozměrů přístroje (v mm)“.

Námi nabízený přístroj je v konfiguraci na nosné jednotce, která se zavěšuje do držáku na stěně vozidla, má nabíjecí rozhraní, brašnu s postranními kapsami na příslušenství, ramenní popruh, madlo a pásy na zavěšení k transportním nosítkům. Samotný ventilátor nemusí být vždy instalován na nosnou jednotku, lze sejmut a používat samostatně (např. může být díky kompaktním rozměrům umístěn v záchranářském batohu). Máme do Technické specifikace a Kontrolní tabulky uvést hmotnost a rozměry samotného přístroje (včetně baterie) nebo celého kompletu – přístroj (včetně baterie) + nosná jednotka + brašna s postranními kapsami?

Odpovědi:

Účastník uvede hmotnost (vč. baterie) a rozměry samostatného přístroje.

V Jihlavě dne

.....
Ing. Vladislava Filová

ředitelka

„podepsáno elektronicky“