

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

dle § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Veřejná zakázka	
Název:	Nemocnice Havlíčkův Brod – výměna zdrojových napájecích jednotek na oddělení ARO
Identifikátor zakázky (systémové číslo):	P24V00000786
Datum zahájení zadávacího řízení:	21. 11. 2024
Zadavatel	
Název:	Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
IČO:	00179540
Adresa sídla:	Husova 2624 580 01 Havlíčkův Brod
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	Mgr. David Rezničenko, MHA, ředitel
Profil zadavatele:	https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_194.html
Kontaktní osoba zadavatele:	Monika Chladová e-mail: monika.chladova@onhb.cz tel: 569 472 167

Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky obdržela dne 29. 11. 2024 žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace a v souladu se zákonem a čl. 13 Výzvy k podání nabídek uvádí níže její přesné znění a v návaznosti na ni vysvětlení zadávací dokumentace:

Žádost dodavatele č. 1:

Dotaz č. 1:

Vážený,

v souvislosti se zveřejněnou zadávací dokumentací (dále jen „ZD“) pro zpracování nabídky k veřejné zakázce s názvem „Nemocnice Havlíčkův Brod – výměna zdrojových napájecích jednotek na oddělení ARO“ si Vás dovoluujeme požádat dle bodu 13.1 ZD o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace k této zakázce:

dle zveřejněné projektové dokumentace příloha č. 5_DOKUMENTACE_obnova napájecích jednotek ARO_2024.zip zadavatel u položky č. 35 D+M zdrojový most průběžný pro 1 lůžko – výbava viz. příloha pohled č. 1 požaduje na levé noze zdrojového mostu rameno 300+300 m se zdrojovou hlavou a tyčí Ø28/800 mm a na pravé noze zdrojového mostu rameno 300+300 mm se zdrojovou hlavou a tyčí Ø38/1200 mm.

Domníváme se, že uvedená technická specifikace nespĺňuje zásadu nediskriminace a rovného zacházení dle § 6 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (nový) - znění od 01.01.2024 a to z toho důvodu, že uvedené technické řešení (konkrétně

rameno se zdrojovou hlavou umístěnou na noze zdrojového mostu) na trhu aktuálně nabízí pouze jeden výrobce.

Vzhledem k rozmístění držáků pro infuzní techniku dle zveřejněné projektové dokumentace prosíme o možnost navrhnout variantu zdvižného mostu pro větší komfort zdravotnického personálu při manipulaci se zdravotnickým prostředkem do podávané nabídky.

Pro upřesnění a představu Vám přikládáme katalogový list zmíněného výrobku a fotografii z realizace zakázky podobného typu a charakteru.

Předem děkujeme, že se naším dotazem budete zabírat a jsme s pozdravem,

Odpověď zadavatele č.1:

ad Dotaz č. 1:

Stávající řešení medicinálních jednotek na oddělení ARO je tzv. stropním stativem s jednobodovým uchycením do stropní konstrukce.

Zvyšujícími se nároky zdravotnické techniky, zejména zátěže zdravotnické techniky jsou stativy s jednobodovým uchycením často vychýleny od svislé osy.

Na základě výše uvedených zkušeností se přistoupilo k řešení tzv. zdrojového mostu s uchycením pomocí dvou sloupů do stropní konstrukce (dvoubodové uchycení).

Toto řešení zajistí lepší přenos statických a dynamických sil do stropní konstrukce od zatížení jak rampy, tak zdravotnické techniky.

Zadavatel veřejné zakázky trvá u položky č. 35 - D+M zdrojový most průběžný pro 1 lůžko na uchycení medicinální rampy pomocí dvou sloupů do stropní konstrukce.

U námi navrženého technického řešení není známo, že by byl na trhu pouze jeden výrobce. Případně prosíme o doložení Vámi zasláního tvrzení.

Ohledně vybavení u položky č. 35 - D+M zdrojový most průběžný pro 1 lůžko - pohled č. 1 bude dodržen počet jednotlivých vývodů (elektrické zásuvky, medicinální plyny, slaboproudé zásuvky atd.) a dále bude dodržen počet ramínek/držáků dle jejich specifikovaného účelu.

Technické řešení ramínek/držáků na dané rampě lze zaměnit za jiné řešení, nicméně musí být dodržen účel, pro které se držáky/ramínka na dané rampě instalují.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace se uveřejňuje na profilu zadavatele na adrese: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_194.html, a na konkrétní adrese týkající se shora uvedené veřejné zakázky: <https://ezak.kr-vysocina.cz/vz00012561>.

V Havlíčkově Brodě

.....
Mgr. David Rezničenko, MHA

ředitel

Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace

podepsáno elektronicky