



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění
(dále jen „zákon“)

Centrální zadavatel:	Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace
sídlo zadavatele:	Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě
zastoupený:	JUDr. Věrou Palečkovou
IČO:	00842001
název VZ:	Dezinfekce 2
druh zadávacího řízení:	nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení
ev. č. u zadavatele:	08/24/VZ
ev. č. ve VVZ:	Z2024-057756

Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky na dodávky obdržel dne 3.12.2024 Žádost o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „ZD“). Doslovné znění dotazů včetně odpovědí zadavatele je uvedeno níže.

Dotaz č. 1
Znění dotazu:
<p>Zadavatel v příloze č.2 - <i>Technická specifikace předmětu plnění – minimální technické podmínky na předmět veřejné zakázky</i> u produktů 1-3 k dezinfekci rukou požaduje jednosložkové dezinfekční přípravky na ruce (produkt 1,3 na bázi etanolu bez další přídavné látky, produkt 2 na bázi propanolu, isopropanolu). Není nijak legislativně podloženo, že by přípravek určený k dezinfekci rukou, měl obsahovat pouze jednosložkový alkohol. K dezinfekci rukou je nutno používat přípravek na bázi alkoholu (není určena složka alkoholu) a účinnost přípravku je dána testováním dle příslušných norem. Takto zadaný požadavek přímo poukazuje na přípravky konkrétních výrobců, je netransparentní a znemožňuje zadavateli získat nejvhodnější nabídku na trhu, protože účelově omezuje podání nabídky vícero zájemcům.</p>
<p>Dotaz 1: Z jakého konkrétního důvodu požaduje zadavatel přípravky na bázi jedné složky alkoholu, tedy přípravky na bázi etanolu nebo propanolu?</p>
<p>Dotaz 2: Může zadavatel ustoupit od takového požadavku a umožnit nabídnout dezinfekční přípravek na ruce, který splňuje ostatní specifikace a je na bázi alkoholu, v libovolném poměru etanolu a propanolu?</p>
Znění odpovědi:
<p>Zadavatel požaduje k hygieně rukou jednosložkové přípravky z důvodu zajištění co největšího uživatelského komfortu pro zdravotnické pracovníky. U jednosložkových přípravků je nižší riziko nežádoucích událostí či alergií. Dezinfekční přípravky na bázi jedné složky alkoholu, jako je etanol nebo propanol, se rychle odpařují, což je důležitým momentem v rychlé a efektivní dezinfekci rukou.</p> <p>Zadavatel k oběma dotazům uvádí, že ve vztahu k dezinfekci rukou trvá v celém rozsahu na požadavcích uvedených v předmětné zadávací dokumentaci. Zadavateli je známo, že požadavek splňují přípravky minimálně dvou výrobců pro každou položku.</p>

Dotaz č. 2
Znění dotazu:
Zadavatel v příloze č.2 - <i>Technická specifikace předmětu plnění – minimální technické podmínky na předmět veřejné zakázky</i> u přípravku č.1 požaduje účinnost B do 30 s.
Dotaz: Může zadavatel povolit dodávku přípravku, který splňuje B do 60s?
Znění odpovědi:
Zadavatel nebude akceptovat dodávku přípravku, který splňuje B do 60s a ve vztahu k dezinfekci rukou trvá v celém rozsahu na požadavcích uvedených v předmětné zadávací dokumentaci. Zadavateli je známo, že požadavek splňují přípravky minimálně dvou výrobců.

Dotaz č. 3
Znění dotazu:
Zadavatel v příloze č.2 - <i>Technická specifikace předmětu plnění – minimální technické podmínky na předmět veřejné zakázky</i> požaduje dodávku 2 přípravků registrovaných jako léčivý přípravek (přípravek 6 a 9). Léčivé přípravky jsou zpravidla součástí výběrových řízení na léčivé přípravky, kdy tímto je možné dosáhnout nabídek od více dodavatelů.
Dotaz: Může zadavatel ustoupit od požadavku na nabídku na léčivé přípravky a tím zajistit vyšší transparentnost veřejné zakázky? Zadavatel nebude diskriminovat potenciální účastníky, kteří nedisponují danými léčivy a zajistí si zajímavější následnou nabídku od dodavatelů léčiv.
Znění odpovědi:
Zadavatel nebude ustupovat ze stanoveného požadavku na dezinfekční přípravek č. 6 a č. 9. Zadavatel stanovuje požadavky dle svých potřeb a tento produkt je nezbytnou součástí dezinfekční politiky zadavatele. Zadavatel doplňuje, že při aplikaci příslušných ustanovení zákona č. 134/2016Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů, nebrání požadavek na dezinfekční přípravky “v režimu léčivých přípravků” účasti dodavatelů v zadávacím řízení.

Dotaz č. 4
Znění dotazu:
Zadavatel v příloze č.2 - <i>Technická specifikace předmětu plnění – minimální technické podmínky na předmět veřejné zakázky</i> požaduje u produktu č. 11 tzv. reparační krém.
Dotaz 1: Chtěli bychom požádat zadavatele o vysvětlení pojmu reparační krém. Jaké je složení krému, který nazývá zadavatel jako reparační?
Dotaz 2: Jaký je přesný rozdíl mezi krémem požadovaným u položky č.10 a u položky č.11?
Znění odpovědi:
Zadavatel k dotazu 1 uvádí, že reparační krém = regenerační krém, který obsahuje složky k regeneraci pokožky rukou zatíženou častým mytím či dezinfekcí rukou. Zadavatel k dotazu 2 sděluje, že zadavatel u položky č. 10 požaduje nemastný krém s rychlým vstřebáváním. U položky č. 11 zadavatel požaduje reparační neboli regenerační krém obsahující péstící složky s hloubkovou péčí.

Dotaz č. 5

Znění dotazu:

Zadavatel v příloze č.2 - *Technická specifikace předmětu plnění – minimální technické podmínky na předmět veřejné zakázky* požaduje přípravek č. 19 v rozporu s legislativou, přesně s ČS EN 14885 Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika – Použití evropských norem pro chemické dezinfekční přípravky a antiseptika. Kde jsou podmínky pro testování dezinfekčních přípravků na kontaktní plochy stanoveny následujícím způsobem:

Účinnost: ABV – maximální kontaktní doba 5 min.

Účinnost C – maximální kontaktní doba 15 min.

19. Použití: Dezinfekce malých kontaktních ploch při epidemiologicky závažných situacích ve formě vlhčeného ubrousku s účinností A,(B+),(V),T, *Cl.difficile*

Účinná látka: peroxid vodíku nebo kyselina peroxyoctová, bez další účinné látky

Účinnost/expozice: A,(B+),(V),T, *Cl.difficile* / do 60 minut

Balení: 50 – 100 ks dóza nebo flow-pack
50 – 100 ks náhradní náplň

Poznámky: velikost ubrousku min. 355 cm,
min. velikost jedné strany ubrousku 17 cm

Prosíme o úpravu požadavku na účinnost tak, aby korespondovala s legislativou.

Znění odpovědi:

Zadavatel přehodnotil požadavek na dezinfekční přípravek č. 19 a rozhodl o vyjmutí dezinfekčního přípravku č. 19 z předmětu plnění veřejné zakázky.

V té souvislosti zadavatel upravuje přílohu č. 2 ZD *Technická specifikace předmětu plnění – minimální technické podmínky na předmět veřejné zakázky* (dále jen „příloha č. 2 ZD“) článek IV část C (*Dezinfekční přípravky k dezinfekci malých kontaktních ploch*) a to tak, že odstraňuje celou tabulku s uvedenými požadavky na dezinfekční přípravek č. 19.

V této návaznosti zadavatel odstraňuje i textaci ve znění „(vyjma položky č. 19 níže)“ uvedenou v příloze č. 2 ZD v článku IV části C v odst. 5.

Současně zadavatel upravuje přílohu č. 1 ZD a to tak, že odstraňuje položku č. 19.

Rozhodnutí zadavatele

Na základě žádosti dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace a v souvislosti se shora uvedeným vyjádřením zadavatele, zadavatel rozhodl o **úpravě požadavků v příloze č. 1 ZD a v příloze č. 2 ZD**, a to tak, jak je popsáno výše. Všechny úpravy jsou provedeny buď formou přeškrtnutí původního textu nebo **červeně psaným novým textem**. Nové znění přílohy č.1 ZD a také přílohy č. 2 ZD se zvýrazněnými změnami je přílohou této zprávy.

Poznámky:

1. *Zadavatel informuje, že z důvodu úpravy přílohy č. 1 ZD (vyjmutí položky č. 19 z předmětu plnění) je nezbytné zpracovat cenovou nabídku POUZE pomocí aktuální přílohy č. 1 ZD, přiložené k tomuto Vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel upozorňuje, že v případě obdržení nabídky obsahující cenovou nabídku formou přílohy č. 1 v původním znění, bude taková nabídka vyřazena a účastník bude vyloučen z účasti v zadávacím řízení.*
2. *Zadavatel informuje, že pokud obdrží nabídky obsahující původní znění přílohy č. 2, nebude to důvod k vyloučení takového účastníka zadávacího řízení.*

Ostatní ustanovení v celé zadávací dokumentaci ke shora uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změn.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek

V souvislosti s výše popsány změnami zadávacích podmínek, zadavatel v souladu s § 99 odst. 2 zákona ve vztahu k provedeným úpravám **PRODLUŽUJE PRÍMĚŘENĚ LHŮTU PRO PODÁNÍ NABÍDEK, a to do 23.12.2024 do 10:00 hodin.**

Vzhledem k výše uvedenému zadavatel v souladu s § 212 odst. 4 zákona oznamuje dodavatelům provedení změny informací v platném formuláři Oznámení o zahájení zadávacího řízení uveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek (dále jen „VVZ“) dne 28.11.2024 pod ev. č. F2024-059359. Opravný formulář byl zadavatelem odeslán do Věstníku veřejných zakázek a Úředního věstníku EU dne 6.12.2024.

Uveřejnění a poskytnutí dodatečných informací

V souladu s článkem 13.3 ZD je pro poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace využito elektronických prostředků. Vysvětlení ZD včetně přesného znění žádosti o vysvětlení ZD zadavatel v souladu s § 98 odst. 1 zákona uveřejňuje stejným způsobem, jakým byla uveřejněna ZD, tj. elektronicky, neomezeně a přímým dálkovým přístupem na profilu zadavatele – viz https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_196.html.

Vysvětlení ZD zasílá zadavatel současně všem jemu známým dodavatelům, tj. dodavatelům, kterým byla poskytnuta ZD prostřednictvím profilu zadavatele za podmínky, že si se stažením ZD aktivovali na profilu zadavatele v sekci „Zadávací dokumentace veřejné zakázky“ odběr upozornění na změny v zadávacích podmínkách, resp. dodatečných informací.

V Novém Městě na Moravě dne 6.12.2024



.....
JUDr. Věra Palečková, ředitelka nemocnice

Přílohy:

Příloha č. 1 Cenová nabídka, podklady pro hodnocení ve znění ke dni 6.12.2024

Příloha č. 2 Technická specifikace předmětu plnění – minimální technické podmínky na předmět veřejné zakázky ve znění ke dni 6.12.2024