

Nadlimitní veřejná zakázka

„Multiplexový plně automatizovaný urgentní test pro syndromové PCR testování respiračních patogenů včetně bezplatné výpůjčky přístroje na rychlou diagnostiku pomocí PCR multiplex“ – dodatečné informace č. 2

Dne 28. 4. 2025 byl vznesen dotaz k zadávací dokumentaci na výše uvedenou veřejnou zakázku, na který Vám zasíláme odpověď:

Dotaz č. 1

Zadavatel v Příloze č. 2 Smlouva o výpůjčce v bodě 2.4 Předmět a účel smlouvy požaduje „Půjčitel prohlašuje, že předmět výpůjčky je jako celek otevřený pro použití diagnostických souprav jiných výrobců či vlastních metod a zároveň je v souladu s Evropskou regulací IVDR 2017/746 označen značkou shody CE.“ Dodavatel se dotazuje vzhledem ke skutečnosti, že plně automatizované syndromové PCR analyzátory jsou typicky uzavřené systémy (bez možnosti používat jiné diagnostické soupravy kromě těch dodávanými výrobcem daného přístroje) se značně specifickou, obvykle patentovanou technologií, čímž se vylučuje možnost používat diagnostické testy dodávané jiným výrobcem. Bude Zadavatel akceptovat řešení, kde je možno používat pro předmětný analyzátor jenom reagentie od jednoho výrobce?

Odpověď č. 1

Ano, zadavatel bude akceptovat analyzátor, který umožňuje využívat reagentie pouze jednoho výrobce.

Informace 1

Zadavatel na základě výše uvedené odpovědi upravil Přílohu č. 4 – Návrh smlouvy o výpůjčce včetně příloh, kterou uveřejňuje v rámci tohoto vysvětlení. Zároveň zadavatel připojil odstavec 7.10. týkající se schválení výpůjčky Radou Kraje Vysočina. Původní znění Přílohy č. 4 – Návrh smlouvy o výpůjčce včetně příloh se ruší a nově uveřejněné se stává součástí zadávací dokumentace.

Informace 2

Z důvodu změny, nebo doplnění zadávací dokumentace dle § 99 ZZVZ prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek a upravuje Oznámení o zahájení zadávacího řízení následovně:

Nově Lhůta pro podání nabídek:
Datum: **5. 6. 2025** Čas: **10:00 hodin**

Oprava oznámení o zahájení zadávacího řízení bude zveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek a Úředním věstníku EU.

S pozdravem

Ing. Eva Tomášová
ředitel

Příloha:

Příloha č. 4 – Návrh smlouvy o výpůjčce včetně příloh (revize 29. 4. 2025)