

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

PODMÍNKY A POŽADAVKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ VČETNĚ KVALIFIKACE

Zadávací dokumentace je zpracována v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon/ZZVZ“).

Název veřejné zakázky:	Magnetická rezonance 3T
Zadávací řízení:	Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky, otevřené řízení
Evidenční číslo u zadavatele:	O-2025-3
Evidenční číslo ve VVZ:	Z2025-007832

Zadavatel:	Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
Statutární zástupce:	Ing. Alexander Filip
Sídlo:	Vrchlického 59, 586 01 Jihlava
IČ/DIČ:	0090638/CZ00090638
Bankovní spojení:	18736-681/0100, Komerční banka, a.s.
E-mail:	sekretariat@nemji.cz
Tel:	567 157 111
Datová schránka:	4srk6jw

Obsah

1. Identifikační údaje zadavatele	4
2. Zadávací dokumentace	4
2.1 Členění zadávací dokumentace	4
2.2 Obecné informace	5
2.3 Dostupnost zadávací dokumentace.....	5
2.4 Vysvětlení zadávací dokumentace.....	5
3. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky	6
3.1 Předmět plnění	6
3.2 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky.....	7
3.3 Klasifikace předmětu plnění	7
4. Doba a místo plnění veřejné zakázky	7
4.1 Doba plnění.....	7
4.2 Místo plnění.....	8
4.3 Prohlídka místa plnění	8
5. Lhůty zadávacího řízení	8
6. Lhůta a místo pro podání nabídek	8
6.1 Lhůta pro podání nabídek.....	8
6.2 Pozdní podání nabídky.....	8
6.3 Místo pro podání nabídek.....	8
6.4 Otevírání nabídek	9
7. Obsah a zpracování nabídky	9
7.1 Obsah nabídky	9
7.2 Zpracování nabídky	9
7.3 Varianty nabídky	10
7.4 Nabídková cena za předmět plnění	10
7.5 Nabídková cena za pozáruční servisní služby	10
7.6 Změna ceny.....	10
8. Hodnocení a posouzení nabídek	11
8.1 Hodnocení nabídek.....	11
8.2 Způsob hodnocení	11
8.3 Posouzení nabídek	13
9. Podmínky účasti v zadávacím řízení	13
9.1 Podmínky kvalifikace	13

9.2	Technické podmínky předmětu plnění	13
9.3	Obchodní a platební podmínky	14
10.	Podmínky kvalifikace dodavatele	14
10.1	Požadavky na kvalifikaci dodavatele	14
10.2	Podmínky základní způsobilosti	14
10.3	Prokázání základní způsobilosti	15
10.4	Podmínky profesní způsobilosti	15
10.5	Prokázání profesní způsobilosti	15
10.6	Technická kvalifikace dodavatele	15
10.7	Prokázání technické kvalifikace	16
10.8	Prokazování kvalifikace výpisem ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů	16
10.9	Prokazování kvalifikace prostřednictvím jiných osob	17
10.10	Forma a stáří dokladů, prokazujících kvalifikaci dodavatele	17
11.	Podmínky uzavření smlouvy	18
11.1.	Předložení povinných dokladů	18
11.2.	Identifikace skutečného majitele	18
11.3.	Zákaz zadání veřejné zakázky	18
12.	Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem	18
12.1	Forma komunikace	18
12.2	Komunikace dodavatele se zadavatelem	19
12.3	Komunikace zadavatele s dodavatelem	19

1. Identifikační údaje zadavatele

Název: Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
Statutární zástupce: Ing. Alexander Filip, ředitel
Sídlo: Vrchlického 59, 586 01 Jihlava
IČO: 0090638
DIČ: CZ00090638
Telefon: +420 567 157 111
Fax: +420 567 301 212
E-mail: sekretariat@nemji.cz
Web: www.nemji.cz
Datová schránka: 4srk6jw
Profil zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_195.html

Kontaktní osoba pro informace o veřejné zakázce:

Jméno a příjmení: Ing. Kristýna Rosická, MBA
Telefon: +420 776 345 043
E-mail: rosickak@nemji.cz

2. Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentací jsou ve smyslu ustanovení § 28 odst. 1 písm. b) zákona myšleny veškeré písemné dokumenty obsahující zadávací podmínky, sdělované nebo zpřístupňované účastníkům při zahájení zadávacího řízení.

Zadávací podmínky jsou stanoveny v souladu s § 36 zákona a mohou být po zahájení zadávacího řízení změněny nebo doplněny v případech které stanoví zákon.

Zadavatel nevyhrazuje účast v zadávacím řízení určitým dodavatelům. Zadávacího řízení se může zúčastnit kterýkoliv dodavatel splňující podmínky účasti v zadávacím řízení.

2.1 Členění zadávací dokumentace

- Zadávací dokumentace – Podmínky a požadavky zadávacího řízení, včetně podmínek kvalifikace
- Příloha č. 1 – Krycí list nabídky
- Příloha č. 2 – Čestné prohlášení dodavatele
- Příloha č. 3 – Technická specifikace dodávky
- Příloha č. 4 – Návrh kupní smlouvy
- Příloha č. 5 – Návrh servisní smlouvy

- Příloha č. 6 – Seznam referenčních dodávek
- Příloha č. 7 - Čestné prohlášení k mezinárodním sankcím
- Příloha č. 8 – Orientační výkres místa plnění

2.2 Obecné informace

Výše uvedená veřejná zakázka je zadávána v rámci dotačního projektu „Posílení onkologické prevence a péče Nemocnice Jihlava, reg. č. CZ.31.8.0/0.0/0.0/23_072/0008263:“, který je financován Evropskou unií z Nástroje pro oživení a odolnost prostřednictvím Národního plánu obnovy.

Zadávací dokumentace je zpracována v souladu se zákonem, a s Obecnými a Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce dotačních projektů.

Zakázka je zadávána v nadlimitním režimu otevřeného řízení, v souladu s ustanovením § 56 zákona.

Zakázka není dělena na části ve smyslu ustanovení § 101 zákona.

2.3 Dostupnost zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace, obsahující zadávací podmínky sdělované nebo zpřístupňované účastníkům zadávacího řízení při zahájení zadávacího řízení, jsou uveřejňovány v souladu s ustanovením § 96 zákona na profilu zadavatele, viz odkaz: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_195.html. Zde je ZD ode dne vyhlášení zakázky uveřejněna v plném rozsahu (tj. textová část i ostatní části), včetně aktualizovaných verzí dokumentů.

Dodavatel je povinen průběžně sledovat profil zadavatele pro případ uveřejnění nových informací a dokumentů. Zadavatel doporučuje registraci dodavatele na profilu, zadáním kontaktního emailu pro odebrání zpráv a upozornění, týkajících se daného zadávacího řízení. Pouze registrovaný dodavatel dostává upozornění k průběhu zadávacího řízení, a pouze plně registrovaný a ověřený uživatel může do elektronického nástroje vložit nabídku. Za správnost a úplnost zadaných kontaktních údajů odpovídá dodavatel.

Podáním nabídky v zadávacím řízení účastník přijímá plně a bez výhrad zadávací podmínky včetně příloh a případných dodatků k těmto zadávacím podmínkám.

2.4 Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel může zadávací dokumentaci vysvětlit bez žádosti dodavatele. Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel uveřejní na profilu zadavatele v souladu s ustanovením § 98 odst. 1 zákona nejméně 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli písemně vysvětlení zadávací dokumentace dle ustanovení § 98 zákona. Písemná žádost o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace se podává elektronicky prostřednictvím profilu zadavatele, v českém jazyce.

Písemná žádost o vysvětlení zadávací dokumentace musí být zadavateli doručena v souladu s ustanovením § 98 odst. 3 zákona, nejpozději **6 pracovních dnů** před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Pokud není žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace doručena včas, nemusí zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace poskytnout, pokud je však přesto poskytne, nemusí dodržet lhůty stanovené v § 98 odst. 1 zákona.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace může být zadavateli doručena:

- prostřednictvím elektronického nástroje EZAK (profil zadavatele) – **preferovaný způsob**

- prostřednictvím datové schránky (**4srk6jw**)
- e-mailem (pouze uvedené kontaktní osoby).

Vysvětlení/změny/dodatečné informace k zadávací dokumentaci budou uveřejněny stejným způsobem a na stejném místě jako zadávací dokumentace, tj. elektronicky, neomezeně a přímým dálkovým přístupem na profilu zadavatele. Vážným zájemcům o účast v zadávacím řízení je důrazně doporučeno aktivovat odběr upozornění na změny. Upozornění nalezne v sekci „Zadávací dokumentace veřejné zakázky“ odběr upozornění na změny v zadávacích podmínkách.

Kontaktní osoba pro vysvětlení a dodatečné informace k zadávací dokumentaci:

Jméno a příjmení: Ing. Kristýna Rosická
Telefon: +420 776 345 043
E-mail: rosickak@nemji.cz

3. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky

3.1 Předmět plnění

Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je:

- dodávka **nového systému magnetické rezonance 3T včetně souvisejícího vybavení**, dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 kupní smlouvy (*Specifikace předmětu plnění*),
- doprava, instalace a zapojení všech dodaných prvků v místě plnění,
- uvedení předmětu plnění do řádného provozu (součástí taktéž zajištění všech počátečních zkoušek pro provoz, kalibrace atd.),
- provedení školení obsluhy zařízení v souladu se zákonem č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích v platném znění, v rozsahu dle doporučení výrobce a návodu k použití, v českém jazyce, po dobu minimálně 30 dní,
- bezplatný záruční servis ve specifikaci uvedené v čl. 6 návrhu kupní smlouvy (Příloha č. 4 zadávací dokumentace), v souladu s příslušnými předpisy, a to po celou dobu záruční lhůty v délce trvání minimálně 24 měsíců,
- garantované pozáruční servisní služby ve specifikaci uvedené v návrhu servisní smlouvy (Příloha č. 5 zadávací dokumentace), a to po dobu minimálně 6 let,
- dodání podkladů potřebných pro provoz zařízení, zejména uživatelských manuálů (návod k obsluze) v českém jazyce – 1x elektronická verze technického manuálu výrobce,
- dodání prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění, a dle příslušného zákona o zdravotnických prostředcích v platném znění.

Předmět plnění veřejné zakázky musí splňovat z pohledu kvality všechny příslušné předepsané normy a musí být v souladu s platnou legislativou pro tuto oblast, zejména se zákonem č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích (pokud je předmět plnění registrovaným zdravotnickým prostředkem) a zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů.

Předpokládá-li účastník zadávacího řízení, že bude při realizaci plnění ze smlouvy nutná spolupráce s oddělením informačních technologií zadavatele, požaduje zadavatel, aby byl v nabídce účastníka

specifikován budoucí rozsah této spolupráce tak, aby bylo možné v dostatečném předstihu alokovat zdroje na straně zadavatele (Nemocnice Jihlava).

Účastník je povinen akceptovat a dodržet veškeré zásady, stanovené v externí bezpečnostní politice zadavatele, viz odkaz: www.nemji.cz/kyberbezpecnost

Pokud se v zadávacích podmínkách vyskytnou požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je účastník oprávněn navrhnout i jiné, technicky a kvalitativně obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v této zadávací dokumentaci.

V případě potřeby či pochybností si zadavatel vyhrazuje právo požádat účastníka o dodání prohlášení/garanci výrobce, že nabízené zařízení/materiál splňuje definované vlastnosti a bezplatně předvedení nabízeného předmětu na pracovišti zadavatele, za účelem posouzení, zda jsou splněny požadavky na předmět plnění.

3.2 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky:	53 248 275 Kč bez DPH
---	------------------------------

Předpokládaná nabídková cena za předmět plnění (dodávka):	47 448 275 Kč bez DPH
---	-----------------------

Předpokládaná nabídková cena za pozáruční servis po dobu 48 měsíců:	5 800 000 Kč bez DPH
---	----------------------

Předpokládaná nabídková cena za předmět plnění (za dodávku zdravotnické techniky) je zároveň stanovena jako cena maximálně přípustná, kterou není možno překročit. Případné překročení této maximální ceny bude důvodem k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je stanovena ke dni zahájení zadávacího řízení, a to podle cen vycházejících z průzkumu trhu a obdobných plnění, realizovaných v předchozích letech.

3.3 Klasifikace předmětu plnění

Kódy CPV:

- 33111610-0** Jednotka magnetické resonance
- 33197000-7** Počítačové vybavení pro zdravotnictví
- 33190000-8** Různé zdravotnické přístroje a výrobky
- 50421000-2** Opravy a údržba zdravotnických přístrojů

4. Doba a místo plnění veřejné zakázky

4.1 Doba plnění

Realizace předmětu plnění veřejné zakázky bude zahájena dnem nabytí účinnosti kupní smlouvy (dnem zveřejnění v Registru smluv).

Zadavatel odešle vybranému dodavateli nejpozději 5 měsíců po nabytí účinnosti kupní smlouvy oficiální výzvu k zahájení plnění (tato výzva bude dodavateli odeslána prostřednictvím profilu zadavatele EZAK, s platným el. podpisem). Ode dne doručení této výzvy je dodavatel povinen dodat kompletní předmět veřejné zakázky na místo plnění, a to do **35 kalendářních dnů**.

4.2 Místo plnění

Místem plnění je sídlo zadavatele:

Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, Vrchlického 4630/59, 586 01 Jihlava, Oddělení zobrazovacích metod

4.3 Prohlídka místa plnění

Zadavatel neumožňuje prohlídku místa plnění, neboť prostory určené pro umístění nového systému magnetické rezonance 3T jsou ve výstavbě. Technické podmínky instalace nového systému budou včas konzultovány s vybraným dodavatelem. Zadavatel zveřejňuje jako součást zadávací dokumentace orientační výkres projektové dokumentace v místě plnění (Příloha č. 8 zadávací dokumentace). Součástí předmětu plnění nejsou stavební úpravy místa plnění.

5. Lhůty zadávacího řízení

Zadávací lhůta je stanovena v souladu s § 40 zákona. Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek.

Lhůta, po kterou jsou účastníci vázáni svými nabídkami, činí 3 měsíce ode dne následujícího po skončení lhůty pro podání nabídek.

6. Lhůta a místo pro podání nabídek

6.1 Lhůta pro podání nabídek

Účastníci zadávacího řízení jsou povinni podat svoji nabídku ve lhůtě pro podání nabídek, tj. do termínu uveřejněného v Oznámení o zahájení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek a na profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_195.html

Nabídkou se rozumí údaje nebo doklady, které účastník podá písemně v elektronické podobě zadavateli, na základě zadávacích podmínek. Dodavatel může podat v zadávacím řízení vždy pouze jednu nabídku. Dodavatel, který podal nabídku v tomto zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

6.2 Pozdní podání nabídky

Pokud nebude nabídka zadavateli doručena ve stanovené lhůtě nebo způsobem a na místo stanovené v zadávacích podmínkách, nepovažuje se za podanou a v průběhu zadávacího řízení se k ní nebude přihlížet. Za řádné podání nabídky je odpovědný účastník zadávacího řízení.

6.3 Místo pro podání nabídek

Nabídky musí být podány písemně v elektronické podobě:

- musí být zadavateli doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek, prostřednictvím elektronického nástroje, kterým je profil zadavatele v systému E-ZAK
- nabídka se vkládá do záložky veřejné zakázky, na místo dle uvedeného odkazu:

https://ezak.kr-vysocina.cz/contract_display_12914.html

- nabídky se předkládají v jednom vyhotovení, přičemž účastník vloží na profil zadavatele buď celou nabídku v jednom naskenovaném dokumentu, nebo vloží jednotlivé požadované dokumenty zvlášť
- krycí list, který je povinnou součástí nabídky, musí být podepsán osobou oprávněnou jednat jménem účastníka, dodavatel použije buď elektronický podpis, nebo osoba oprávněná jednat za dodavatele podepíše listinnou formu nabídky před vytvořením elektronické kopie
- podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce:
<https://ezak.kr-vysocina.cz/manual.html>,
- v případě problémů kontaktujte: ezak@kr-vysocina.cz

6.4 Otevírání nabídek

Otevírání všech řádně podaných nabídek proběhne po uplynutí lhůty pro podání nabídek, na adrese sídla zadavatele. Otevírání nabídek se bude řídit ustanoveními dle § 108 a § 109 zákona. Zadavatel neumožňuje zástupcům účastníků zadávacího řízení účastnit se osobně otevírání nabídek.

7. Obsah a zpracování nabídky

7.1 Obsah nabídky

- Titulní strana
- Krycí list nabídky – obsahující identifikační a kontaktní údaje dodavatele, kompletní cenovou nabídku, krycí list musí být podepsán osobou, oprávněnou jednat za dodavatele (**Příloha č. 1 zadávací dokumentace**)
- Kvalifikační dokumentace – veškeré platné doklady prokazující způsobilost dodavatele (dle podmínek uvedených v článku 11, související **Příloha č. 2 a Příloha č. 6 zadávací dokumentace**)
- Technická specifikace předmětu plnění – účastníkem doplněná **Příloha č. 3 zadávací dokumentace** dle požadavků zadavatele, uvedení typového označení a označení výrobce ke každé dodávané položce, včetně technického popisu/produktového či katalogového listu
- Návrh kupní smlouvy – doplněný o identifikační a cenové údaje, včetně doplněných příloh smlouvy (**Příloha č. 4 zadávací dokumentace**)
- Návrh servisní smlouvy – doplněný o identifikační a cenové údaje, včetně doplněných příloh smlouvy (**Příloha č. 5 zadávací dokumentace**)
- Čestné prohlášení k mezinárodním sankcím (**Příloha č. 7 zadávací dokumentace**)

7.2 Zpracování nabídky

Účastník musí předložit nabídku v požadovaném rozsahu a členění, v souladu s vyhlášenými podmínkami veřejné zakázky a dalšími pokyny uvedenými v zadávací dokumentaci.

Nabídka musí být zpracována přehledně a srozumitelně, všechny požadované dokumenty musí být v českém jazyce, případně vložené cizojazyčné listiny musí být přeloženy do jazyka českého (povinnost překladu se nevztahuje na doklady ve slovenském nebo latinském jazyce). Všechny tisky a kopie musí být kvalitní a dobře čitelné, v nabídce nesmí být opravy a přepisy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

Účastníkovi podáním nabídky nevznikají žádná práva na uzavření smlouvy se zadavatelem.

7.3 Varianty nabídky

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

7.4 Nabídková cena za předmět plnění

Nabídková cena za předmět plnění bude uvedena v českých korunách bez DPH a bude vyčíslena jako absolutní částka za předmět plnění, zahrnující veškeré náklady, potřebné ke kompletní realizaci veřejné zakázky v souladu s článkem 3 této ZD. V této nabídkové ceně musí být započtené veškeré náklady, rizika, zisky a finanční vlivy (např. inflace) po celou předpokládanou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.

Účastník je povinen zpracovat svoji nabídkovou cenu předmětu plnění do krycího listu nabídky (příloha č. 1 ZD), v daném členění a rozsahu.

Nabídková cena zahrnuje zejména:

- dodávku nového systému magnetické rezonance 3 Tesla včetně všech potřebných HW a SW prvků,
- dodávku souvisejícího vybavení – Faradayova klec, diagnostické pracovní stanice (6 ks), nový injektor kontrastní látky, pulsní oxymetr, transportní lehátko a transportní vozík pro pacienty,
- doprava a instalace v místě plnění, zapojení všech prvků dodaného systému,
- likvidace obalových materiálů,
- funkční zkoušky a předepsané testy dodaného zboží, ověření deklarovaných technických parametrů zařízení,
- školení obsluhy systému,
- dodání veškeré dokumentace potřebné pro provoz a údržbu zařízení,
- bezplatný záruční servis po dobu minimálně 24 měsíců,
- celní a daňové poplatky, pojištění,
- náklady na servisní podporu a koordinaci, případně jakékoli další výdaje spojené s dodáním předmětu plnění.

7.5 Nabídková cena za pozáruční servisní služby

Nabídková cena za pozáruční servisní služby bude uvedena v českých korunách bez DPH a bude vyčíslena jako absolutní částka zahrnující veškeré náklady na komplexní servisní zabezpečení dodaného zařízení, za jeden rok (12 měsíců), v režimu „full service“. Zadavatel předpokládá a požaduje provádění garantovaného pozáručního servisu po dobu **minimálně 6 let** (minimální životnost přístroje).

Nabídková cena za pozáruční servis zahrnuje zejména periodické pravidelné bezpečnostně technické kontroly, elektrické revize, včetně vystavení příslušných protokolů, cenu náhradních dílů, práci a dopravu servisních techniků včetně času stráveného na cestě, vzdálený monitoring a update, likvidaci obalových materiálů a další související náklady, v souladu s podmínkami uvedenými v návrhu servisní smlouvy (Příloha č. 5 zadávací dokumentace).

7.6 Změna ceny

Nabídkovou cenu předmětu plnění nelze po podání nabídky změnit, a to ani v případě, že dojde v průběhu realizace předmětu veřejné zakázky ke změnám daňových předpisů upravujících výši sazby DPH.

Nabídkovou cenu za pozáruční servisní služby je možné změnit pouze v případě, kdy dojde v průběhu doby plnění ke změnám daňových předpisů upravujících výši sazby DPH.

8. Hodnocení a posouzení nabídek

8.1 Hodnocení nabídek

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je v souladu s § 114 odst. 1 zákona **ekonomická výhodnost nabídky**. Hodnocení nabídek bude provedeno v souladu s § 119 zákona.

Účastník je povinen v krycím listu nabídky vyplnit všechny požadované údaje v daném členění. Po uplynutí lhůty pro podání nabídek nemůže být nabídka měněna ani doplňována o informace, které jsou předmětem hodnocení!

8.2 Způsob hodnocení

Nabídky budou hodnoceny za základě dílčích kritérií. **Kritérium celkových předpokládaných nákladů předmětu plnění v Kč bez DPH** vyjadřuje očekávané náklady životního cyklu předmětu plnění, přičemž pro toto kritérium je rozhodná nabídková cena za předmět plnění bez DPH, nabídková cena za pozáruční servisní služby a nabízená doba záruky. Za toto kritérium je možné získat celkem maximálně 60 vážených bodů.

Kritérium technické úrovně předmětu plnění posuzuje nabízenou úroveň zdravotnického přístroje, na základě uvedených hodnocených parametrů. Pro toto kritérium jsou rozhodné hodnoty uvedené ve specifikaci předmětu plnění (Příloha č. 3 ZD, „Tabulka hodnocených parametrů“), které vyplní a předloží účastník ve své nabídce. Za toto kritérium je možné získat celkem maximálně 40 vážených bodů.

Dílčí kritéria hodnocení:

Kritérium	Váha	Maximální počet vážených bodů
Celkové předpokládané náklady předmětu plnění v Kč bez DPH	60 %	60
Technická úroveň předmětu plnění	40 %	40

Kritérium č. 1: Celkové předpokládané náklady předmětu plnění v Kč bez DPH (nákladové kritérium – nižší je lepší)

Celkové předpokládané náklady se zjistí výpočtem podle vzorce:

$$CPN = NC + [(96 - DZ)/12 \times PCS]$$

Kde:

CPN = celkové předpokládané náklady bez DPH

NC = nabídková cena za předmět plnění bez DPH

DZ = nabízená doba záruky v měsících

PCS = paušální cena za roční servisní služby bez DPH

96 = předpokládaná minimální životnost přístroje v měsících

Počet vážených bodů za toto kritérium se získá výpočtem podle vzorce:

$$BH1 = (\text{nejnižší } CPN / CPN \text{ hodnocené nabídky}) \times 60$$

Kde:

BH1 = bodová hodnota za kritérium 1

nejnižší CPN = nejnížší zjištěné celkové předpokládané náklady

CPN hodnocené nabídky = celkové předpokládané náklady konkrétní nabídky

Kritérium č. 2: Technická úroveň předmětu plnění (výnosové kritérium – vyšší je lepší)

Každá nabídka bude samostatně posuzována podle hodnotící tabulky (Tabulka hodnocených parametrů v Příloze č. 3 ZD) a body za jednotlivé parametry se sečtou (PBHN = BP1 + BP2 +...). Za toto kritérium je možné získat vždy maximálně 100 bodů.

P. č.	Hodnocené parametry technické úrovně předmětu plnění	Bodové hodnocení
1.	Minimální tloušťka vrstvy ve 3D sekvenci 0,1 mm	ANO = 20 bodů NE = 0 bodů
2.	Hlavokrční cívka s více než (>) 30ti nezávislými přijímacími elementy/RF kanály	ANO = 15 bodů NE = 0 bodů
3.	Cívka pro vyšetření páteře v celém rozsahu s více než (>) 32 nezávislými přijímacími elementy/RF kanály	ANO = 15 bodů NE = 0 bodů
4.	Počet elementů současně připojitelných anteriorních cívek pro pokrytí trupu v rozsahu trupu dospělého člověka min. (≥) 32	ANO = 15 bodů NE = 0 bodů
5.	Provedení kolenní cívky vysílací/přijímací (Tx/Rx)	ANO = 15 bodů NE = 0 bodů
6.	Senzor pro synchronizaci vyšetřovacích sekvencí s fyziologickými funkcemi pacienta bez nutnosti nastavení na pacientovi (integrován v cívce nebo kamera)	ANO = 20 bodů NE = 0 bodů

Počet vážených bodů za toto kritérium se získá výpočtem podle vzorce:

$$BH2 = (PBHN/NPB) * 40$$

Kde:

BH2 = bodová hodnota za kritérium 2

PBHN = počet bodů hodnocené nabídky

NPB = nejvyšší zjištěný počet bodů

Výsledný počet bodů je zjištěn pomocí prostého součtu vážených bodů za kritérium celkových předpokládaných nákladů předmětu plnění (BH1) a za kritérium technické úrovně předmětu plnění (BH2).

$$\text{výsledný počet bodů} = BH1 + BH2$$

Jako vítězná bude vyhodnocena nabídka s nejvyšším výsledným počtem bodů. V případě shodného počtu bodů u dvou či více nabídek, rozhoduje o celkovém pořadí nabídek los za účasti notáře a těch účastníků, jejichž nabídky obsahovaly shodné hodnoty

8.3 Posouzení nabídek

Zadavatel nejprve provede hodnocení všech přijatých nabídek dle výše uvedeného způsobu, ekonomicky nejvýhodnější nabídka bude následně posouzena z hlediska splnění podmínek účasti, splnění zadávacích podmínek a z hlediska mimořádně nízké nabídkové ceny. V případě, že zadavatel shledá v nabídce rozpory proti stanoveným podmínkám, vyžádá si jejich objasnění, popřípadě doplnění. Pokud dodavatel na žádost zadavatele ve stanovené lhůtě neodpoví, je to důvod k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud objasnění či doplnění nabídky obsahuje nesprávné, nepravdivé či neúplné údaje nebo doklady.

9. Podmínky účasti v zadávacím řízení

Podmínky účasti, které zadavatel stanovil pro toto zadávací řízení, jsou:

- a) podmínky kvalifikace – prokázání základní způsobilosti a profesní způsobilosti
- b) technické podmínky vymezující předmět plnění
- c) obchodní a platební podmínky

9.1 Podmínky kvalifikace

Požadavkům na způsobilost a kvalifikaci dodavatelů se podrobně věnuje článek 10 této zadávací dokumentace – Podmínky kvalifikace dodavatele.

Zadavatel nevyhrazuje účast v zadávacím řízení určitým dodavatelům. Zadávacího řízení se může zúčastnit kterýkoliv dodavatel splňující podmínky účasti v zadávacím řízení.

9.2 Technické podmínky předmětu plnění

Technické podmínky se vztahují k nabízenému předmětu plnění a účastník zadávacího řízení je povinen předložit ve své nabídce kompletně doplněnou Přílohu č. 3 zadávací dokumentace (Technická specifikace dodávky), ve které pravdivě vyplní veškeré požadované informace.

Účastník je dále povinen ve své nabídce předložit technické/produktové listy nabízeného předmětu plnění, a v nich uvést minimálně:

- výrobce a typové označení předmětu plnění,
- počet kusů v dodávce,
- vyobrazení odpovídající realitě,
- technický popis položky,
- instalační požadavky pro připojení přístroje.

Z předložených informací musí být zřejmé, že nabízené zařízení jednoznačně splňuje minimální technické parametry stanovené zadavatelem. Nesplnění minimálních nepodkročitelných požadavků technické specifikace povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

Zadavatel požaduje záruku na předmět plnění v délce minimálně 24 měsíců. Záruka se musí vztahovat na celý předmět plnění. Zadavatel zároveň požaduje od vybraného dodavatele garanci zajištění pozáručních servisních služeb zdravotnické techniky, a to minimálně po dobu 6 let od ukončení záruční doby. V rámci zajištění pozáručních servisních služeb bude po skončení záruční doby s vybraným dodavatelem uzavřena samostatná servisní smlouva.

9.3 Obchodní a platební podmínky

Zadavatel stanovuje obchodní a platební podmínky formou obligatorního návrhu kupní smlouvy, který je přílohou č. 4 této zadávací dokumentace. Souhlas s těmito podmínkami stvrzuje podepsáním krycího listu nabídky osobou oprávněnou jednat jménem účastníka.

Účastník do návrhu smlouvy doplní pouze své identifikační údaje, cenové údaje, délku záruky a případně další místa zadavatelem vyznačená k doplnění. Jakékoliv jiné změny, doplňování či úpravy obchodních podmínek ze strany účastníka zadávacího řízení jsou zakázány s výjimkou případů, kdy změnu obchodních podmínek stanoví zadavatel v rámci vysvětlení nebo změny zadávacích podmínek.

Účastník souhlasí se zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu. Zadavatel nebude poskytovat dodavateli zálohy.

Po předání kompletního předmětu plnění veřejné zakázky v místě plnění je účastník oprávněn vystavit fakturu na dodané zařízení. Tato faktura pak bude dodavateli uhrazena v termínu splatnosti. Doba splatnosti faktury musí být stanovena minimálně 30 dní od data jejího doručení kupujícím.

Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. U všech účetních dokladů je **nutné uvést název veřejné zakázky, taktéž název a registrační číslo dotačního projektu** (uvedeno v odst. 2.2 Obecné informace této ZD). V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je zadavatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět vybranému dodavateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností.

10. Podmínky kvalifikace dodavatele

Kvalifikační podmínky slouží jako podklad pro prokázání splnění způsobilosti dodavatelů v otevřeném řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v rámci nadlimitní veřejné zakázky na dodávky.

10.1 Požadavky na kvalifikaci dodavatele

Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek. Splněním kvalifikace se rozumí:

- Prokázání základní způsobilosti dodavatele dle § 75 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
- Prokázání profesní způsobilosti dodavatele dle § 77 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
- Prokázání technické kvalifikace dodavatele dle § 79 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

10.2 Podmínky základní způsobilosti

Způsobilým není dodavatel, který v souladu s § 74 zákona:

- a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájení zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nebo za obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele,
- b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

- c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu.

10.3 Prokázání základní způsobilosti

Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením:

- a) výpisu z evidence Rejstříku trestů právnických osob a výpisu z evidence Rejstříku trestů pro všechny členy statutárního orgánu dodavatele ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a),
- b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b),
- c) čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b),
- d) čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c)
- e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d)
- f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e)

Dodavatel může v nabídce nahradit výše uvedené doklady k prokázání splnění základní způsobilosti předložením Čestného prohlášení dodavatele (Příloha č. 2 zadávací dokumentace) podepsaného oprávněnou osobou.

10.4 Podmínky profesní způsobilosti

Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice dle § 77 odst. 1 zákona předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence.

Zadavatel dále požaduje předložení dokladů dle § 77 odst. 2 písm. a) zákona, které opravňují dodavatele k podnikání v rozsahu, odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky.

10.5 Prokázání profesní způsobilosti

Profesní způsobilost prokazuje účastník předložením:

- výpisu z obchodního rejstříku (nebo obdobné evidence),
- výpisu ze živnostenského rejstříku (nebo obdobné evidence), opravňující k podnikání minimálně v rozsahu: Výroba, obchod a služby.

10.6 Technická kvalifikace dodavatele

- a) V souladu s § 79 odst. 2, písm. b) zákona požaduje zadavatel prokázání technické kvalifikace dodavatele předložením **Potvrzení o referenčních dodávkách** nového systému magnetické rezonance.
- b) V souladu s § 79 odst. 2, písm. d) zákona požaduje zadavatel prokázání technické kvalifikace dodavatele předložením **Výpisu z Informačního systému zdravotnických prostředků (dále jen „ISZP“) spravovaného Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL)** o platné registraci osoby, oprávněné k činnosti:

- **distributor ZP – konkrétního nabízeného typu magnetické rezonance**
- **osoba provádějící servis ZP – konkrétního nabízeného typu magnetické rezonance**

c) V souladu s § 79 odst. 2, písm. d) zákona požaduje zadavatel od účastníka předložení **certifikátu/osvědčení/prohlášení výrobce pro konkrétní osobu** (technika), které ho opravňuje k provádění autorizovaného servisu nabízeného typu magnetické rezonance 3T.

10.7 Prokázání technické kvalifikace

a) Seznam referenčních dodávek

Účastník prokáže splnění technické kvalifikace předložením doplněné Přílohy č. 6 zadávací dokumentace – Seznam referenčních dodávek, kterou učiní nedílnou součástí své nabídky. Toto potvrzení bude dokládat realizaci **minimálně 3 („tří“) významných referenčních dodávek** nového systému magnetické rezonance, které byly realizovány v průběhu posledních **4 („čtyř“) let** před zahájením zadávacího řízení. Hodnota každé referenční dodávky musí být minimálně **30 000 000 Kč bez DPH**.

Předmět referenční dodávky musí být klasifikován stejně jako předmět plnění této veřejné zakázky (dle klasifikace CPV kódu 33111610-0 Jednotka magnetické rezonance).

Hodnota referenční dodávky musí být naplněna pouze hodnotou samotného přístroje magnetické rezonance, nesmí být započítána hodnota jiných plnění, jako např. náklady na stavební práce a stavební úpravy prostor, jiné zdravotnické přístroje do prostředí MR (anesteziologický přístroj, monitorace, infuzní technika, aj.), spotřební materiál nebo pozáruční servis.

Podpisem seznamu referenčních dodávek účastník potvrzuje a garantuje pravdivost všech uvedených informací.

b) Potvrzení o registraci na ISZP (SÚKL)

V souladu se zákonem č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, v platném znění (dále jen „ZZP“), je poskytovatel zdravotních služeb (zadavatel) povinen zajistit, aby byla na ZP prováděna odborná údržba podle pokynů a lhůt, stanovených výrobcem. Dle § 44 odst. 2 ZZP může servis vykonávat pouze ohlášená osoba. Zadavatel požaduje předložení **platného Výpisu z ISPZ**, potvrzující registraci osoby (dodavatele) k činnostem distributora a osoby provádějící servis, vztahující se na nabízený typ magnetické rezonance 3T (předmětu plnění VZ).

c) Odborné osvědčení servisního technika

V souladu s § 45 odst. 4, písm. a) a § 46 odst. 2, písm. a) ZZP je osoba, provádějící servis ZP povinna prokazatelně zajistit u všech pracovníků provádějící BTK či servis zdravotnického prostředku jejich aktuální proškolení v rozsahu stanoveném výrobcem. Zadavatel požaduje předložení **platného osvědčení/certifikátu/prohlášení výrobce** o absolvování takového proškolení, vystaveného pro konkrétní fyzickou osobu (technika), které ho opravňuje k provádění autorizovaného servisu nabízené magnetické rezonance 3T.

10.8 Prokazování kvalifikace výpisem ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Účastník může k prokázání způsobilosti předložit výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů, vydaný provozovatelem informačního systému. Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů ve lhůtě pro prokázání splnění způsobilosti, nahrazuje tento výpis prokázání splnění:

- základní způsobilosti** a
- profesní způsobilosti** v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti (profesní způsobilost dodavatele, která není prokázána výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, musí být doložena samostatným dokladem).

10.9 Prokazování kvalifikace prostřednictvím jiných osob

Účastník může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob, v souladu s ustanovením § 83 zákona. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:

- a) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 jinou osobou,
- b) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 jinou osobou,
- c) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
- d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

10.10 Forma a stáří dokladů, prokazujících kvalifikaci dodavatele

Forma dokladů

Dodavatel prokáže svoji kvalifikaci předložením příslušných dokladů ve lhůtě pro podání nabídek. V souladu s § 86, odst. 2) zákona zadavatel umožňuje dodavateli nahradit předložení dokladů prokazujících základní způsobilost čestným prohlášením. Dodavatel může vždy nahradit požadované doklady jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky.

Zadavatel si před uzavřením smlouvy s vybraným dodavatelem vždy vyžádá předložení originálů nebo ověřených kopií všech dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy.

Stáří dokladů

Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

11. Podmínky uzavření smlouvy

11.1. Předložení povinných dokladů

Před uzavřením smlouvy je vybraný dodavatel povinen předložit originál nebo ověřenou kopii všech dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy.

11.2. Identifikace skutečného majitele

U vybraného dodavatele, je-li českou právnickou osobou, zadavatel zjistí údaje o jeho skutečném majiteli podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů (dále jen „skutečný majitel“) z evidence skutečných majitelů podle téhož zákona (dále jen „evidence skutečných majitelů“) v souladu se zněním § 122 odst. 5) novelizovaného ZZVZ.

U vybraného dodavatele, je-li zahraniční právnickou osobou, zadavatel vyzve k předložení výpisu ze zahraniční evidence obdobné evidenci skutečných majitelů nebo, není-li takové evidence, k předložení dokladů ze zahraniční evidence obdobné veřejnému rejstříku, v souladu se zněním § 122 odst. 6) novelizovaného ZZVZ.

11.3. Zákaz zadání veřejné zakázky

Před uzavřením smlouvy je zadavatel povinen prověřit, zda nejsou u vybraného dodavatele, případně poddodavatele, naplněny podmínky uvedené v § 39 a § 48a novelizovaného ZZVZ. Pokud ano, je v takovém případě povinen dodržet následující postup:

- 1) Zadavatel nezadá veřejnou zakázku účastníku zadávacího řízení, pokud je to v rozporu s mezinárodními sankcemi podle zákona upravujícího provádění mezinárodních sankcí.

Pokud se mezinárodní sankce podle bodu 1 vztahuje na:

- účastníka zadávacího řízení, může ho zadavatel vyloučit z účasti v zadávacím řízení, nebo
- vybraného dodavatele, vyloučí ho zadavatel z účasti v zadávacím řízení.

Pokud se mezinárodní sankce podle bodu 1 vztahuje na poddodavatele:

- účastníka zadávacího řízení, může zadavatel požadovat nahrazení poddodavatele, nebo
 - vybraného dodavatele, musí zadavatel požadovat nahrazení poddodavatele.
- 2) Na základě požadavku zadavatele podle bodu 3 musí účastník zadávacího řízení poddodavatele nahradit nejpozději do konce zadavatelem stanovené přiměřené lhůty. Pokud nedojde k nahrazení poddodavatele, platí, že se na účastníka zadávacího řízení vztahuje zákaz zadání veřejné zakázky.

S ohledem na výše uvedené je účastník povinen vložit do své nabídky vyplněnou a podepsanou **Přílohu č. 7 – Čestné prohlášení k mezinárodním sankcím**.

12. Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem

12.1 Forma komunikace

Veškeré úkony zadavatele vůči dodavatelům nebo úkony dodavatelů vůči zadavateli v zadávacím řízení musí mít písemnou formu v elektronické podobě a musí být podepsané osobou, oprávněnou jednat za dodavatele.

12.2 Komunikace dodavatele se zadavatelem

Nabídku je možno podat pouze prostřednictvím profilu zadavatele.

Ostatní písemnosti v zadávacím řízení lze doručit zadavateli pouze jedním z následujících způsobů:

- prostřednictvím profilu zadavatele (aplikace E-ZAK) - **preferovaný způsob**
- e-mailem (nutné použít pouze kontaktní údaje uvedené v článku 2 ZD)
- datovou schránkou

Za okamžik doručení se v případě elektronického doručování považuje den a hodina doručení elektronické zprávy.

12.3 Komunikace zadavatele s dodavatelem

Veškeré dokumenty a informace, související s daným zadávacím řízením, bude zadavatel v souladu s § 211 zákona doručovat účastníkům výhradně v elektronické formě, pomocí elektronických nástrojů:

- prostřednictvím profilu zadavatele (aplikace E-ZAK)
- e-mailem
- datovou schránkou

V Jihlavě dne

.....
Ing. Alexander Filip
ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace