

DODATEČNÉ INFORMACE / VYSVĚTLENÍ Č. 3 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

Název veřejné zakázky:	Magnetická rezonance 3T
Režim veřejné zakázky:	Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky, otevřené řízení
Evidenční číslo zadavatele:	O-2025-3
Evidenční číslo ve VVZ:	Z2025-007832

Zadavatel:	Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
Statutární zástupce:	Ing. Alexander Filip
Sídlo:	Vrchlického 59, 586 01 Jihlava
IČ/DIČ:	0090638/CZ00090638
E-mail:	sekretariat@nemji.cz
Web:	www.nemji.cz
Tel:	567 157 111
Datová schránka:	4srk6jw

Na základě aktuálních okolností a úkonů v rámci zadávacího řízení pro uvedenou nadlimitní veřejnou zakázku Zadavatel tímto informuje účastníky o uveřejnění dodatečných informací/vysvětlení/změn zadávacích podmínek.

Informace budou uveřejněny a nadále dostupné bez omezení na profilu zadavatele, na stejném místě jako byla uveřejněna zadávací dokumentace.

Změny zadávacích podmínek se týkají Přílohy č. 3 – Technická specifikace dodávky:

Požadavek č. 11

Původní znění:

Kompenzace nehomogenity magnetického pole vyšších řádů (aktivní shim-coils vyšších řádů, nestačí kompenzace pouze v základních osách X, Y, Z)

Změna:

Kompenzace nehomogenity magnetického pole (high-order shimming)

Požadavek č. 21

Původní znění:

Počet přijímacích RF kanálů přijímací části RF systému nebo alternativní technologie (AD převodník integrovaný v RF cívkách) min. 64

Změna:

Počet přijímacích RF kanálů přijímací části RF systému nebo alternativní technologie min. 64

Požadavek č. 25

Původní znění:

Kolenní cívka s min. 15ti nezávislými přijímacími elementy/RF kanály

Změna:

Cívka pro vyšetření kolene, s min. 15ti nezávislými přijímacími elementy/RF kanály

Požadavek č. 26

Původní znění:

Ramenní cívka s min. 16ti nezávislými přijímacími elementy/RF kanály

Změna:

Cívka pro vyšetření ramene s min. 16ti nezávislými přijímacími elementy/RF kanály

Požadavek č. 27

Původní znění:

Zápěštní cívka s min. 16ti nezávislými přijímacími elementy/RF kanály

Změna:

Cívka pro vyšetření zápěstí s min. 16ti nezávislými přijímacími elementy/RF kanály

Požadavek č. 28

Původní znění:

Dedikovaná RF cívka pro vyšetřování hlezna/nohy s min. 16ti nezávislými přijímacími elementy/RF kanály

Změna:

Cívka pro vyšetřování hlezna/nohy s min. 16ti nezávislými přijímacími elementy/RF kanály

Požadavek č. 86

Původní znění:

Potrubí pro nouzové odvětrání magnetu (quench pipe)

Změna:

Potrubí pro nouzové odvětrání magnetu (quench pipe), v provedení z nerezové oceli (min. třída 304 nebo 316L), vysoká odolnost vůči tlaku a teplotě, celková předpokládaná délka max. 15 m

Vzhledem k povaze změn požadavků technické specifikace předmětu plnění zadavatel **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to do 30. 5. 2025., 9:00 hodin.**

V Jihlavě dne

.....

Ing. Alexander Filip
ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace