

**Veřejná zakázka malého rozsahu  
„Dodávka reagensů, spotřebního a kontrolního materiálu včetně bezplatné výpůjčky  
kazetového bedside analyzátoru krevních plynů“ – dodatečné informace č. 1**

Dne 9. 6. 2025 byl vznesen dotaz k zadávací dokumentaci na výše uvedenou veřejnou zakázku, na kterou Vám zasíláme odpověď:

**Dotaz č. 1**

V zadávací dokumentaci v oddílu 3. Technické specifikace, Minimální požadavky na přístroj, zadavatel uvádí mj.: - životnost (expirace) kazety min. 6 měsíců a více od data dodání Vzhledem k tomu, že životnost spotřebního materiálu v přístroji je vždy maximálně 1 měsíc (podle mezinárodních pravidel provozování POCT, nezávisle na výrobci) a zákazník má v praxi zásobu spotřebního materiálu zhruba na 2 měsíce, tento požadavek není klinicky ani analyticky relevantní. Bude zadavatel akceptovat technický požadavek ve znění: - životnost spotřebního materiálu nutného pro provoz analyzátoru min. 4 měsíce?

**Odpověď 1:**

Ne, zadavatel trvá na stávajícím požadavku a to z provozních důvodů např. období s nízkou obložeností, kdy se analyzátor nevyužívá nebo vyřazení kazety z důvodu výrobní vady apod.

**Dotaz č. 2**

V příloze č. 5 Dodávka reagensů a výpůjčka analyzátoru pro ARO Specifikace a cenová nabídka jsou uvedena vyšetření KO (krevního obrazu) a reagentie také neodpovídají spotřebnímu materiálu pro analyzátor krevních plynů. Domníváme se, že zadavatel omylem zveřejnil specifikaci pro jiný typ analyzátoru. Doplní zadavatel správnou tabulku pro specifikace a cenovou nabídku pro analyzátor krevních plynů?

**Odpověď 2:**

Zkratka KO v příloze č. 5 znamená kontrolní odběr.  
Zadavatel trvá na znění v tabulce tak, jak je uvedeno.

S pozdravem

Ing. Eva Tomášová  
ředitel