

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Veřejná zakázka	
Název:	Dílčí dodávky reagensů, kontrolního, kalibračního a ostatního materiálu včetně výpůjčky analytické linky a tří samostatně stojících modulů (biochemický + ISE a dva imunochemické)
Evidenční číslo ve Věstníku VZ:	Z2025-028471
Identifikátor zakázky (systémové číslo):	P25V00000190
Datum zahájení zadávacího řízení:	23. 5. 2025
Zadavatel	
Název:	Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
IČO:	00179540
Adresa sídla:	Husova 2624 580 01 Havlíčkův Brod
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	Mgr. David Rezničenko, MHA, ředitel
Profil zadavatele:	https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_194.html
Kontaktní osoba zadavatele:	Monika Chladová e-mail: monika.chladova@onhb.cz tel: 569 472 167

Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky obdržela dne 17. 6. 2025 žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace a v souladu se zákonem uvádí níže její přesné znění a v návaznosti na ni vysvětlení zadávací dokumentace:

Žádost dodavatele č. 1:

Dotaz č. 1:

Vážený zadavateli,

v rámci veřejné zakázky s názvem: „Dílčí dodávky reagensů, kontrolního, kalibračního a ostatního materiálu včetně výpůjčky analytické linky a tří samostatně stojících modulů (biochemický + ISE a dva imunochemické)“ Vás tímto žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace v rozsahu uvedeném níže. V zadávací dokumentaci Zadavatel požaduje vyšetření Troponinu T. Běžně se v klinické praxi používá vyšetření Troponinu T i Troponinu I. Zaznamenali jsme, že většina dodavatelů s výjimkou jednoho má ve svém portfoliu Troponin I. Některé nemocnice vč. fakultních nemocnic přešly v poslední době z Troponinu T na Troponin I. Je si zadavatel vědom, že je veřejná zakázka vypsána diskriminačně a umožňuje účast právě jednoho dodavatele? Domníváme se tak, že není naplněna zásada rovného zacházení a zákazu diskriminace, jak ukládá Zákon o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb.

Odpověď zadavatele č. 1:

ad Dotaz č. 1:

Požadavky zadavatele v zadávací dokumentaci jsou stanoveny dle potřeb a požadavků nutných pro zajištění vysoké úrovně péče o pacienty, čehož se týkají i požadavky na potřebná vyšetření, a to z několika důvodů:

Zajištění metrologické a klinické návaznosti na kardiocentrum. Naše laboratoř slouží jako první kontaktní úroveň pro pacienty, kteří jsou v případě akutního koronárního syndromu (AKS) primárně referováni do krajského kardiologického centra, kde je k diagnostice využíván troponin T.

Z důvodu klinické srozumitelnosti, srovnatelnosti výsledků, a zajištění kontinuity péče mezi nemocnicemi navazujícími ve stejném systému péče, je účelné používat shodný analyt (troponin T), a tím zajistit metrologickou i klinickou návaznost výsledků, i ve vazbě na normu 15189:2023.

Klinické přednosti troponinu T (oproti troponinu I), jako např. vyšší orgánová specifita, menší ovlivnění těžkou renální insuficiencí, validované referenční intervaly i pro pediatrii, dlouhá kontinuita použití v kardiologických studiích i guidelineech.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace se uveřejňuje na profilu zadavatele na adrese: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_194.html, a na konkrétní adrese týkající se shora uvedené veřejné zakázky: <https://ezak.kr-vysocina.cz/vz00012923>.

V Havlíčkově Brodě

.....
Mgr. David Rezníčenko, MHA

ředitel

Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace

podepsáno elektronicky