

Veřejná zakázka malého rozsahu „Rehabilitační přístroj – vysokovýkonný magnet“ – dodatečné informace č. 1

Dne 19. 6. 2025 byla vznesena námitka k zadávací dokumentaci na výše uvedenou veřejnou zakázku:

Dotaz č. 1

Zadavatel v technické specifikaci požaduje, aby nabízené zařízení pro EMS bylo chlazeno olejem. Tento požadavek však neodpovídá principu přiměřenosti a technologické neutrality, a zároveň neumožňuje účast dalších relevantních zařízení, která využívají jiné, modernější a v mnoha ohledech efektivnější řešení chlazení – konkrétně vodní chlazení.

Naše společnost je distributorem rehabilitačního přístroje s vysokovýkonným magnetem, které využívá vodní chlazení a dosahuje výkonu až 7,5 T, což je v segmentu této techniky špičkový parametr. Vodní chlazení zajišťuje:

- účinnější odvod tepla při dlouhodobém a intenzivním provozu,
- tišší chod přístroje bez vibrací,
- nižší požadavky na údržbu a výměnu chladicího média,
- ekologičtější provoz (bez nutnosti manipulace s olejem).

Ponechání technického parametru „olejové chlazení“ omezuje hospodářskou soutěž ve smyslu § 6 ZZVZ, aniž by pro tento požadavek existovalo objektivní a odůvodnitelné technické či funkční zdůvodnění.

Navrhujeme změnit technickou podmínku na chlazení zařízení a formulovat ji technologicky neutrálně, např.:

„Zařízení musí být vybaveno účinným systémem chlazení umožňujícím bezpečný a dlouhodobý provoz zařízení bez přehřívání, a to formou olejového nebo vodního chlazení.“

Takové znění plně zachovává požadavek na bezpečný a účinný provoz, ale současně otevírá trh dalším moderním řešením, čímž naplňuje zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace dle § 6 ZZVZ.

Odpověď 1:

Zadavatel souhlasí a upravuje Přílohu č. 2 Minimální technické parametry.

Dotaz č. 2

V zadávací dokumentaci je stanoven požadavek na doložení reference v minimální hodnotě 800 000 Kč bez DPH za jedno dodané zařízení. Tento požadavek je přímo svázán s požadavkem na olejové chlazení, neboť zařízení s tímto typem chlazení jsou v praxi běžně prodávána za ceny nad 800 000 Kč.

Například konkurenční přístroje s olejovým chlazením běžně přesahují tuto hodnotu, zatímco náš přístroj, který využívá modernější vodní chlazení, dosahuje běžné prodejní ceny kolem 600 000 Kč bez DPH (záleží na době záruky a požadavkům na servis)

Tato kombinace požadavků (olejové chlazení + referenční zakázka min. 800 000 Kč) tak vylučuje nejen technicky způsobilé výrobky, ale zároveň cenově efektivní řešení, která by mohla přinést zadavateli lepší poměr ceny a výkonu.

Žádáme zadavatele, aby snížil požadavek na referenci na Kč 600.000,- bez DPH

Odpověď 2:

Zadavatel upravuje a snižuje požadavek na referenci na 600.000,- Kč bez DPH za jeden přístroj.

Informace 1

Zadavatel na základě výše uvedených odpovědí upravil Zadávací dokumentaci a přílohu č. 2 - Minimální technické parametry, kterou uveřejňuje v rámci těchto dodatečných informací.

Původní znění Zadávací dokumentace a Přílohy č. 2 – Minimální technické parametry se ruší a nově uveřejněné se stává součástí zadávací dokumentace.

S pozdravem

Ing. Eva Tomášová
ředitel

Příloha:

Zadávací dokumentace (revize 20. 6. 2025)

Příloha č. 2 – Minimální technické parametry (revize 20. 6. 2025)