

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1

1.1. Název veřejné zakázky:	Dodávka testů, spotřebního materiálu a reagensů potřebných pro identifikaci mikroorganismů včetně bezplatné výpůjčky přístroje hmotnostní spektrometr – technologie MALDI
1.2. Evidenční číslo veřejné zakázky:	Z2025-031832
1.3. Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace
Sídlo:	Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč
IČ:	00839396
1.4. Veřejná zakázka podle předmětu:	Dodávky
1.5. Forma zadávacího řízení:	Otevřené řízení
1.6. Limit veřejné zakázky:	Nadlimitní

Zadavatel obdržel níže uvedenou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Na tuto žádost poskytuje zadavatel následující odpověď.

Dotaz č.1

Žádáme vysvětlení k dokumentaci zadávacího řízení (ev.č. zakázky Z2025-031832) „Dodávka testů, spotřebního materiálu a reagensů potřebných pro identifikaci mikroorganismů včetně bezplatné výpůjčky přístroje hmotnostní spektrometr – technologie MALDI“, zveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek dne 12.6.2025.

Otázka zní, zda bezpodmínečně trváte na plnění bodů uvedených v příloze č.1 zadávací dokumentace: Minimální technické parametry, které se týkají dodání modulu pro detekci mechanismů rezistence karbapenemáz a cephalosporináz a rezistence ke colistinu v klinickém IVD režimu včetně komerčně dostupných IVD souprav.

Důvod: Tyto body se netýkají zadání uvedeného v názvu, tj. identifikace mikroorganismů, ale až upřesnění jejich dalších vlastností, které lze efektivně provádět i jinými metodami. Poptávané IVD testy na stanovení rezistence jsou také řádově dražší než samotná identifikace mikroorganismů, přesto nikde není uveden ani přibližný počet těchto vyšetření pro výpočet ceny.

Odpověď č. 1

Ano, zadavatel trvá na plnění bodů uvedených v příloze č.1, tedy včetně dodání zmíněných modulů.