

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění
(dále jen „zákon“)

Zadavatel:	Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace
sídlo zadavatele:	Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě
zastoupený:	JUDr. Věrou Palečkovou
IČO:	00842001
název VZ:	Skiagrafický systém
druh zadávacího řízení:	nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení
ev. č. VZ u zadavatele:	11/25/VZ
ev. č. ve VVZ:	Z2025-035283

Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky na dodávky obdržel dne 7.7.2025 Žádost o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „ZD“). Doslovné znění dotazu včetně odpovědi zadavatele je uvedeno níže.

Dotaz č. 1		
Znění dotazu:		
Zadavatel v Pr_c_2_Tech_spec_predmetu_plneni_final – Technická specifikace předmětu plnění – technické požadavky na předmět plnění – dodávku skiagrafického systému, požaduje:		
	52.	Bezdrátový detektor odolný vůči tekutinám podle standardu vodotěsnosti min. IPX7 ⁵
⁵ požadovaná odolnost musí být prokázána doložením protokolu z testování event. jiného adekvátního dokladu vydaného osobou oprávněnou k testování odolnosti		
Dovolujeme si požádat o přehodnocení tohoto požadavku a jeho úpravu na IPX6, neboť:		
Požadavek na IPX7 není vyžadován žádnou normou pro zdravotnická zařízení		
- Vztah mezi stupni krytí IPX6 a IPX7 není hierarchický – každý stupeň dle normy ČSN EN 60529 (i když není výslovně uvedena v zadávací dokumentaci) popisuje jiný typ ochrany: - IPX6 chrání proti intenzivně stříkající vodě nebo tryskající vodě. - IPX7 chrání proti ponoření do vody. - Tato norma nevyžaduje IPX7 pro zdravotnická zařízení, a její aplikace by měla vycházet z reálného provozního rizika.		
IPX7 nezajišťuje ochranu proti tryskající vodě		
IPX7 negarantuje ochranu proti stříkající vodě pod tlakem – tedy situaci, která při běžné dezinfekci a čištění ve zdravotnictví skutečně nastává.		

- Naopak, **IPX6 je určena právě pro tyto provozní podmínky**, a je proto z hlediska reálného použití v nemocničním prostředí vhodnější.

IPX6 plně postačuje pro běžné klinické použití

- Detektory RTG nejsou vystavovány ponoření do vody.
- Používají se v kontrolovaném, suchém prostředí a jsou čištěny stříkajícími dezinfekčními roztoky nebo vlhkým hadříkem.
- Požadavek na IPX7 v tomto kontextu **nepřináší žádnou dodatečnou provozní hodnotu**.

Bude zadavatel akceptovat zařízení, jehož bezdrátový detektor je odolný vůči tekutinám podle standardu vodotěsnosti min. IPX6?

Znění odpovědi:

Zadavatel nebude akceptovat zařízení, jehož bezdrátový detektor splňuje pouze standard vodotěsnosti IPX6 – zadavatel trvá na požadavku č. 52 technické specifikace v celém rozsahu, a to z níže popsanych důvodů.

Jako hlavní skiagrafický systém nemocnice musí zařízení splňovat nejvyšší požadavky na bezpečnost a odolnost vůči tekutinám ve všech provozních i mimořádných situacích, které mohou v průběhu diagnostického provozu reálně nastat.

Při používání je detektor vystavován situacím, kdy může dojít k nahromadění nebo náhlému úniku většího množství tekutin (například tělních tekutin nebo jiných roztoků) - v běžné praxi se detektor například používá na volné projekce též na urgentním příjmu, kam jsou přiváženi pacienti v závažném zdravotním stavu. Tito pacienti mohou krvácet, být znečištěni dalšími tělními tekutinami, přičemž únik tělesných tekutin může stále i na urgentním příjmu pokračovat. Na prvním místě jsou vyšetření vedoucí k posouzení zdravotního stavu pacientů, a nikoliv jejich hygiena. Ochrana pouze proti stříkající/tryskající vodě (IPX6) tak nezajišťuje dostatečnou úroveň bezpečnosti.

Požadavek IPX7 odpovídá současnému vývoji v oboru, reflektuje moderní trendy a zajišťuje i kompatibilitu s budoucími potřebami nemocnice.

Zadavatel doplňuje, že na trhu jsou dostupné skiagrafické systémy, které splňují stupeň krytí IPX7 i od více výrobců, což potvrzuje přiměřenost a otevřenost trhu pro tento požadavek.

Dotaz č. 2

Znění dotazu:

Zadavatel v Pr_c_2_Tech_spec_predmetu_plneni_final – Technická specifikace předmětu plnění – technické požadavky na předmět plnění – dodávku skiagrafického systému, požaduje:

36. Dvousloupová konstrukce vyšetřovacího stolu

Plně chápeme potřebu přesně definovat technické požadavky, avšak požadavek na konkrétní konstrukční řešení bez věcného odůvodnění:

- **není technicky nezbytný,**
- **může nepřinášet žádný přidaný benefit,**
- **není podložen žádnou platnou normou,**

- a působí nepřiměřeně restriktivně, což může vést k omezování hospodářské soutěže v rozporu se zásadami zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Neexistuje technický důvod pro vyloučení plné konstrukce

- **Plná konstrukce (monolitická základna)** zajišťuje stejnou – a v mnoha případech vyšší – úroveň:
 - stability a tuhosti,
 - nosnosti pacienta (včetně bariatrických),
 - ergonomie ovládání,
 - přístupu pro personál i pacienta,
 - integrace s RTG systémem (vč. automatického polohování).
- Z hlediska radiologického provozu, servisu i hygieny **není dvousloupová konstrukce objektivně výhodnější.**
- Požadavek na dvousloupové provedení je tak **čistě technickou volbou**, nikoliv nezbytným standardem.

Omezení soutěže bez věcného důvodu je v rozporu se zákonem

- Zadavatel je dle § 6 a § 36 ZZVZ povinen formulovat technické podmínky:
 - nediskriminačně,
 - v souladu s potřebami zadavatele,
 - a v rozsahu nezbytném pro splnění účelu veřejné zakázky.
- Požadavek na konkrétní typ konstrukce bez funkčního opodstatnění může vést ke skryté preferenci konkrétního dodavatele, což je v rozporu s principem rovného zacházení a přiměřenosti.

Navrhujeme upravit formulaci bodu 36 následovně:

„Konstrukce vyšetřovacího stolu musí zajistit bezpečnost, stabilitu a plnou funkčnost v běžném nemocničním provozu. Přípustné jsou jak dvousloupové, tak plné (monolitické) konstrukce.“

Tímto řešením zachováte funkční požadavky, ale umožníte rovnocennou účast více technických řešení – a zároveň **minimalizujete riziko napadení zadávací dokumentace ze strany ÚOHS nebo jiných účastníků řízení.**

Znění odpovědi:

Zadavatel na základě svých praktických zkušeností, moderních trendů i odborných poznatků v oblasti radiologie trvá v celém rozsahu na požadavku č. 36 technické specifikace, a to z níže popsaných důvodů.

Z vlastní praxe víme, že dvousloupové řešení stolu je ergonomičtější pro snímkování pacientů vsedě - je pohodlnější, efektivnější a bezpečnější, a to nejen pro pacienty, ale i pro radiologické asistenty. Pacient vsedě může najet či být umístěn mezi sloupy stolu, přístup ke snímkování vsedě je tak jednodušší. A to se týká nejen pacientů na invalidních vozících, ale i běžných pacientů u projekcí vsedě. Stávající skiagrafické pracoviště disponuje dvousloupovým stolem a ve srovnání s bývalým jednosloupovým stolem z minulého přístroje je jednoznačné, že dvousloupové řešení je pro naši praxi objektivně výhodnější.

Zadavatel dále doplňuje, že z veřejně dostupných informací a referenčních zakázek je patrné, že dvousloupovým řešením disponuje více výrobců skiagrafických systémů, mezi které lze zařadit i samotného tazatele. Toto řešení tedy není na trhu výjimečné.

Z těchto důvodů zadavatel trvá na zachování požadavku dvousloupového vyšetřovacího stolu jakožto objektivně odůvodněného a v praxi ověřeného technického standardu.

Uveřejnění a poskytnutí vysvětlení ZD

V souladu s článkem 13.3 ZD je pro poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace využito elektronických prostředků. Vysvětlení ZD včetně přesného znění žádosti o vysvětlení ZD zadavatel v souladu s § 98 odst. 1 zákona uveřejňuje stejným způsobem, jakým byla uveřejněna ZD, tj. elektronicky, neomezeně a přímým dálkovým přístupem na profilu zadavatele – viz https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_196.html.

Vysvětlení ZD zasílá zadavatel současně všem jemu známým dodavatelům, tj. dodavatelům, kterým byla poskytnuta ZD prostřednictvím profilu zadavatele za podmínky, že si se stažením ZD aktivovali na profilu zadavatele v sekci „Zadávací dokumentace veřejné zakázky“ odběr upozornění na změny v zadávacích podmínkách, resp. dodatečných informací.

V Novém Městě na Moravě dne 18.7.2025



Nemocnice Nové Město na Moravě,
příspěvková organizace
JUDr. Věra PALEČKOVÁ
ředitelka

.....
JUDr. Věra Palečková, ředitelka nemocnice