

OZNAČENÍ
NA
VÝKRESE

POPIS

1.PP

1.NP

2.NP

3.NP

4.NP

Σ

014

TRAFOPLECH PRO DODATEČNÉ STÍNĚNÍ – PRO ZAMEZENÍ ŠÍŘENÍ POLE
0,5 MT DO PROSTORU VEŘEJNÉ CHODBY.

- umístění: VE VYŠETŘOVNĚ MR 3T (M.Č. 1.014a)
- SKLÁDÁ SE ZE SVISLÉ A VODOROVNÉ ČÁSTI
- SVISLÁ ČÁST VYTAŽENA DO VÝŠKY 3000MM NAD PODLAHU, PŘEDPOKLÁDANÁ TL. PLECHŮ SVISLÉ ČÁSTI: 7MM
- VODOROVNÁ ČÁST DÉLKY 1175MM, ZATAŽENÁ POD PODLAHU, PŘEDPOKLÁDANÁ TL. PLECHŮ VODOROVNÉ ČÁSTI: 5 MM

CELKOVÁ VÝMĚRA PLECHU TL. 7MM: 6,5m * 3,1 M = 21m²

CELKOVÁ VÝMĚRA PLECHU TL. 5MM: 6,5m * 1,175 M = 8m²

UPOZORNĚNÍ:

- NUTNÁ KOORDINACE S DODAVATELEM LÉKAŘSKÉ TECHNOLOGIE MR 3T. OPTIMÁLNÍ ŘEŠENÍ JE KOTVENÍ TRAFOPLECHŮ NA NOSNOU KONSTRUKCI STÍNÍCÍ KLECE MR

ŘEZ KCÍ TRAFOPLECHŮ

PŮDORYS KCE TRAFOPLECHŮ

