

	VEDOUcí PROJEKTANT ING. ARCH. J. HOMOLKA	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. ALEŠ PRUDKÝ	VYPRACOVAL ING. D. ZÁPOTOČNÝ	VÝPIS VÝROBKŮ ZÁMEČNICKÉ VENKOVNÍ VÝPLNĚ OTVORŮ				LIST 2	
	NEMOCNICE JIHLAVA – PRACoviŠTĚ MAGNETICKÉ REZONANCE		2025-05 – P						
OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	Σ

TECHNICKÁ SPECIFIKACE OCELOVÝCH DVEŘÍ A DOPLŇKOVÉ VÝBAVY :

OCELOVÁ RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ

- PRO RÁMOVÉ OTOČNÉ DVEŘE
- VYROBENÁ Z ŽÁROVĚ POZINKOVANÉHO PLECHU SÍLY 1,5 MM (VYROBENÝ DLE EN 10143 / DIN EN 10142)
- ZÁRUBEŇ S DRÁŽKOU PRO TPE TĚSNĚNÍ A TŘEMI ZÁVĚSOVÝMI KAPSAMI
- VČETNĚ TĚSNĚNÍ
- OTVORY PRO STŘELKU A ZÁPADKU VYROBENY DLE ČSN 74 6501 S PŘIVAŘENÝMI KRYTKAMI
- NA ZÁRUBNÍ VYLISOVÁNA NIVELIZAČNÍ ZNAČKA (VE VÝŠCE 1.000 MM OD ČISTÉ PODLAHY) A ZNAČKA PODLAHOVÉHO ZAPUŠTĚNÍ VE VÝŠCE 30 MM OD SPODKU ZÁRUBNĚ
- ZÁRUBEŇ UPRAVENA Z VÝROBY ZÁKLADNÍ ANTIKOROZNÍ BARVOU
- ROZMĚRY ÚSTÍ, ŠÍŘKA, VÝŠKA, ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ – DLE VÝPISU

OBJEKTOVÉ ZÁVĚSY:

- S NOSNOSTÍ 120 KG, BEZÚDRŽBOVÁ LOŽISKA
- BARVA DLE BARVY ZÁRUBNÍ A DVEŘNÍHO KŘÍDLA

BAREVNOST (DLE POPISU U JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ):

RAL 7016 (ANTRACIT)

!!! POKUD DOJDE BĚHEM REALIZACE KE ZMĚNĚ BAREVNÉHO ŘEŠENÍ, NUTNO ODSOUHLASIT ARCHITEKTEM. !!!

!!! PŘED VÝROBOU VŽDY NUTNO BAREVNÉ ŘEŠENÍ ODSOUHLASIT ARCHITEKTEM, BAREVNÉ ŘEŠENÍ MUSÍ BÝT V SOULADU S PD INTERIÉRU !!!