

**Nemocnice Pelhřimov
příspěvková organizace
Slovanského bratrství 710
393 01 Pelhřimov**

Kladno, 16.09.2025

**Veřejná zakázka malého rozsahu „Automatický dezinfektor-myčka endoskopů“, žádost o
vysvětlení zadávací dokumentace**

Vážení,

v souladu s výše uvedenou veřejnou zakázkou si Vás dovoluujeme požádat o vysvětlení zadávací dokumentace.

DOTAZ č.1

Zadavatel v technické specifikaci požaduje automatický dezinfektor, kdy přístroj musí být jednodveřový, plnění z přední strany (nikoliv z vrchu), musí mít jednu komoru pro min. 2 endoskopy. Lze provádět mytí pouze i jednoho endoskopu.

Bude zadavatel akceptovat řešení automatického dezinfektoru se dvěma asynchronními komorami, kdy jsou tyto dvě dezinfekční komory na sobě zcela nezávislé a umožňují oproti mytí dvou endoskopů v jedné komoře výraznou úsporu času obsluhujícího personálu, úsporu chemie a zároveň i zefektivnění mycího procesu, kdy obsluhující personál nemusí čekat na naplnění 1 komory dvěma endoskopy. Bude zadavatel akceptovat navrhované řešení?

DOTAZ č.2

Zadavatel v technické specifikaci požaduje parametr – Nízká spotřeba vody max 32 litrů na umytí dvou kusů endoskopů, Námi navrhované řešení pro dvě nezávislé komory má spotřebu pouze 60 l. Spotřeba vody je přitom oproti jiným nákladům na jejich provoz, jako je například spotřeba chemie, náklady na spotřebu endotoxinových filtrů a další zcela bagatelní parametr. Bude zadavatel akceptovat dezinfektor se zvýšenou spotřebou vody?

DOTAZ č 3

Zadavatel v technické specifikaci požaduje parametr – Kompaktní rozměry přístroje, z důvodu prostorové dispozice max 900 x 800 x 1600 (š x h x v) - Naše nabízené zařízení má rozměry 750 × 690 × 1643, což znamená mírné výškové překročení, které však považujeme za zanedbatelné a je v souladu s prostorovými možnostmi zadavatele. Žádáme o přehodnocení tohoto požadavku a umožnění drobného rozšíření rozměrů. Bude zadavatel akceptovat nabízené řešení ?

S pozdravem

.....
Ing. Vojtěch Kožner
Jednatel společnosti