

**Nadlimitní veřejná zakázka
„Dodávka léčivých látek a nezaměnitelného materiálu včetně výpůjčky
imunochemického analyzátoru“ – dodatečné informace**

Dne 20. 1. 2016 byl vznesen dotaz k zadávací dokumentaci na výše uvedenou veřejnou zakázku, na který Vám zasíláme odpověď:

Dotaz č. 1:

Coby potenciální uchazeč, podáváme tímto níže uvedený dotaz k článku "3. Technické podmínky" zadávací dokumentace:

Zadavatel v bodě 3.2. ZD píše, že v rámci veřejné zakázky požaduje výpůjčku 1 ks imunochemického analyzátoru a dále uvádí výčet minimálních požadavků na tento analyzátor, přičemž první dva body jsou:

- maximální délka přístroje 1,60 m;
- maximální hloubka (šířka) přístroje 0,85.

Za předpokladu, že má zadavatel na pracovišti určeném k provozu požadovaného analyzátoru určitá prostorová omezení, bylo by možné zveřejnění půdorysu s výměrami prostor tak, aby uchazeč mohl případně nabídnout vhodné technické řešení v rámci své nabídky?

Uchazeč pro úplnost upozorňuje zadavatele, že by výše uvedené dva požadavky mohly být vnímány coby účelové a diskriminační ve smyslu ZVZ, a ve svém důsledku tak bránit řádné hospodářské soutěži.

Žádáme, aby zvážil vypuštění výše uvedených omezení, případně o zveřejnění podrobností k prostorovým dispozicím pracoviště.

Odpověď:

Maximální rozměry analyzátoru jsou stanoveny z důvodu uspořádání pracoviště. Nejsou tudíž diskriminační, neboť zadavatel nemá prostory pro umístění většího analyzátoru. V rámci částečné změny uspořádání pracoviště bude zadavatel akceptovat rozměry max. 200 cm (namísto 160 cm) x 120 cm (namísto 85 cm). Zaslání půdorysu považuje zadavatel za bezpředmětné, protože umístění přístroje nebrání rozměry místnosti, ale funkčnost pracoviště (umístění ostatních analyzátorů při práci personálu a jeho přístup k jednotlivým zařízením).

S pozdravem

Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace
Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč
IČ: 00839396
č. ú.: 12338711/0100



Ing. Eva Tomášová
ředitelka
dne: 22. 1. 2016