

Veřejná zakázka malého rozsahu
„Dodávka reagensů, spotřebního a kontrolního materiálu včetně bezplatné výpůjčky
kazetového bedside analyzátoru krevních plynů“ – dodatečné informace č. 1

Dne 9. 10. 2025 byl vznesen dotaz k zadávací dokumentaci na výše uvedenou veřejnou zakázku, na kterou Vám zasíláme odpověď:

Dotaz č. 1

Prosím Vás o doplňující informaci k bodu 3 – Technické podmínky – minimální požadavky na přístroj

- Jednokazetový bezúdržbový reagenční systém bez nutnosti potřeby dalších reagensů včetně promývacích, kontrolních či kalibračních – znamená to, pokud máme analyzátor, kde jsou promývací, kalibrační a kontrolní kazety brány odděleně, splňuje to také Vaše požadavky?

Odpověď 1:

Nesplňuje, protože Vámi popsáný systém využívá více kazet než jednu, což je nesplnění uvedeného požadavku na jednokazetový systém.

Dotaz č. 2

Prosím Vás o doplňující informaci k bodu 3 – Technické podmínky – minimální požadavky na přístroj

- Heslo operátora, datové rozhraní, přenos min. 500 dat měření – 500 vyšetření (testů) uložených v paměti přístroje – o jaké vyšetření (testy) se přesně jedná? Pacientské nebo i QC vzorky?

Odpověď 2:

Není přesně definováno, jedná se o posledních 500 měření bez specifikace druhu vyšetření, tedy není upřesněno, zda se jedná jen o pacientské vyšetření nebo i kombinaci s QC vzorky. Akceptovány budou obě řešení.

S pozdravem

Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace
MUDr. Lukáš Kettner, MBA, MHA
Ředitel