

Veřejná zakázka malého rozsahu
„Vysokovýkonný laser se zpětnou vazbou pro rehabilitaci“ – dodatečné informace
č. 1

Dne 3. 11. 2025 byl vznesen dotaz k zadávací dokumentaci na výše uvedenou veřejnou zakázku:

Dotaz č. 1

Věc: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace – technický parametr „max. výkon v kontinuálním režimu min. 25 W“

Vážený zadavateli,

v rámci přípravy nabídky do veřejné zakázky „Vysokovýkonný laser se zpětnou vazbou pro rehabilitaci“ (ev. č. ZC8/2025) si dovoluujeme požádat o upřesnění jednoho technického požadavku uvedeného v zadávací dokumentaci, a to:

„max. výkon v kontinuálním režimu min. 25 W“

Prosíme o potvrzení, zda se uvedený požadavek vztahuje:

- a) k výkonu jedné vlnové délky laseru v kontinuálním režimu, nebo
- b) k součtu výkonů všech vlnových délek při současném provozu více zdrojů.

Toto upřesnění je zásadní pro zajištění správné a srovnatelné technické specifikace nabízených zařízení

Odpověď 1:

Maximální výkonem v kontinuálním režimu min. 25 W je myšlen výkon 25 W v kontinuálním režimu alespoň pro jednu vlnovou délku.

Informace 1

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace byla doručena 3. 11. 2025 v 14:48 tudíž méně než 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek, která uplyne dne 6. 11. 2025.

Zadavatel na délku lhůty upozornil v článku 15. Vysvětlení zadávací dokumentace.

Žádost byla zadavateli doručena po skončení lhůty, zadavatel tedy není povinen vysvětlení zadávací dokumentaci k této žádosti poskytnout.

S pozdravem

MUDr. Lukáš Kettner, MBA, MHA
ředitel