

**Veřejná zakázka malého rozsahu
„vybavení ambulancí budovy U“ – dodatečné informace č. 2**

Dne 13. 11. 2025 byl vznesen dotaz k zadávací dokumentaci na výše uvedenou veřejnou zakázku, na kterou Vám zasíláme odpověď:

Dotaz č. 1:

Zadavatel požaduje Stolek na nástroje (položka P015) 18 ks

- V popisu je uveden požadavek na „spodní odkládací deska je z ocelového plechu v barvě konstrukce“
- Bude zadavatel akceptovat stolek se spodní odkládací deskou v nerez – nelakovaná?
- Dále jsou požadována Kolečka Ø 50 mm
- Bude zadavatel akceptovat stolek s kolečky Ø 75 mm, která jsou pro manipulaci vhodnější?

Odpověď 1:

Zadavatel bude akceptovat spodní odkládací desku z ocelového plechu v barvě konstrukce a spodní odkládací desku v nerez – nelakovanou a stolek s kolečky Ø 50 - 75 mm, upraveno v Příloze č. 8 – Technické požadavky.

Dotaz 2:

Zadavatel požaduje Regál kovový (položka P032) 25 ks

- V popisu jsou uvedeny požadavky: police jsou výškově přestavitelné po 33 mm a nosnost regálového sloupce min. 1100 kg
- Zároveň jsou požadovány min. 4 police
- Při požadované nosnosti 200 kg na jednu polici postačí nosnost regálového sloupce min. 800 kg
- Bude zadavatel akceptovat i Regál kovový s nosností regálového sloupce min. 800 kg a s policemi, které jsou výškově přestavitelné po 25 mm?

Odpověď 2:

Zadavatel bude akceptovat Regál kovový s nosností min. 800 kg a s policemi, které jsou výškově přestavitelné po 25 - 33 mm, upraveno v Příloze č. 8 – Technické požadavky.

Informace č. 1:

Zadavatel posunul lhůtu pro podání nabídek z důvodu dodatečných informací.

S pozdravem

Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace
MUDr. Lukáš Kettner, MBA, MHA, ředitel