



Dodatečné informace č. 2

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění
(dále jen „zákon“)

Centrální zadavatel:	Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace
sídlo zadavatele:	Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě
zastoupený:	JUDr. Věrou Palečkovou
IČO:	00842001
název VZ:	Mobilní RTG přístroj
druh zadávacího řízení:	veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky
ev. č. u zadavatele:	VZ/25/11

Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky obdržel dne 25.11.2025 Žádost o dodatečné informace. Doslovné znění dotazů včetně odpovědí zadavatele jsou uvedeny níže

Dotaz č. 1
Znění dotazu:
„Hmotnost plně vybaveného mobilního RTG přístroje max. 390 kg“
Běžně dostupné pojízdné RTG přístroje se pohybují s váhou kolem 450 kg i více, což je vzhledem k motorizovanému přednímu/zadními pojezdu dostačující. Bude zadavatel akceptovat hmotnost max. 450kg?
Znění odpovědi:
Ano, zadavatel bude akceptovat hmotnost max. 450 kg.
V té souvislosti zadavatel upravuje Přílohu č. 2 předmětné Výzvy k podání nabídek ze dne 21.11.2025 Technická specifikace předmětu plnění – minimální technické požadavky na předmět plnění (dále jen „příloha č. 2 výzvy“) a to tak, že v položce č. 2 upravuje hodnotu maximální hmotnosti přístroje. Nové znění položky č. 2 tedy zní: „ Hmotnost plně vybaveného mobilního RTG přístroje max. 450 kg “.

Dotaz č. 2
Znění dotazu:
„Vzdálenost ohniska od podlahy v nejnižší poloze je ≤ 600 mm“ „Minimální rozsah nastavení ohniska nad zemí od 600 mm do 2000 mm“
Bude zadavatel akceptovat standardní nejnižší polohu ohniska nad zemí od 70 cm?
Znění odpovědi:

<p>Ano, zadavatel bude akceptovat standardní nejnižší polohu ohniska na zemi od 70 cm.</p> <p>Zadavatel na základě dotazu upravuje přílohu č. 2 výzvy a to tak, že mění v položce č. 8 vzdálenost ohniska od podlahy v nejnižší poloze z původních ≤ 600 mm na ≤ 700 mm. Zadavatel současně v položce č. 9 upravuje uvedenou min. hodnotu „600 mm“ na „700 mm“</p> <p>Nové znění položky č. 8 tedy zní: „Vzdálenost ohniska od podlahy v nejnižší poloze je ≤ 700 mm“. Nové znění položky č. 9 tedy zní: „Minimální rozsah nastavení ohniska nad zemí od 700 mm do 2000 mm“.</p>

Dotaz č. 3
<p>Znění dotazu:</p> <p>„Snímkování i při vybití akumulátorů RTG připojením do elektrické sítě“</p> <p>Uchazeč o veřejnou zakázku má systém řešení s automatickým nabíjením, kdy přístroj v pravidelných intervalech udržuje optimální kapacitu baterie pro snímkování, a tedy funkcionality snímkování s vyčerpanou baterií není nutná. Bude zadavatel akceptovat navrhované řešení?</p>
<p>Znění odpovědi:</p> <p>Ano, zadavatel bude akceptovat i dodavatelem navrhované řešení.</p> <p>Zadavatel na základě dotazu upravuje přílohu č. 2 výzvy a to tak, že v položce č. 10 doplňuje „nebo automatické nabíjení, kdy přístroj v pravidelných intervalech udržuje optimální kapacitu baterie pro snímkování“.</p> <p>Nové znění položky č. 10 tedy zní: „Snímkování i při vybití akumulátorů RTG připojením do elektrické sítě nebo automatické nabíjení, kdy přístroj v pravidelných intervalech udržuje optimální kapacitu baterie pro snímkování“.</p>

Dotaz č. 4
<p>Znění dotazu:</p> <p>„Rozsah proudu min. 0,1 – 320 mAs“</p> <p>Bude zadavatele akceptovat rozsah proudu 0,5-320 mAs?</p>
<p>Znění odpovědi:</p> <p>Ano, zadavatel bude akceptovat rozsah proudu 0,5-320 mAs.</p> <p>Zadavatel na základě dotazu upravuje přílohu č. 2 výzvy a to tak, že mění v položce č. 16 rozsah proudu z původního „0,1 – 320 mAs“ na rozsah „0,5 – 320 mAs“.</p> <p>Nové znění položky č. 16 tedy zní: „Rozsah proudu min. 0,5 – 320 mAs“.</p>

Zadavatel informuje o doplnění technických požadavků na předmět veřejné zakázky do přílohy č. 2 v níže uvedeném znění:

Znění doplnění:						
24a.	Druhý malý scintilátor CsI s aktivní plochou 250 mm x 300 mm	požadováno	absolutní	ano - nemm

Rozhodnutí zadavatele

Na základě žádosti dodavatele o dodatečné informace a v souvislosti se shora uvedeným vyjádřením a doplněním zadavatele, zadavatel rozhodl o **úpravě technických požadavků uvedených v příloze č. 2**, a to tak, jak je popsáno výše. Všechny úpravy jsou provedeny buď formou přeškrtnutí původního textu, nebo **červeně psaným novým textem**. Nové znění přílohy č. 2 výzvy se zvýrazněnými změnami je přílohou této zprávy.

Dodavatelé jsou povinni pro zpracování svých nabídek vycházet z této aktualizované přílohy, která plně nahrazuje dokument v rámci předchozích Dodatečných informací ze dne 24.11.2025.

Ostatní ustanovení v celých zadávacích podmínkách ke shora uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změn.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek

V souvislosti se shora uvedeným sdělením zadavatele, zadavatel **PRODLUŽUJE LHŮTU PRO PODÁNÍ NABÍDEK O CELOU PŮVODNÍ DÉLKU, a to do pátku 12. 12. 2025 do 9:00 hodin, elektronická aukce se bude konat v pátek 12. 12. 2025 od 10:00 hod.**

Uveřejnění a poskytnutí dodatečných informací

Pro poskytnutí dodatečných informací bude využito elektronických prostředků. Dodatečné informace včetně přesného znění žádosti o dodatečné informace zadavatel uveřejňuje stejným způsobem, jakým byla uveřejněna Výzva k podání nabídek, tj. elektronicky, neomezeně a přímým dálkovým přístupem na profilu zadavatele – viz https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_196.html.

Dodatečné informace zasílá zadavatel současně všem jemu známým dodavatelům, tj. dodavatelům, kterým byla poskytnuta Výzva k podání nabídek prostřednictvím profilu zadavatele za podmínky, že si se stažením Výzvy aktivovali na profilu zadavatele v sekci „Zadávací dokumentace veřejné zakázky“ odběr upozornění na změny v zadávacích podmínkách, resp. dodatečných informací.

Příloha:

Příloha č. 2 výzvy k podání nabídek: Technická specifikace předmětu plnění znění ke dni 28.11.2025

V Novém Městě na Moravě dne 28. 11. 2025

Nemocnice Nové Město na Moravě
příspěvková organizace
JUDr. Věra PALEČKOVÁ
ředitelka

.....
JUDr. Věra Palečková, ředitelka nemocnice