



Dodatečné informace č. 3

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění
(dále jen „zákon“)

<i>Centrální zadavatel:</i>	Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace
<i>sídlo zadavatele:</i>	Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě
<i>zastoupený:</i>	JUDr. Věrou Palečkovou
<i>IČO:</i>	00842001
<i>název VZ:</i>	Mobilní RTG přístroj
<i>druh zadávacího řízení:</i>	veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky
<i>ev. č. u zadavatele:</i>	VZ/25/11

Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky obdržel dne 1.12.2025 Žádost o dodatečné informace. Doslovné znění dotazů včetně odpovědí zadavatele jsou uvedeny níže

Dotaz č. 1
Znění dotazu: V návaznosti na úpravu technické specifikace předmětu plnění, kdy zadavatel nově požaduje dva detektory místo původně jednoho, upozorňujeme, že cena jednoho detektoru se běžně pohybuje v řádu statisíců korun. Přesto nedošlo k úpravě předpokládané hodnoty veřejné zakázky, která je současně stanovena jako maximální a nepřekročitelná nabídková cena. Žádáme proto zadavatele o přiměřenou úpravu předpokládané hodnoty (maximální nabídkové ceny) tak, aby odpovídala rozšířenému rozsahu požadovaného plnění.
Znění odpovědi: Zadavatel nebude navyšovat maximálně přípustnou nabídkovou cenu. I po rozšíření předmětu plnění o druhý detektor považuje zadavatel stanovenou maximální cenu za dostatečnou. Stanovení, resp. zastropování maximální nabídkové ceny zadavatel považuje za transparentní a legitimní nástroj k naplnění zásad účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti (tzv. zásad 3E), které ukládají zadavatelům povinnost nakládat s veřejnými prostředky hospodárně, odpovědně a racionálním způsobem.

Dotaz č. 2
Znění dotazu: Zadavatel v aktualizované technické specifikaci požaduje druhý detektor, u něhož však – s výjimkou velikosti aktivní plochy 250 × 300 mm – nestanovuje žádné další technické parametry. Oproti tomu u prvního detektoru je požadována velikost aktivní plochy min. 400 × 400 mm a jsou detailněji definovány další technické požadavky. Detektory této velikosti se typicky používají pro snímkování dětí v inkubátoru, kde je třeba zohlednit

jiné a zpravidla přísnější technické parametry (například menší velikost pixelu z důvodu požadavku na vyšší rozlišení – běžně $< 125\ \mu\text{m}$, vyšší stupeň krytí proti vniknutí pevných částic a kapalin – obvykle IP67, či vyšší hodnota DQE – běžně $\geq 75\%$ @ 0 lp/mm, atd.).
Žádáme proto zadavatele o doplnění/zpřesnění základních a pro zamýšlené použití zásadních technických parametrů druhého detektoru, aby bylo zřejmé, jaké minimální požadavky má nabízený detektor splňovat a aby mohly být nabídky transparentně a nediskriminačně posouzeny.
Znění odpovědi:
Zadavatel sděluje, že technická specifikace druhého detektoru je totožná se specifikací detektoru prvního. Platí tedy požadavek na ochranu detektoru proti průniku tekutin minimálně IP54 (položka č. 25) a velikost pixelu max. $150\ \mu\text{m}$ (položka č. 27). Požadavek na hodnotu DQE zadavatel stanovovat nebude.

Dotaz č. 3
Znění dotazu:
Zadavatel v technické specifikaci požaduje funkci zobrazení úhlu detektoru na displeji kolimátoru v obou osách RTG paprsku. Tato funkcionality umožňuje přesnější centrování rentgenového paprsku vůči detektoru, což vede k vyšší kvalitě RTG obrazu.
V rámci naší nabídky bychom rádi nabídli modernější a pokročilejší funkcionality založenou na využití umělé inteligence (AI), která je z hlediska zvýšení kvality obrazu účinnější a současně významně snižuje potřebnou dávku RTG záření při zachování stejné diagnostické kvality RTG snímku. Konkrétně se jedná o funkce „Virtuální mřížka“ a „Automaticky řízená expozice“. Domníváme se proto, že požadovaná funkcionality zobrazení úhlu detektoru na displeji kolimátoru není za těchto okolností nezbytná.
Žádáme zadavatele o potvrzení, že výše popsané řešení založené na AI, které vede k vyšší kvalitě obrazu a nižší radiační zátěži, bude akceptováno jako plnohodnotná alternativa k požadované funkcionality zobrazení úhlu detektoru na displeji kolimátoru.
Znění odpovědi:
Zadavatel bude akceptovat dodavatelem popsané řešení využívající umělou inteligenci jako plnohodnotnou alternativu k požadované funkcionality zobrazení úhlu detektoru na displeji kolimátoru.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek

V souvislosti se shora uvedeným sdělením zadavatele, zadavatel **PRODLUŽUJE LHŮTU PRO PODÁNÍ NABÍDEK**, a to **do úterý 16. 12. 2025 do 9:00 hodin, elektronická aukce se bude konat v úterý 16. 12. 2025 od 10:00 hod.**

Uveřejnění a poskytnutí dodatečných informací

Pro poskytnutí dodatečných informací bude využito elektronických prostředků. Dodatečné informace včetně přesného znění žádosti o dodatečné informace zadavatel uveřejňuje stejným způsobem, jakým byla uveřejněna Výzva k podání nabídek, tj. elektronicky, neomezeně a přímým dálkovým přístupem na profilu zadavatele – viz https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_196.html.

Dodatečné informace zasílá zadavatel současně všem jemu známým dodavatelům, tj. dodavatelům, kterým byla poskytnuta Výzva k podání nabídek prostřednictvím profilu zadavatele za podmínky, že si se stažením Výzvy aktivovali na profilu zadavatele v sekci „Zadávací dokumentace veřejné zakázky“ odběr upozornění na změny v zadávacích podmínkách, resp. dodatečných informací.

V Novém Městě na Moravě dne 4. 12. 2025

nemocnice Nové Město na Moravě,
příspěvková organizace
JUDr. Věra PALEČKOVÁ
ředitelka



.....
JUDr. Věra Palečková, ředitelka nemocnice