



Dodatečné informace č. 4

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění
(dále jen „zákon“)

<i>Centrální zadavatel:</i>	Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace
<i>sídlo zadavatele:</i>	Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě
<i>zastoupený:</i>	JUDr. Věrou Palečkovou
<i>IČO:</i>	00842001
<i>název VZ:</i>	Mobilní RTG přístroj
<i>druh zadávacího řízení:</i>	veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky
<i>ev. č. u zadavatele:</i>	VZ/25/11

Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky obdržel dne 5.12.2025 Žádost o dodatečné informace. Doslovné znění dotazu včetně odpovědi zadavatele jsou uvedeny níže

Dotaz č. 1
Znění dotazu:
Zadavatel v rámci dodatečných informací č.3 připustil alternativní řešení (virtuální mřížka a automaticky řízená expozice) k původně nastavenému parametru „Zobrazení úhlu detektoru na display kolimátoru v obou osách rtg. paprsku“. Bude zadavatel požadovat displej na kolimátoru přístroje sloužící mimo jiné také k ovládání expozičních parametrů, zobrazení informace o pacientovi i při alternativním řešení virtuální mřížky a automaticky řízené expozice?
Znění odpovědi:
Při alternativním řešení parametru „Zobrazení úhlu detektoru na display kolimátoru v obou osách rtg. paprsku“ pomocí virtuální mřížky a automaticky řízené expozice zadavatel nebude požadovat displej na kolimátoru přístroje.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek

V souvislosti se shora uvedeným sdělením zadavatele, zadavatel **PRODLUŽUJE LHŮTU PRO PODÁNÍ NABÍDEK**, a to **do čtvrtka 18. 12. 2025 do 9:00 hodin, elektronická aukce se bude konat ve čtvrtek 18. 12. 2025 od 10:00 hod.**

Uveřejnění a poskytnutí dodatečných informací

Pro poskytnutí dodatečných informací bude využito elektronických prostředků. Dodatečné informace včetně přesného znění žádosti o dodatečné informace zadavatel uveřejňuje stejným způsobem, jakým byla uveřejněna Výzva k podání nabídek, tj. elektronicky, neomezeně a přímým dálkovým přístupem na profilu zadavatele – viz https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_196.html.

Dodatečné informace zasílá zadavatel současně všem jemu známým dodavatelům, tj. dodavatelům, kterým byla poskytnuta Výzva k podání nabídek prostřednictvím profilu zadavatele za podmínky, že si se stažením Výzvy aktivovali na profilu zadavatele v sekci „Zadávací dokumentace veřejné zakázky“ odběr upozornění na změny v zadávacích podmínkách, resp. dodatečných informací.

V Novém Městě na Moravě dne 10. 12. 2025

Nemocnice Nové Město na Moravě
príspevková organizace
JUDr. Věra PALEČKOVÁ
ředitelka



.....
JUDr. Věra Palečková, ředitelka nemocnice