

**Veřejná zakázka malého rozsahu  
„Servis CT přístroje Revolution EVO“ – dodatečné informace č. 1**

Dne 9. 2. 2026 byl vznesen dotaz k zadávací dokumentaci na výše uvedenou veřejnou zakázku, na kterou Vám zasíláme odpověď:

**Dotaz č. 1**

Dobrý den,  
v čl. 5.5 smlouvy je uvedeno, že „Poskytovatel je povinen dodat objednateli potřebné náhradní díly zařízení nové a nepoužité.“ S ohledem na mezinárodní standardy a interní směrnice společnosti GE Healthcare, jakož i na praxi v oblasti servisu zdravotnické techniky, upozorňujeme, že u starších typů zařízení může být dostupnost zcela nových náhradních dílů omezená, zatímco repasované díly (tj. díly odborně opravené, zkontrolované a plně otestované) jsou běžně dostupné, plně funkční a představují rovnocennou náhradu nových dílů. Použití repasovaných dílů může navíc: zkrátit dobu opravy díky vyšší dostupnosti těchto dílů, snížit náklady na servis a tím umožnit poskytnout cenově výhodnější nabídku, zachovat plnou funkčnost a bezpečnost zařízení, neboť díly procházejí certifikovanými testy kvality. S ohledem na výše uvedené žádáme zadavatele o potvrzení, zda bude akceptovat použití jak nových, tak repasovaných (opravovaných a otestovaných) náhradních dílů, pokud budou splňovat všechny požadavky na funkčnost, bezpečnost a kompatibilitu s daným zařízením.

**Odpověď 1:**

**Dobrý den, zadavatel souhlasí, a potvrzuje, že v rámci plnění předmětu veřejné zakázky (full servis CT) akceptujeme použití jak nových, tak repasovaných náhradních dílů za předpokladu, že tyto díly splňují veškeré požadavky na funkčnost, bezpečnost a kompatibilitu s daným zařízením.**

**Použití repasovaných náhradních dílů považujeme v rámci full servisu za akceptovatelné a nepředstavující žádné dodatečné riziko.**

**Zadavatel podle toho upravil požadavky v Zadávací dokumentaci, Smlouvě o dílo – servisní smlouvě.**

**Informace č. 1:**

**Zadavatel posunul lhůtu pro podání nabídek z důvodu dodatečných informací.**

S pozdravem

Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace  
MUDr. Lukáš Kettner, MBA, MHA  
Ředitel