



TECHNOLOGIE

KÓTY JSOU OD ČISTÉ (OBLOŽENÉ) ZDI NEBO PODLAHY

PŘEDMĚTY SANITÁRNÍHO VYBAVENÍ JSOU DODÁVKOU STAVBY VČETNĚ ARMATUR
DODÁVKOU STAVBY JSOU TAKÉ BATERIE A ODPADY K PRACOVNÍM LNKÁM

LEGENDA VÝVODŮ PRO ÚPRAVNU VODY:

d₀ Přívod studené vody pro připojení úpravní vody pro hemodialýzu. Přívodní potrubí dimenze min. 3/4" ukončeno uzavíracím kulovým ventilem 5/4" - 1900 mm vysoko. Předpokládaný odběr vody cca 4000 l / hod.

ROZVOD PERMEÁTU

materiálové provedení rozvodů permeátu: PEX-A Stabıl 25x3,7 mm
pro spoje se použijí fitinky z nerez materiálu - z jiného materiálu se NESMÍ použít (nemají atest pro styk s permeátem)

LEGENDA ZDRAVOTECHNIKY :

(PK) STOUPACÍ POTRUBÍ PERMEÁT-KONCENTRÁT

--- PERMEÁT - OKRUH 1
--- PERMEÁT - OKRUH 2
--- KONCENTRÁT

PL1 DIALYZAČNÍ PANEL PRO PŘIPOJENÍ JEDNOHO MONITORU

Revize Číslo Datum Popis změny Jméno Podpis		Arch.Design s.r.o. Sochorova 23 616 00 Brno IČ: 257 64 314 +420 541 420 911 www.archdesign.cz	
0,000 = 599,30 m.n.m. Bpv		Investor Kraj Vysočina Žižkova 1882/57 586 01 Jihlava Česká republika	
Místo stavby areál Nemocnice v Novém městě na Moravě Zdárská 610 592 31 Nové Město na Moravě Česká republika, kraj Vysočina kat. území Nové Město na Moravě [706418]		Generální projektant Architekt Zodpovědný projektant HIP / Vedoucí projektu Hlavní inženýr Arch.Design Hlavní architekt Arch.Design	
Projektant části PD Zodpovědný projektant Výpracoval Kontroloval		Ing. Miluše Hrazdíkova Arch. Design	
NEMOCNICE NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ- DIALÝZA		zakázka číslo B-22-125-000 název objektu OBJEKT DIALÝZY	
část projektu ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE název dokumentu PŮDORYS 1NP - PERMEÁT, KONCENTRÁT		stupeň dokumentace DPS objekt SO 01 mřítko výkresu číslo revize D.1.4.1.107 00	
datum 09/2023		Dokumentace pro provedení stavby datum 09/2023	
číslo paré		číslo paré	