

**Veřejná zakázka malého rozsahu
„Realizace servisu zdravotnických prostředků výrobce DISCHER Technik GmbH“ –
dodatečné informace č. 1**

Dne 15. 4. 2026 byl vznesen dotaz k zadávací dokumentaci na výše uvedenou veřejnou zakázku:

Dotaz č. 1

Zvažuje zadavatel úpravu smluvních lhůt tak, aby se lhůty pro odstranění vady počítaly výhradně v pracovních dnech?

Zvažuje zadavatel následující alternativní vymezení lhůt:

- odstranění vady bez nutnosti dodání náhradních dílů: do 3 pracovních dnů od nahlášení závady,
- odstranění vady vyžadující dodání specifických náhradních dílů od výrobce: do 7 pracovních dnů od nahlášení závady.

Odpověď 1:

Zadavatel si je vědom, že původní formulace lhůt pro odstranění vady (48 hodin, resp. 72 hodin od nahlášení závady) může vyvolávat výkladové nejasnosti, zejména ve vztahu k běhu těchto lhůt s ohledem na pracovní dobu servisního zajištění.

S ohledem na charakter servisovaných zařízení, která zásadním způsobem ovlivňují provoz zadavatele, považuje zadavatel za nezbytné zachovat krátké lhůty pro zásah servisního technika a odstranění závad. Současně však zohlednil připomínky dodavatele a přistoupil k částečné úpravě zadávacích podmínek.

Zadavatel tímto **mění zadávací podmínky** následovně:

- lhůta pro nástup servisního technika a odstranění vady bez nutnosti dodání náhradního dílu činí maximálně **48 hodin od nahlášení závady**, přičemž tato lhůta běží pouze v **pracovních dnech**,
- v případě vady vyžadující dodání náhradních dílů činí lhůta pro úplné odstranění vady maximálně **5 pracovních dnů od nahlášení závady**.

Zadavatel považuje takto upravené lhůty za přiměřené, a to i s ohledem na běžnou dostupnost náhradních dílů v rámci evropského trhu a potřebu zajištění kontinuity provozu zdravotnických zařízení.

Ostatní ustanovení zadávací dokumentace zůstávají beze změny.

Dotaz č. 2

Zvažuje zadavatel úpravu výše smluvních pokut na následující úroveň?

- 500 Kč za každý den prodlení při nedodržení lhůty pro opravu,
- 800 Kč za každý den prodlení při nedodržení termínu BTK.

Odpověď 2:

Zadavatel uvádí, že nemocnice je součástí kritické infrastruktury s nepřetržitým provozem 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Prodlení s odstraněním závady či nedodržení termínu BTK může mít závažné dopady na zajištění zdravotní péče.

Smluvní pokuty ve výši 1.000 Kč, resp. 2.000 Kč za každý den prodlení nepovažuje zadavatel s ohledem na uvedené skutečnosti za nepřiměřené.

Zadavatel proto nepřistupuje ke změně výše smluvních pokut.

Informace 1

Zadavatel na základě výše uvedených odpovědí upravil přílohu č. 3 - Smlouva o dílo – servisní smlouva „Realizace servisu zdravotnických prostředků výrobce DISCHER Technik GmbH“, kterou uveřejňuje v rámci těchto dodatečných informací.

Původní znění Přílohy č. 3 – Smlouva o dílo – servisní smlouva „Realizace servisu zdravotnických prostředků výrobce DISCHER Technik GmbH“ se ruší a nově uveřejněné se stává součástí zadávací dokumentace.

Informace 2

Z důvodu změny, nebo doplnění zadávací dokumentace prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek.

S pozdravem

MUDr. Lukáš Kettner, MBA, MHA
ředitel

Příloha:

Příloha č. 3 – Smlouva o dílo – servisní smlouva „Realizace servisu zdravotnických prostředků výrobce DISCHER Technik GmbH“ (revize 17. 4. 2026)