

Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace,
Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

na veřejnou zakázku malého rozsahu „Přístroj pro diferenciální diagnostiku CHJOPN x ASTMA včetně dodávky spotřebního materiálu“

ev. č. ZB4/2016

Zadávací řízení je zahájeno ve smyslu § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), tedy mimo režim citovaného zákona a v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek č. 06/14, ze dne 22. 7. 2014 a s účinností dnem 1. 8. 2014.

Identifikační údaje zadavatele

Zadavatel: Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace
Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč

IČO: 00839396

DIČ: CZ00839396

Právní forma: příspěvková organizace

Zastoupená: Ing. Evou Tomášovou, ředitelem organizace

Kontaktní osoba: Bc. Alena Pecková, referent obchodního oddělení

Telefon: 568 809 647, 739 455 418

E-mail: apeczkova@nem-tr.cz

ID datové schránky: tecrjqc

Obecná URL: www.nem-tr.cz

Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_198.html

1. Klasifikace předmětu veřejné zakázky

331000000-1 Zdravotnické přístroje

2. Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání přístroje pro diferenciální diagnostiku CHJOPN x ASTMA včetně dodávky spotřebního materiálu na dobu neurčitou s předpokládaným počtem 300 vyšetření ročně pro plicní oddělení Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace.

3. Technické podmínky

Zadavatel požaduje dodávku, instalaci, montáž, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, zajištění záručního a pozáručního servisu, včetně dodávky spotřebního materiálu, s předpokládaným počtem 300 vyšetření ročně a dodání dokladů potřebných pro provozování 1 kusu přístroje pro diferenciální diagnostiku CHJOPN x ASTMA.

Minimální technické požadavky na přístroj pro diferenciální diagnostiku CHJOPN x ASTMA:

- měření exhalovaného oxidu dusnatého (FeNO) standardizovanou, neinvazivní metodou, pro přesnou kvantifikaci míry alergického zánětu v dýchacích cestách a pro posouzení účinnosti protizánětlivé léčby;
- systém na stanovení NO splňující standardy ATS/ERS přístrojem;
- neinvazivní a bezpečné měření;
- jednoduché používání (vhodné pro děti i dospělé);
- přístroj musí zamezit kontaminaci inhalovaného vzduchu oxidem dusnatým z okolního prostředí;
- rychlé poskytnutí výsledků - do 1 min;
- rozsah měření: minimálně v rozsahu 5 - 300 ppb;
- přesnost: min. ± 5 ppb;
- možnost použití s PC i samostatně.

Výše uvedené minimální požadavky na přístroj musí uchazeč v nabídce doložit technickým listem případně jinými doklady, ze kterých bude možné ověřit, že přístroj požadavky splňuje.

V případě, že přístroj nabídnutý uchazečem nebude výše uvedené minimální požadavky splňovat, bude tato nabídka z dalšího hodnocení vyřazena.

Další stanovení technických podmínek

Pokud jsou v zadávací dokumentaci obsaženy požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniku, zvláštní označení výrobků, výkonů anebo obchodních materiálů, které platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, popř. patenty a užitné vzory, jsou zde uvedeny pouze pro upřesnění a přiblížení technických parametrů a zadavatel umožňuje použití i kvalitativně a technicky obdobného řešení.

4. Lhůta a místo plnění veřejné zakázky

Termín plnění dodávky přístroje:

Termín zahájení plnění: ihned po uzavření kupní smlouvy,

Termín ukončení plnění: do 4 týdnů od uzavření smlouvy.

Termín plnění dodávek spotřebního materiálu:

dle návrhu kupní smlouvy, přílohy č. 5 zadávací dokumentace.

Termín ukončení plnění:

dle návrhu kupní smlouvy, přílohy č. 5 zadávací dokumentace.

Místo plnění

Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace, Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč, plicní oddělení (TRN).

5. Kontaktní osoba

Kontaktní osoba

Zadavatel se zavazuje poskytnout zájemcům informace a podklady potřebné pro splnění veřejné zakázky, přičemž kontaktní osobou je:

Bc. Alena Pecková, referent obchodního oddělení, tel: 568 809 647, mobil: 739 455 418,
email: apecikova@nem-tr.cz

6. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů

Zadavatel požaduje v nabídkách doložit kvalifikační předpoklady v tomto rozsahu:

Základní kvalifikační předpoklady

Splnění základních kvalifikačních předpokladů doloží uchazeč formou čestného prohlášení (viz příloha č. 2), podepsaného oprávněnou osobou uchazeče. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že uchazeč splňuje příslušné základní kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem.

Profesní kvalifikační předpoklady

Profesní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč, který předloží:

- ✓ výpis z obchodního rejstříku, či obdobné evidence, je-li v ní zapsán,

- ✓ doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.

Technické kvalifikační předpoklady

Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč, který předloží:

- ✓ Prohlášení o shodě - všechny výrobky musí být označeny značkou shody dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a musí být z hlediska platných právních předpisů způsobilé a vhodné pro použití při poskytování zdravotní péče. Uchazeč doloží prohlášení o shodě, CE certifikátu.

Způsob prokázání kvalifikace

- ✓ Uchazeč je povinen předložit všechny zadavatelem požadované doklady prokazující kvalifikaci v českém jazyce. V případě cizojazyčných dokladů je povinen přiložit kopii jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka. Povinnost připojit k dokladům překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.
- ✓ Uchazeč doloží v nabídce prosté kopie dokumentů, přičemž doklad prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky.
- ✓ Uchazeči mohou k prokázání základních a profesních kvalifikačních předpokladů využít výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ne staršího než 3 měsíce.
- ✓ Uchazeči mohou k prokázání kvalifikačních předpokladů využít certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů ne staršího než 1 rok. Tento certifikát nahrazuje prokázání kvalifikace uchazeče v rozsahu v něm uvedených údajů.
- ✓ Vítězný uchazeč dodá uvedené doklady v úředně ověřené kopii nebo originálu před podpisem smlouvy (poštou nebo osobně).

7. Požadavky pro zpracování nabídkové ceny

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za dodávku 1 ks přístroje pro diferenciální diagnostiku CHJOPN x ASTMA, včetně nabídky pro dodávku spotřebního materiálu na dobu neurčitou s předpokládaným počtem 300 vyšetření ročně, který je předmětem této veřejné zakázky.

Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady související s dodáním, dopravou, instalací, zprovozněním přístroje, zaškolením obsluhy a předáním veškeré dokumentace vztahující se ke zboží. Nabídková cena bude rovněž zahrnovat předpokládaný vývoj cen až do zániku závazků ze smlouvy, vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám a další finanční vlivy.

Nabídková cena za přístroj pro diferenciální diagnostiku CHJOPN x ASTMA, včetně nabídky pro dodávku spotřebního materiálu s předpokládaným počtem 300 vyšetření ročně, bude stanovena jako cena »nejvýše přípustná«!

Požadovaná kalkulace ceny: dle přílohy č. 3, Cenová nabídka.

Nabídková cena bude uvedena v členění na cenu celkem bez DPH, DPH a cenu celkem včetně DPH v korunách českých.

V případě jakéhokoliv rozporu v cenových údajích v nabídce uchazeče se za hodnotu celkové nabídkové ceny považuje údaj uvedený v návrhu smlouvy.

8. Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky

Nabídka bude doložena v jednom originálu v písemné formě v českém jazyce. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Z důvodu právní jistoty zadavatel uvítá, když uchazeč všechny listy nabídky včetně příloh zabezpečí proti manipulaci sešitím celé nabídky a řádně očísluje vzestupnou číselnou řadou.

Nabídka musí obsahovat:

- ✓ Krycí list nabídky obsahující identifikační údaje uchazeče, kontaktní údaje a nabídkovou cenu (dle přílohy č. 1).
- ✓ Čestné prohlášení uchazeče ke splnění základních kvalifikačních předpokladů (dle přílohy č. 2).
- ✓ Cenovou nabídku (dle přílohy č. 3).
- ✓ Návrh kupní smlouvy „Přístroj pro diferenciální diagnostiku CHJOPN x ASTMA“ podepsaný oprávněnou osobou uchazeče (viz příloha č. 4).
- ✓ Návrh kupní smlouvy „Dodávka spotřebního materiálu na provoz přístroje pro diferenciální diagnostiku CHJOPN x ASTMA“ podepsaný oprávněnou osobou uchazeče (viz příloha č. 5).
- ✓ Ostatní materiály vztahující se k nabídce (zejména prospektové materiály, technický popis přístroje, technické parametry ke splnění minimálních požadavků na přístroj apod.) – v českém jazyce, případně s překladem.

9. Podmínky překročení nabídkové ceny

Výši nabídkové ceny lze překročit pouze, dojde-li před nebo v průběhu realizace veřejné zakázky ke změně sazeb DPH.

Nabídkovou cenu bez DPH nelze překročit za žádných podmínek.

10. Požadavky na varianty, dílčí plnění

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

11. Obchodní podmínky

Obchodní podmínky, včetně odpovědnosti za vady, záruka a záruční servis jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu kupních smluv. Uchazeči do těchto obchodních podmínek doplní pouze údaje podle textu návrhu kupních smluv (zejména vlastní identifikační údaje, cenu a případné další údaje, jejichž doplnění text obchodních podmínek předpokládá) a následně takto doplněné obchodní podmínky předloží s nabídkou jako své návrhy kupních smluv na veřejnou zakázku. Návrhy kupních smluv tvoří příloha č. 4 a příloha č. 5 této zadávací dokumentace.

Záruční podmínky

Požadovaná délka záruční doby přístroje je **24 měsíců**.

12. Způsob hodnocení nabídek

Při splnění podmínek veřejné zakázky budou nabídky hodnoceny dle kritéria nejnižší nabídkové ceny včetně DPH za přístroj, včetně ceny spotřebního materiálu s předpokládaným počtem 300 vyšetření ročně.

13. Lhůta a místo pro podání nabídek

Nabídky musí být doručeny na adresu zadavatele nejpozději **do středy 6. 4. 2016, do 10:00 hod.** Nabídky je možno doručit doporučeně poštou, časem doručení se rozumí předání nabídky na podatelnu Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, nebo osobně předat každý pracovní den v době mezi 7:00 a 14:00 hod. do Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč, ekonomický úsek, budova N, dveře č. 217, Bc. Aleně Peckové.

Nabídky budou doručeny v řádně uzavřené obálce opatřené na přelepu razítkem a označené:

„Veřejná zakázka – Přístroj pro diferenciální diagnostiku CHJOPN x ASTMA včetně dodávky spotřebního materiálu – Neotevírat“

14. Stanovení zadávací lhůty

Zadavatel stanoví zadávací lhůtu, po kterou jsou uchazeči vázáni svými nabídkami, v délce 2 měsíců ode dne skončení lhůty pro podání nabídek.

15. Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje upravit termíny plnění, neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem, odmítnout všechny předložené nabídky nebo zadávací řízení zrušit i bez udání důvodu.

16. Závěrečná ustanovení

Zadavatel uveřejní zadání veřejné zakázky na profilu zadavatele.

Podáním nabídky uchazeč souhlasí s obsahem zadávacích podmínek.

Uchazeč nemá právo na náhradu nákladů, které vynaloží na účast v zadávacím řízení na veřejnou zakázku.


Nabídky se uchazečům nevracejí, zůstávají u zadavatele jako součást dokumentace o zadání veřejné zakázky.

17. Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace je soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky. Součástí zadávací dokumentace jsou přílohy:

- Příloha č. 1 Krycí list nabídky
- Příloha č. 2 Čestné prohlášení uchazeče
- Příloha č. 3 Cenová nabídka
- Příloha č. 4 Návrh kupní smlouvy – „Přístroj pro diferenciální diagnostiku CHJOPN x ASTMA“
- Příloha č. 5 Návrh kupní smlouvy – „Dodávka spotřebního materiálu na provoz přístroje pro diferenciální diagnostiku CHJOPN x ASTMA“

V Třebíči dne **22. 03. 2016**

Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace
Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč
IČ: 00839396
č. ú.: 12338711/0100 



Ing. Eva Tomášová
ředitel

