

Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace,
Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
na veřejnou zakázku malého rozsahu
„Elektricky polohovatelná lůžka a stolky“

ev. č. ZC12/2016

Zadávací řízení je zahájeno ve smyslu § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), tedy mimo režim citovaného zákona a v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek č. 06/14, ze dne 22. 7. 2014 a s účinností dnem 1. 8. 2014.

Identifikační údaje zadavatele

Zadavatel:	Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace
	Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč
IČO:	00839396
DIČ:	CZ00839396
Právní forma:	příspěvková organizace
Zastoupená:	Ing. Evou Tomášovou, ředitelem organizace
Kontaktní osoba:	Bc. Alena Pecková, referent obchodního oddělení
Telefon:	568 809 647, 739 455 418
E-mail:	apecanova@nem-tr.cz
ID datové schránky:	tecrjqc
Obecná URL:	www.nem-tr.cz
Adresa profilu zadavatele:	https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_198.html

1. Klasifikace předmětu veřejné zakázky

33192120-9 - Nemocniční lůžka

2. Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka **elektricky polohovatelných lůžek pro standardní oddělení včetně příslušenství (hrazda, matrace, držák pro infuze), stolek** pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci.

3. Technické podmínky

Požadavkem zadavatele je dodávka **40 kusů elektricky polohovatelných lůžek a stolků**, zajištění bezplatného autorizovaného servisu po celou dobu trvání záruční doby, uvedení do provozu a bezplatné zaškolení obsluhy.

Výše uvedené množství je pouze předpokládané a nezavazuje zadavatele k jeho celkovému odběru.

Minimální technické parametry:

- požadované komponenty sestavy: elektricky polohovatelné lůžko pro standardní oddělení včetně příslušenství (hrazda, matrace, držák infuzí), stolek.

Elektricky polohovatelné lůžko

- provedení ve shodě s normou ČSN EN 60601-2-52:2010,
- kovová konstrukce lůžka,
- ložná plocha vyrobena z kovových nebo plastových lamel, mechanicky odolné (viz podmínky záruky),
- šířka ložné plochy 900 mm,
- maximální vnější šíře lůžka 105 cm,
- délka ložné plochy cca 2000 mm,
- prodloužení ložné plochy o min. 150 mm,
- bezpečné provozní zatížení min. 250 kg,
- výška ložné plochy nastavitelná pomocí elektromotoru min. v rozmezí 400 – 750 mm,
- 4-segmentová ložná plocha,
- polohování zádového a stehenního dílu ložné plochy pomocí elektromotoru,
- polohování lýtkového dílu (mechanicky),
- systém autoregrese pro eliminaci tlaku a střížných sil při polohování zádového a stehenního dílu,
- ruční ovladač s podsvícením a s ochranou proti nechtěnému polohování (patientský),
- hlavní ovládací panel (pro sestry),
- funkce Trendelenburg a antitrendelenburg s náklonem min. v rozsahu $\pm 15^\circ$ pomocí elektromotoru,
- záložní baterie,
- funkce kardiacké křeslo,
- mechanické spouštění zádového dílu (CPR),
- povrchová úprava kovových částí: lakování práškovými barvami, barva: bílý odstín,
- čelo v hlavové části plastové, odnímatelné, mechanicky odolné (viz podmínky záruky),

- čelo v nožní části plastové, odnímatelné, mechanicky odolné (viz podmínky záruky),
- 4 kolečka o průměru min. 150 mm, min. 2 kolečka s funkcí centrální brzdy a dále funkce směrové aretace pro snadnější transport,
- 4 vodorovná ochranná nárazová kolečka v rozích lůžka,
- úchyty pro příslušenství (hrazda, příp. infuzní stojan) v hlavové části i nožní části lůžka,
- postranice $\frac{3}{4}$ sklopné dělené plastové odklopné s pojistkou proti nechtěnému spuštění nebo kovové s možností odejmutí bez použití náradí,
- možnost rozšíření o doplňující zábranu do mezery mezi postranicí a nožním čelem zabraňující pacientovi opustit lůžko s pojistkou proti nechtěnému spuštění,
- výsuvná polička na lůžkoviny,
- hrazda kovová, odnímatelná,
- rukojeť na hrazdu plastová, včetně popruhu s automatickým systémem navíjení a pojistkou.

Matrace standard:

- antidekubitní prořez jádra ve třech zónách pro prevenci vzniku dekubit,
- hustota jádra min. 33 kg/m³,
- nosnost 150 kg,
- potah rozepínatelný 180°, nepropustný pro tekutiny, prodyšný,
- výška matrace min. 14cm.

Stolek:

- oboustranně přístupný patientský stolek,
- s jídelní deskou plynule výškově stavitelnou pomocí posilovací pružiny, s možností náklonu,
- jídelní deska z HPL nebo plastu,
- korpus kovový, lakovaný,
- zásuvky: lakovaná madla, vyjímatelné plastové vložky,
- malá horní zásuvka,
- velká spodní skříňka s držákem na PET lahev (1,5 l),
- odkládací plocha mezi oběma zásuvkami,
- kolečka: 4 dvojité, průměr min. 65 mm, minimálně dvě brzditelná kolečka.

Požadovaná záruka:

- 24 měsíců na lůžko, BTK po dobu 24 měsíců zdarma,
- 60 měsíců na lamely ložné plochy, postranice a čela v hlavové a nožní části,
- Záruka se vztahuje i na mechanické poškození způsobené vadou nebo únavou materiálu.

Výše uvedené minimální požadavky na zařízení musí uchazeč v nabídce doložit technickým listem případně jinými doklady, ze kterých bude možné ověřit, že zařízení požadavky splňuje.

V případě, že zařízení nabídnutý uchazečem nebude výše uvedené minimální požadavky splňovat, bude tato nabídka z dalšího hodnocení vyřazena.

Další stanovení technických podmínek

Pokud jsou v zadávací dokumentaci obsaženy požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniku, zvláštní označení výrobků, výkonů anebo obchodních materiálů, která platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, popř. patenty a užitné vzory, jsou zde uvedeny pouze pro upřesnění a přiblížení technických parametrů a zadavatel umožňuje použití i kvalitativně a technicky obdobného řešení.

4. Lhůta a místo plnění veřejné zakázky

Termíny plnění:

Termín zahájení plnění: 16 kusů ihned po uzavření kupní smlouvy, zbývajících množství – s postupným odběrem – do 31. 12. 2017, dle smlouvy.

Termín ukončení plnění: dle smlouvy

Místo plnění

Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace, Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč.

5. Kontaktní osoba

Kontaktní osoba

Zadavatel se zavazuje poskytnout zájemcům informace a podklady potřebné pro splnění veřejné zakázky, přičemž kontaktní osobou je:

Bc. Alena Pecková, referent obchodního oddělení, tel. 568 809 647, mobil: 739 455 418, email: apecikova@nem-tr.cz.

6. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů

Zadavatel požaduje v nabídkách doložit kvalifikační předpoklady v tomto rozsahu:

Základní kvalifikační předpoklady

Splnění základních kvalifikačních předpokladů doloží uchazeč formou čestného prohlášení (viz příloha č. 2), podepsaného oprávněnou osobou uchazeče. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že uchazeč splňuje příslušné základní kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem.

Profesní kvalifikační předpoklady

Profesní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč, který předloží:

- ✓ výpis z obchodního rejstříku, či obdobné evidence, je-li v ní zapsán,
- ✓ doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.

Technické kvalifikační předpoklady

Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč, který předloží:

- ✓ Prohlášení o shodě - všechny výrobky musí být označeny značkou shody dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a musí být z hlediska platných právních předpisů způsobilé a vhodné pro použití při poskytování zdravotních služeb. Uchazeč doloží prohlášení o shodě, CE certifikátu.

Způsob prokázání kvalifikace

- ✓ Uchazeč je povinen předložit všechny zadavatelem požadované doklady prokazující kvalifikaci v českém jazyce. V případě cizojazyčných dokladů je povinen přiložit kopii

jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka. Povinnost připojit k dokladům překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.

- ✓ Uchazeč doloží v nabídce prosté kopie dokumentů, přičemž doklad prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky.
- ✓ Uchazeči mohou k prokázání základních a profesních kvalifikačních předpokladů využít výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ne staršího než 3 měsíce.
- ✓ Uchazeči mohou k prokázání kvalifikačních předpokladů využít certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů ne staršího než 1 rok. Tento certifikát nahrazuje prokázání kvalifikace uchazeče v rozsahu v něm uvedených údajů.
- ✓ Vítězný uchazeč dodá uvedené doklady v úředně ověřené kopii nebo originálu před podpisem smlouvy (poštou nebo osobně).

7. Požadavky pro zpracování nabídkové ceny

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za dodávku **elektricky polohovatelných lůžek s příslušenstvím, včetně stolků**, do formuláře **Krycí list nabídky, dle přílohy č. 1 této zadávací dokumentace**.

Nabídková cena bude uvedena v členění na cenu celkem bez DPH, DPH a cenu celkem včetně DPH v korunách českých.

Nabídková cena za předmět veřejné zakázky bude zahrnovat veškeré náklady související s dodáním a dopravou, instalací, zprovozněním zařízení, zaškolením obsluhy a předáním veškeré dokumentace vztahující se k zařízení. Nabídková cena bude rovněž zahrnovat předpokládaný vývoj cen až do zániku závazků ze smlouvy, vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám a další finanční vlivy.

Nabídková cena za zařízení bude stanovena jako »nejvýše přípustná«!

V případě jakéhokoliv rozporu v cenových údajích v nabídce uchazeče se za hodnotu celkové nabídkové ceny považuje údaj uvedený v návrhu smlouvy.

8. Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky

Nabídka bude doložena v jednom originálu, v písemné formě v českém jazyce. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Z důvodu dodržení zásady transparentnosti zadavatel uvítá, když uchazeč všechny listy nabídky včetně příloh zabezpečí proti manipulaci sešitím celé nabídky a řádně očísluje vzestupnou číselnou řadou.

Nabídka musí obsahovat:

- ✓ Krycí list nabídky obsahující identifikační údaje uchazeče, kontaktní údaje a nabídkovou cenu (viz příloha č. 1).
- ✓ Doklady k prokázání kvalifikace uchazeče.
- ✓ Návrh kupní smlouvy podepsaný oprávněnou osobou uchazeče (viz příloha č. 3).
- ✓ Ostatní materiály vztahující se k nabídce (zejména prospektové materiály, technický popis zařízení, technické parametry ke splnění minimálních požadavků na zařízení apod.) – v českém jazyce nebo ve slovenském jazyce, případně s překladem.

9. Podmínky překročení nabídkové ceny

Výši nabídkové ceny lze překročit pouze, dojde-li před nebo v průběhu realizace veřejné zakázky ke změně sazeb DPH.

Nabídkovou cenu bez DPH nelze překročit za žádných podmínek.

10. Požadavky na varianty, dílčí plnění

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

11. Obchodní podmínky

Obchodní podmínky, včetně odpovědnosti za vady, záruka a záruční servis jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu kupní smlouvy. Uchazeči do těchto obchodních podmínek doplní pouze údaje nezbytné pro vznik návrhu kupní smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje, cenu a případné další údaje, jejichž doplnění text obchodních podmínek předpokládá) a následně takto doplněné obchodní podmínky předloží s nabídkou jako svůj návrh kupní smlouvy na veřejnou zakázku. Návrh kupní smlouvy tvoří příloha č. 3 této zadávací dokumentace.

12. Způsob hodnocení nabídek

Při splnění podmínek veřejné zakázky budou nabídky hodnoceny **dle kritéria nejnížší nabídkové ceny v Kč včetně DPH.**

Zakázka nebude dělena na části a bude zadána jednomu uchazeči.

13. Lhůta a místo pro podání nabídek

Nabídky musí být doručeny na adresu zadavatele nejpozději **do úterý 28. 6. 2016 do 11:00 hod.** Nabídky je možno doručit doporučeně poštou, časem doručení se rozumí předání nabídky na recepci Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, nebo osobně předat každý pracovní den v době mezi 7:00 a 14:00 hod. do Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč, ekonomický úsek, budova N, dveře č. 217, Bc. Aleně Peckové.

Nabídky budou doručeny v řádně uzavřené obálce a opatřené na přelepu razítkem a označené:

„Veřejná zakázka – Elektricky polohovatelná lůžka a stolky – Neotevírat“

14. Stanovení zadávací lhůty

Zadavatel stanovuje zadávací lhůtu, po kterou jsou uchazeči vázáni svými nabídkami, v délce 2 měsíců ode dne skončení lhůty pro podání nabídek.

15. Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje upravit termíny plnění, neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem, odmítnout všechny předložené nabídky nebo zadávací řízení zrušit i bez udání důvodu.

16. Závěrečná ustanovení

Zadavatel uveřejní zadání veřejné zakázky na profilu zadavatele.

Podáním nabídky uchazeč souhlasí s obsahem zadávacích podmínek.


Uchazeč nemá právo na náhradu nákladů, které vynaloží na účast v zadávacím řízení na veřejnou zakázku.

Nabídky se uchazečem nevracejí, zůstávají u zadavatele jako součást dokumentace o zadání veřejné zakázky.

17. Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace je soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky. Součástí zadávací dokumentace jsou přílohy:

- Příloha č. 1 Krycí list nabídky
- Příloha č. 2 Čestné prohlášení
- Příloha č. 3 Návrh kupní smlouvy – Kupní smlouva „Elektricky polohovatelná lůžka a stolky“

V Třebíči dne 20. 06. 2016
Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace
Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč
IČ: 00839396
č. ú.: 12338711/0100 (07)

Ing. Eva Tomášová
ředitel

