

DODATEČNÉ INFORMACE č. 1

zpracovaná v rozsahu ustanovení zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

NADLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY

Evidenční číslo veřejné zakázky: 629887

Datum uveřejnění: 1. 7. 2016

Dodávka CT – počítačový tomograf

Zadavatel:

Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace

- statutární zástupce: ředitel, Ing. Jan Mičák, MBA
- adresa sídla: Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov
- IČO: 00511951
- DIČ: CZ00511951
- bankovní spojení: GE Money Bank, a.s., pobočka Pelhřimov
- číslo účtu: 174-401202-834/0600
- telefon: 565 355 111
- fax: 565324645
- e-mail: hospital@hospital-pe.cz

Zadavatel dne 3. srpna 2016 obdržel žádost o poskytnutí dodatečných informací k výše uvedené veřejné zakázce:

Požadavek uchazeče:

Je zadavatel ochoten v rámci jiného technického řešení akceptovat systém CT s výkonem generátoru 72 kW a maximálním anodovým proudem 600 mA s tím, že tyto maximální hodnoty odpovídají ekvivalentu 144kW a 1200 mA bez použití techniky adaptivní iterativní rekonstrukci dat AIDR. Tato technika snižuje potřebu intenzity ionizujícího záření a tím i anodového proudu o více než 50% s výsledným získáním stejně kvalitních CT obrazů.

Zadavatel k tomuto dotazu sděluje následující

Zadavatel trvá na svém požadavku na výkon generátoru ≥ 80 kW.

Vedle obecné CT diagnostiky bude prováděna i komplexní CT neurodiagnostika. Současně musí přístroj splňovat i požadavky na CT kardio diagnostiku, kde je předpoklad narůstající počtu CT koronarografií v nadcházejícím období.

Vzhledem k výše uvedenému účelu použití požaduje zadavatel dodání celotělového CT skeneru vyšší kategorie, který bude schopen dosahovat odpovídající rychlosti snímání při zachování nízké dávky a vysokého prostorového rozlišení. Proto je základním klinickým požadavkem zadavatele možnost nasnímání ve spirálním a axiálním modu objemu tkáně v délce minimálně 35 mm během jedné rotace. Pro zvýšení prostorového rozlišení v ose Z musí být detekční systém vybaven některou z technik pro znásobení počtu projekcí nebo znásobení počtu rekonstruovaných řezů

K dosažení vysoké kvality zobrazení i při rychlých rotacích a při vyšetření objemných pacientů musí kapacita generátoru ≥ 80 kW umožnit použití vyšších hodnot mA.

K doplnění uvádíme, že zadavatel v současné době nedisponuje přístrojem k provádění magnetické rezonance, a s ohledem na stanovisko Přístrojové komise Ministerstva zdravotnictví České republiky, ani nepředpokládá jeho zakoupení v nejbližším období. Z tohoto důvodu považuje požadavky uvedené v zadávací dokumentaci za opodstatněné.

V Pelhřimově 5. 8. 2016

Nemocnice Pelhřimov
příspěvková organizace
ředitel
Slovanského bratrství 710
393 38 PELHŘIMOV
IČO: 00 51 19 51



Ing. Jan Mlčák, MBA
ředitel