

DODATEČNÉ INFORMACE č. 2

zpracovaná v rozsahu ustanovení zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

NADLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY

Evidenční číslo veřejné zakázky: 629887

Datum uveřejnění: 1. 7. 2016

Dodávka CT – počítačový tomograf

Zadavatel:

Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace

- statutární zástupce: ředitel, Ing. Jan Mlčák, MBA
- adresa sídla: Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov
- IČO: 00511951
- DIČ: CZ00511951
- bankovní spojení: GE Money Bank, a.s., pobočka Pelhřimov
- číslo účtu: 174-401202-834/0600
- telefon: 565 355 111
- fax: 565324645
- e-mail: hospital@hospital-pe.cz

Zadavatel dne 5. srpna 2016 obdržel žádost o poskytnutí dodatečných informací k výše uvedené veřejné zakázce:

Požadavek uchazeče:

Je možné nabídnout 64-vrstvý CT přístroj s šířkou detektoru 19,2 mm a s technologií kmitajícího ohniska rentgenové lampy v z-směru s výslednou akvizicí 64 datových stop a s počtem získaných (zobrazených) vrstev za jednu otáčku 360° v ose z 192?.

Zadavatel k tomuto dotazu sděluje následující

Zadavatel trvá na původním zadání tj. „přístroj snímající data prostřednictvím minimálně 64 paralelních detektorových řad v ose Z na jednu rotaci 360° počet získaných (zobrazených) vrstev za jednu otáčku 360° v ose Z – 128. Šířka detektoru v ose Z $\geq$ 35 mm.

Vedle obecné CT diagnostiky bude prováděna i komplexní CT neurodiagnostika. Současně musí přístroj splňovat i požadavky na CT kardio diagnostiku, kde je předpoklad narůstající počtu CT koronarografií v nadcházejícím období.

Vzhledem k výše uvedenému účelu použití požaduje zadavatel dodání celotělového CT skeneru vyšší kategorie, který bude schopen dosahovat odpovídající rychlosti snímání při zachování nízké dávky a vysokého prostorového rozlišení. Proto je základním klinickým požadavkem zadavatele možnost nasnímat ve spirálním i axiálním modu objem tkáně v délce minimálně 35 mm během jedné rotace. Pro zvýšení prostorového rozlišení v ose Z musí být detekční systém vybaven některou z technik pro znásobení počtu projekcí nebo znásobení počtu rekonstruovaných řezů.

V Pelhřimově 9. 8. 2016

Nemocnice Pelhřimov
příspěvková organizace
ředitel
Slovanského bratrství 710
393 38 PELHŘIMOV
IČO: 00511951

Ing. Jan Mlčák, MBA
ředitel