Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace, Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov, tel: 565 355 111, IČO:00511951, DIČ: CZ00511951

DODATEČNÉ INFORMACE č. 4

zpracovaná v rozsahu ustanovení zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

NADLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY

Evidenční číslo veřejné zakázky: 629887
Datum uveřejnění: 1. 7. 2016

Dodávka CT – počítačový tomograf

Zadavatel:

Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace

- statutární zástupce: ředitel, Ing. Jan Mlčák, MBA
- adresa sídla: Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov
- IČO: 00511951
- DIČ: CZ00511951
- bankovní spojení: GE Money Bank, a.s., pobočka Pelhřimov
- číslo účtu: 174-401202-834/0600
- telefon: 565 355 111
- fax: 565324645
- e-mail: hospital@hospital-pe.cz

Zadavatel dne 15. srpna 2016 obdržel žádost o poskytnutí dodatečných informací k výše uvedené veřejné zakázce:

Požadavek uchazeče č. 1:
Zadavatel v technickém popisu zařízení požaduje pro CT skener:
Délko skenovacího rozsahu stolu vose Z ve spirálním módu min. 175 cm.
Bude zadavatel akceptovat hodnotu 154 cm?

Zadavatel k tomuto dotazu sděluje následující

Ne zadavatel, trvá na splnění požadavku.

Společnost GE disponuje CT skenerem Discovery™ CT750 HD vybaveným stolem s označením VT2000, disponující požadovaným rozsahem.

Požadavek uchazeče č. 2:
Zadavatel v technickém popisu zařízení požaduje pro CT skener:
Prostorové rozlišení vysokého kontrastu min. 20 lp/cm @ O MTF.
Připouští zadavatel snížení požadavku udávaného parametru o hodnotu lišící se o méně než 2 %, tedy 19,7lp/cm?

Zadavatel k tomuto dotazu sděluje následující

Zadavatel nepřipouští změnu požadavku. Společnost GE disponuje CT skenerem HD 750 s prostorovým rozlišením 21.5 lp/cm @ 0 MTF který očekáváme, že bude předmětem nabídky.

Požadavek uchazeče č. 3:
Zadavatel v technickém popisu zařízení požaduje pro rtg komponenty:
Výkon generátoru ~ 80 kW.
Připouští zadavatel možnost uvést ekvivalentní výkon?

Zadavatel k tomuto dotazu sděluje následující

Zadavatel trvá na splnění požadavku a dodává, že nemá v tomto případě zájem o nabídku CT skeneru s krátkou geometrií.

Požadavek uchazeče č. 4:
Zadavatel v technickém popisu zařízení požaduje pro rtg komponenty:
Rozsah proudu ~ 30-650 mA.
Bude zadavatel akceptovat ekvivalentní hodnotu proudu 800 mA?

Zadavatel k tomuto dotazu sděluje následující

Zadavatel trvá na splnění požadavku a dodává, že nemá v tomto případě zájem o nabídku CT skeneru s krátkou geometrií, proto stanovil parametry, jak je stanovil.

V Pelhřimově 19. 8. 2016

Nemocnice Pelhřimov
příspěvková organizace
ředitel
Slovanského bratrství 710
393 38 PELHŘIMOV
IČO: 00 51 19 51

Ing. Jan Mlčák, MBA
ředitel