

Nadlimitní veřejná zakázka „Dezinfekce“ – dodatečné informace

Dne 21. 9. 2016 byly vzneseny dotazy k zadávací dokumentaci na výše uvedenou veřejnou zakázku, na které Vám zasíláme odpověď:

Dotaz č. 1

„1) V odpovědi na dotaz č. 10 ze dne 21. 7. zadavatel povolil ke každému přípravku doložit jediný certifikát kompatibility ke každému z přípravků. Původně ale požadoval konkrétně certifikát na výrobky firmy Olympus a Pentax, z čehož lze usoudit, že tyto značky přístrojů nemocnice vlastní. Dotaz: Můžete upřesnit, zda požadujete nadále jeden nebo druhý certifikát kompatibility k uvedeným značkám je možné předložit certifikát od zcela jiného výrobce, ačkoli použité materiály nemusí být totožné nebo to musí být certifikáty od jmenovaných firem?“

Odpověď:

Upřesnění požadavku není nutné - zadavatel se touto problematikou podrobně zabýval v rámci dodatečných informací ze dne 21. 7. 2016 v odpovědi na dotaz č. 10. Odkazy na firmy Olympus a Pentax zadávací dokumentace po dodatečných informacích ze dne 21. 7. 2016 již neobsahuje.

Dotaz č. 2

„2) Požadavek č. 10 ve skupině 3 zní, že má účastník přepočítávat cenu pracovního roztoku při garantované stabilitě na počet pracovních dnů, přičemž je myšlena stabilita roztoku v kvalitě pro VSD v přiklopené nádobě. Při pozorném přečtení návodu některých výrobců hlavně kyslíkových produktů je garantovaná stabilita pouze, pokud roztok není po danou dobu používán, resp. bez vložených nástrojů. Předpokládáme, že taková stabilita nemá pro zadavatele význam.“

Dotaz:

a) Můžete prosím upřesnit, zda akceptujete dělení ceny pracovního roztoku i za předpokladu, že po započítaný počet dnů nemůže být roztok používán, ale pouze skladován?

b) Akceptujete vícedenní používání u kyslíkových produktů?“

Odpověď:

a) Zadavatel neakceptuje dělení ceny pracovního roztoku i za předpokladu, že po započítaný počet dnů nemůže být roztok používán, ale pouze skladován.

b) Zadavatel neakceptuje vícedenní používání kyslíkových přípravků.

Dotaz č. 3

„3) V nepodkročitelných požadavcích č. 7 je ve skupině 4A uvedeno, že aspoň dva přípravky skupiny 4A jsou vhodné do systému suchých utěrek s minimálním použitím pracovního roztoku 14 dnů. Jakým způsobem chcete dokladovat tuto „vhodnost“? Samotná stabilita přípravku nestačí. Při společném skladování naředěného přípravku spolu s ubrousky dochází z části k chemické vazbě na utěrky, zčásti ke ztrátě účinné látky tím, že obal netěsní. Pro prokázání stability je jediná možnost. Prokázat po uplynutí doby expirace účinnost utěrek, resp. roztoku testem v praktických podmínkách, vzhledem k druhu aplikace testem s mechanickou akcí.“

Dotaz: Požadujete prokázání účinnosti tímto způsobem?“

Odpověď:

Uchazeč předloží jakýkoliv test, kterým prokáže splnění požadavku na stabilitu a kompatibilitu dezinfekčního prostředku s utěrkami, s minimální použitelností pracovního roztoku 14 dnů. Výše uvedené prokázání účinnosti bude zadavatelem akceptováno.

Dotaz č. 4

„4) V dotazu č. 15 ze dne 21. 7. upřesňujete požadavek prokázání materiálové kompatibility originálem testu z akreditované laboratoře a to jak pro materiály, tak pro zdravotnické prostředky a PC vybavení.

Akreditované laboratoře provádí testy kompatibility na konkrétních materiálech, ze kterých jsou následně vyrobeny zdravotnické prostředky a třeba i PC vybavení. Tyto materiály musí být přesně specifikovány. Zdravotnické prostředky, PC vybavení i v rámci portfolia třeba i jediného výrobce mají obrovskou variabilitu, natož bez specifikace druhu a konkrétního výrobce. Jakou akreditovanou metodou může akreditovaná laboratoř sumárně otestovat tak širokou a rozmanitou skupinu, jako je PC vybavení, což jsou navíc elektrické přístroje? U flexibilních endoskopů, které jsou velmi drahé a citlivé a z mnoha materiálů, stačí pro toto výběrové řízení vyjádření jediného výrobce, ačkoli materiálové spektrum je velmi široké.

Dotazy:

a) Originál testu je uložen na centrále firmy a nelze ho vydat. Je možno jej nahradit kopií nebo tzv. „statementem“, tj. prohlášením, vydaným zahraniční centrálou firmy na základě testů akreditovaných laboratoří?

b) Je tedy možné tuto skutečnost doložit kopií testu nebo akreditovanými laboratořemi podloženým prohlášením na široké spektrum plastů a elastomerů + kovových materiálů a přiložit testování některých výrobců ZP, jako jsou UZ sondy, mamografy a třeba výrobce křesel a lehátek s potahy z koženky?“

Odpověď:

Odpověď na dotazy a) a b): Dle odpovědi na dotaz č. 15 z 21. 7. 2016 zadavatel požaduje doložení testů materiálové kompatibility provedené v nezávislé laboratoři, prokazující snášenlivost přípravku testovaným materiálem, a to ve vztahu k materiálům, resp. ZP vyjmenovaným výše v dotazu b). Dokument musí být předložen v původním znění a v českém překladu. Pro splnění požadavku je možné předložit test v kopii v původním znění a současně i v českém překladu, ideálně s originální tlumočnickou doložkou (originální tlumočnická doložka není podmínkou pro splnění požadavku).

Dotaz č. 5

„5) V odpovědích na dotazy ze dne 21. 7. jste ve skupině 3A připustili, že přípravek na pozici 3 nemusí mít účinnost na TBC, kdežto ostatní dva ano, přičemž jste zkrátili dobu expozice všech přípravků ve skupině, ze 60 na 30 min.

Tím se ale dostanete do situace, kdy při střídání jeden přípravek bude bez účinnosti na TBC a druhý s účinností na TBC, ale musí být schopen jí dosáhnout za poloviční dobu, než v původním zadání. To sebou přináší většinou zvýšení koncentrace a tím nákladů a střídání bude naprosto nerovnoměrné.

Pokud budete chtít střídat tekuté prostředky, týká se tato nerovnoměrnost skupiny aminů.

Přípravky s účinností na TBC se používají omezeně, nikoli běžně.

Dotaz: Je tedy možné, aby aminový přípravek byl používán v expozici na 30 min bez TBC, nicméně by musel být nabídnut takový, který v případě potřeby účinnost na TBC do 1 hod poskytne? Mohl by být pak používán v případě výskytu TBC i do dvojice na střídání s přípravkem na bázi peroxosloučenin.“

Odpověď:

Zadavatel trvá na zadání upraveném dne 21. 7. 2016 na základě dodatečných informací, to znamená, že je třeba nabídnout aminový přípravek s účinností A(B)T(V) s expozicí 30 minut.

S pozdravem

Ing. Eva Tomášová
ředitel

Dne: 27. 9. 2016