

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

Druh zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 zákona
Název veřejné zakázky: Dodávka automatického zařízení pro dávkování radiofarmaka
Evidenční číslo zakázky: P-2016-2

Zadavatel:	Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
Zastoupena:	MUDr. Lukášem Velevem, MHA
Sídlo:	Vrchlického 59, 586 33 Jihlava
IČ: 0090638	DIČ: CZ00090638
Bankovní spojení:	18736-681/0100, KB, a.s.
e-mail:	sekretariat@nemji.cz
tel:	567 157 540
fax:	567 301 212

- 1) Zadavatel byl účastníkem zadávacího řízení osloven žádostí o dodatečné informace k zadávacím podmínkám výše uvedené zakázky.

Tímto odpovídá na položený dotaz. Odpověď se uveřejňuje na profilu zadavatele stejným způsobem a na stejném místě jako zadávací dokumentace a zároveň je odesílána tazateli.

Dotaz

Pro jakou objemovou aktivitu radiofarmaka je požadováno splnění technické specifikace?

Odpověď zadavatele:

Splnění technické specifikace je požadováno pro objemovou aktivitu v rozmezí 800 – 1500 MBq/ml. Přičemž zadavatel připouští ředění.

- 2) Zadavatel dále doplňuje text v bodě 6 tabulky s technickou specifikací, kde vinou písmařské chyby chybí dokončení věty. Text v tabulce má správně znít: „Přístroj musí být dostatečně stíněný, aby nedocházelo ke zbytečné expozici obsluhujícího personálu - maximální dávkový příkon ve vzdálenosti 30 cm od povrchu **při aktivitě 20 GBq**“. Za chybu se omlouváme.

Lhůta pro podání nabídek neprodlužuje, protože povaha uveřejňovaného vysvětlení zadávací dokumentace nerozšiřuje okruh možných účastníků zadávacího řízení.

V Jihlavě dne

.....
MUDr. Lukáš Velev, MHA
ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace