



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Zadavatel:	Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
sídlo zadavatele:	Husova 2624, 580 22 Havlíčkův Brod
zastoupený:	Mgr. Davidem Rezničenkem, MHA
IČO:	00179540
název VZ:	Dodávka přístrojového vybavení pro diagnostiku
druh zadávacího řízení:	nadlimitní veřejná zakázka/otevřené řízení
ev. č. VZ u zadavatele:	VZ/18/2016
ev. č. ve Věstníku veřejných zakázek	642 971

Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky na dodávky obdržel dne 11. 1. 2017 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Přesné znění žádosti o vysvětlení a vyjádření zadavatele k této žádosti je uvedeno níže.

Dotaz
Znění dotazu č. 1:
Dotaz č. 1 Zadavatel ve 4. části veřejné zakázky požaduje dodání zmrazovače plazmy a biologického termostatu. Tyto přístroje disponují větší vahou a rozměry. Účastník zadávacího řízení by pro řádnou kalkulaci nabídkové ceny potřeboval upřesnit transportní cestu. Mohl by zadavatel blíže specifikovat transportní cestu (jedná se především o šíři dveřních otvorů, využití výtahů či nutnost transportu po schodech) až na konečné místo instalace?
Stanovisko zadavatele – vysvětlení:
Přístroje je možné složit na rampě nemocnice při SZM (sklad zdravotnického materiálu), poté výtahem do 1. PP - rozměr dveří výtahu 1250 x 2000 mm - délka výtahu 2400 mm - nosnost 2500 kg Rozměr dveří na trase do oddělení - 1200 x 2000 mm Rozměr dveří do místnosti pro umístění - 900 x 1970 mm

Uveřejnění vysvětlení:

Vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno stejným způsobem, jakým byla uveřejněna zadávací dokumentace, neomezeně a přímým dálkovým způsobem, tj. na profilu zadavatele:

https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_194.html

V Havlíčkově Brodě dne 13. 1. 2017

3	Nemocnice Havlíčkův Brod
	příspěvková organizace
3	Husova 2624
	580 22 Havlíčkův Brod

Mgr. David Rezničenko, MHA
ředitel
Nemocnice Havlíčkův Brod,
příspěvková organizace