



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Zadavatel:	Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
sídlo zadavatele:	Husova 2624, 580 22 Havlíčkův Brod
zastoupený:	Mgr. Davidem Rezničenkem, MHA
IČO:	00179540
název VZ:	Dodávka přístrojového vybavení pro diagnostiku
druh zadávacího řízení:	nadlimitní veřejná zakázka/otevřené řízení
ev. č. VZ u zadavatele:	VZ/18/2016
ev. č. ve Věstníku veřejných zakázek	642971

Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky na dodávky obdržel dne 12. 1. 2017 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Přesné znění žádosti o vysvětlení a vyjádření zadavatele k této žádosti je uvedeno níže.

Dotaz
Znění dotazu č. 1:
Dotazy se týkají části 2 VZ
Ultrazvukový přístroj kardiologie neonatologie
Zadavatel požaduje:
"min. 15-ti palcový dotykový monitor s vysokým rozlišením, s možností sklánění monitoru, jeho zcela na UZ přístroji nezávislého stranového natáčení"
<i>Základem dobrého zobrazení u přenosného přístroje je kvalitní monitor s antireflexní vrstvou (matný) pro potlačení nežádoucích odrazů - přístroj není běžně používán v zatemněném prostředí, nýbrž u lůžka pacienta. Další podmínkou kvalitního zobrazení je čistota monitoru, což u dotykových monitorů je docela komplikované udržet. Dotykové displeje obecně vyžadují častější čištění a údržbu.</i>
Bude zadavatel akceptovat 15" LED monitor matný s vyšší svítivostí pro práci v nezatemněném prostředí, bez možnosti dotykového ovládání se standardním sklápěním?
Stanovisko zadavatele – vysvětlení:
Ano, bude.
Znění dotazu č. 2:
"dynamický rozsah přístroje minimálně 265dB"
<i>V běžné praxi se používá hodnoty dynamického rozsahu od cca 80 do 160dB. Požadavek na 265dB dynamického rozsahu spatřujeme jako přebytný.</i>
Bude zadavatel akceptovat přístroj s dynamickým rozsahem 200dB, což bezpečně postačuje pro požadované aplikace?
Stanovisko zadavatele – vysvětlení:
Ano, bude.
Znění dotazu č. 3:
"včetně výškově stavitelného mobilního vozíku s 5 brzděnými kolečky a adaptéru pro připojení min. 3 sond"
<i>Dobrou stabilitu a mobilitu lze docílit také s čtyřkolovým vozíkem. Obecně lze konstatovat, že na mobilitu přístroje má největší vliv velikost koleček, nikoliv</i>



počet (větší kolečka = lepší zdolávání překážek - prahy, přechodové lišty, výtahy, ...).

Bude zadavatel akceptovat přístroj mající čtyři zvětšená brzděna kolečka pro snadnější pohyb?

Stanovisko zadavatele – vysvětlení:

Ano, bude

Znění dotazu č. 4:

fázová kardiologická sonda k vyšetřování srdcí novorozenců, s velmi kvalitním PW a CW dopplerovským zobrazením a s technologií single crystal technology pro zvýšení axiální rozlišovací schopnosti, cca 2-9 MHz, 90 deg."

Výrobce doporučuje pro uvedené použití sondu s technologií single crystal s frekvenčním rozsahem 3-8MHz.

Bude zadavatel akceptovat sondu s fr. rozsahem 3-8MHz?

Stanovisko zadavatele – vysvětlení:

Ano, bude.

Znění dotazu č. 5:

"Mikrokonvexní sonda k vyšetřování novorozeneckých hlaviček a bříšek a k vyšetřování novorozenců se sníženou porodní hmotností, cca 4-13 MHz, 100 deg"

Výrobce doporučuje pro uvedené použití mikrokonvexní sondu 5-9MHz.

Bude zadavatel akceptovat mikrokonvexní sondu s fr. rozsahem 5-9MHz?

Stanovisko zadavatele – vysvětlení:

Ano, bude.

Znění dotazu č. 6:

UZ diagnostický prémiové třídy včetně uz sond (lineární, konvexní) pro interní oddělení

- Dotykový LCD displej pro úpravu zobrazení a pro měření, min. 10,4" s nastavením jasu displeje (10.1")

Bude zadavatel akceptovat přístroj s pomocnou dotykovou obrazovkou o velikosti 10,1?

Stanovisko zadavatele – vysvětlení:

Ano, bude.

Znění dotazu č. 7:

držák kabelů sond s plynule nastavitelnou délkou a výškou a možností sklánění

Vedení kabelu pomocí popsaného držáku bylo často používáno v minulosti. Výrobci dnešních přístrojů řeší vedení kabelu jinak z pravidla háčky pod ovládacím panelem nebo kolem něho, což umožňuje větší flexibilitu sond při vyšetřování v méně přístupných oblastech.

Bude zadavatel trvat na přístroji s držákem kabelů sond s plynule nastavitelnou délkou a výškou a možností sklánění?

Stanovisko zadavatele – vysvětlení:

Ne, nebude trvat.



Uveřejnění vysvětlení:

Vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno stejným způsobem, jakým byla uveřejněna zadávací dokumentace, neomezeně a přímým dálkovým způsobem, tj. na profilu zadavatele:

https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_194.html

V Havlíčkově Brodě dne 16. 1. 2017

3	Nemocnice Havlíčkův Brod
	<i>příspěvková organizace</i>
3	Husova 2624
	580 22 Havlíčkův Brod

Mgr. David Rezníčenko, MHA
ředitel
Nemocnice Havlíčkův Brod,
příspěvková organizace