

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1

1.1. Název veřejné zakázky:	RTG zobrazovací modalita
1.2. Evidenční číslo veřejné zakázky:	F2017-000227
1.3. Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace
Sídlo:	Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč
IČ:	00839396
1.4. Veřejná zakázka podle předmětu:	Dodávky
1.5. Forma zadávacího řízení:	Otevřené řízení
1.6. Limit veřejné zakázky:	Nadlimitní

Na základě žádostí dodavatele poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace.

DOTAZ 1

Předmět dotazu:

Zadavatel stanovil následující minimální technický parametr na CT přístroj:

– *min. 64-vrstvý (min. 64 nezávislých akvizičních kanálů) multidetektorový CT přístroj vyšší kategorie, který umožní kvalitní akvizici při optimalizovaných nízkých dávkách pro dětské i dospělé pacienty při širokém spektru vyšetření: vyšetření mozku, hrudníku, břišní dutiny, ortopedické vyšetření atd.*

Uvedený parametr se vztahuje k detekčnímu systému, není nám však zcela jasné, jaký medicínský účel zadavatel tímto požadavkem sleduje. Interpretace počtu vrstev či akvizičních kanálů může být u každého výrobce jiná. Někteří výrobci mohou termínem 64-vrstev nebo 64-kanálů popisovat technické řešení, které je používáno za jiným účelem, než který sleduje zadavatel. Zcela jasně vymezujícím parametrem, který určuje, jakého lze dosáhnout objemového pokrytí během skenování pacienta, je šířka detektoru v ose Z měřená v izocentru. U multidetektorového CT přístroje vyšší kategorie, který je zadavatelem požadován, se pohybuje šířka detektoru v rozmezí 32 – 40 mm. Bez udání požadavku na šířku detektoru však může zadavatel obdržet nabídku na CT přístroj, který bude vybaven detektorem širokým méně než 20 mm, byť by byl nazýván 64-vrstvým. V takovém případě by zadavatel porovnával zcela neporovnatelné kategorie CT přístrojů.

Dotaz:

Pokud zadavatel požaduje min. 64-vrstvý (min. 64 nezávislých akvizičních kanálů) multidetektorový CT přístroj vyšší kategorie, bude akceptovat i nabídku CT přístroje obsahující detektor tvořený 32 detektorovými řadami s celkovou šířkou v izocentru v ose Z menší než 20 mm?

ODPOVĚĎ 1

Zadavatel trvá na stávajících minimálních technických parametrech uvedených v zadávací dokumentaci. Rozhodnutí, zda zadavatel bude akceptovat konkrétní řešení, a zda podaná nabídka splnila minimální technické parametry, spadá do pravomoci hodnotící komise.

DOTAZ 2

Žádáme zadavatele o vyjasnění následujícího problému:

Zadavatel ve svazku 1 Příloha č. 1 – Minimální technické parametry – Komplet CT požaduje:

- *min. 64-vrstvý (min. 64 nezávislých akvizičních kanálů) multidetektorový CT přístroj vyšší kategorie, který umožní kvalitní akvizici při optimalizovaných nízkých dávkách pro dětské i dospělé pacienty při širokém spektru vyšetření: vyšetření mozku, hrudníku, břišní dutiny, ortopedické vyšetření atd.*

Popis detekčního systému zcela jasně nespecifikuje, zda zadavatel požaduje CT přístroj s 64 detektorovými řadami (64 MDCT) nebo připouští i CT přístroj pouze s 32 detektorovými řadami a systémem FFS. (někdy označovaným jako 64 MSCT)

Vzhledem k požadavku zadavatele na kardio software a hardware, který v technické specifikaci charakterizuje jako „kardiologická diagnostika musí být s pokrytím celého srdce s co nejlepším časovým rozlišením“ a k požadavku zadavatele na CT přístroj vyšší kategorie usuzujeme, že předmětem VŘ by měl být 64 MDCT přístroj, který se svými vlastnostmi od 32 MDCT výrazně liší.

Jelikož však zadavatel nespecifikuje šířku detektoru v ose Z, která jasně charakterizuje výše popsanou nejasnost v technické specifikaci, rádi bychom požádali zadavatele o upřesnění a vyjasnění ZD. Jelikož se šířka detektoru v ose Z u CT přístroje s 64 detektorovými řadami pohybuje v rozmezí od 32 mm až do 40 mm a u 32 detektorového CT je šířka detektoru v ose Z menší než 20 mm.

Dotaz:

Připouští zadavatel dodání CT přístroje pouze s 32 detektorovými řadami se systémem FFS a velikostí detektoru v ose Z menší než 20 mm?

ODPOVĚĎ 2

Viz odpověď 1