



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Zadavatel:	Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
sídlo zadavatele:	Husova 2624, 580 22 Havlíčkův Brod
zastoupený:	Mgr. Davidem Rezničenkem, MHA
IČO:	00179540
název VZ:	Dodávka přístrojového vybavení pro diagnostiku
druh zadávacího řízení:	nadlimitní veřejná zakázka/otevřené řízení
ev. č. VZ u zadavatele:	VZ/18/2016
ev. č. ve Věstníku veřejných zakázek	642971

Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky na dodávky obdržel dne 18. 1. 2017 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Přesné znění žádosti o vysvětlení a vyjádření zadavatele k této žádosti je uvedeno níže.

Dotaz
Znění dotazu č. 1:
Dotazy se týkají části 4 VZ Doplňující dotaz týkající se změny v technické specifikaci biologického termostatu: Bude prosím zadavatel akceptovat přístroj s prostorovou / časovou odchylkou při nastavené pracovní teplotě 0,8/0,2 °C?
Stanovisko zadavatele – vysvětlení:
Ano, bude
Znění dotazu č. 2:
Rad bych se zeptal, zda bude zadavatel akceptovat zmrazovac plazmy s následujícími vlastnostmi: kontaktní sokovy zmrazovac plazmy horizontální vkladání plazmy optimální rozložení tlaku na vaky díky inovativnímu rozložení chladicích desek , ochrana, bezpečnost, optimalizace tvaru a maximalizace mrazicího účinku zmrazovací kapacita v jednom cyklu mrazení min. 40 krevních vaků s plazmou o objemu až 450 ml min. 16 krevních vaků s plazmou o objemu až 1000 ml flexibilní pro různé plnění a tvary vaků do daného objemu 1000 ml čas zmrazení od 30-60 min na požadovaných -30°C 450 ml vaky - při naplnění min. 40 vaku (obsah 250 ml) - max do 30 min 450 ml vaky - při naplnění min. 40 vaku (obsah 300 ml) - max do 45 min 1000 ml vaky - při naplnění min. 16 vaku (obsah 650 ml) - max do 45 min 1000 ml vaky - při naplnění min. 12 vaku (obsah 800 ml) - max do 55 min kontaktní zmrazování - horní a dolní chladicí platforma v nerezovém provedení chlazení vzduchem možnost vkladání další vaky ke zmrazení ihned po ukončení předchozího zmrazovacího cyklu snadná údržba, celonerezové, mechanicky odolné provedení plně automaticky provoz, mikroprocesorové řízení, alarmové systémy kontrolující správné teploty displej na přístroji pro nastavení a kontrolu nastavených údajů integrovane PC, monitor, tiskarna, čtečka čárových kódů software v cestě pro monitoring procesu zmrazování vc. databáze cyklu včetně příslušenství potřebného k uvedení do provozu



NEMOCNICE
HAVLÍČKŮV
BROD

Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, Husova 2624, 580 22 Havlíčkův Brod, tel. 569 472 167,
e-mail: monika.chladova@onhb.cz, web: www.onhb.cz

Stanovisko zadavatele – vysvětlení:

NE. Zadavatel trvá na původním zadání.

Uveřejnění vysvětlení:

Vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno stejným způsobem, jakým byla uveřejněna zadávací dokumentace, neomezeně a přímým dálkovým způsobem, tj. na profilu zadavatele:

https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_194.html

V Havlíčkově Brodě dne 20. 1. 2017

3	Nemocnice Havlíčkův Brod
	<i>příspěvková organizace</i>
3	Husova 2624
	580 22 Havlíčkův Brod

Mgr. David Rezničenko, MHA
ředitel
Nemocnice Havlíčkův Brod,
příspěvková organizace