

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 3

1.1. Název veřejné zakázky:	RTG zobrazovací modalita
1.2. Evidenční číslo veřejné zakázky:	F2017-000227
1.3. Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace
Sídlo:	Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč
IČ:	00839396
1.4. Veřejná zakázka podle předmětu:	Dodávky
1.5. Forma zadávacího řízení:	Otevřené řízení
1.6. Limit veřejné zakázky:	Nadlimitní

Na základě žádostí dodavatele poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace.

DOTAZ 1

- část 2, RTG1 a RTG2 (Stacionární digitální skiagrafický přístroj)

Zadavatel v technických specifikacích pro vysokofrekvenční generátor požaduje rozsah proudu min. 10-900 mA.

Bude zadavatel akceptovat i VF generátor s rozsahem proudu 10-800 mA?

DOTAZ 2

- část 2, RTG3 (Stacionární digitální skiaskopicko-skiagrafický přístroj)

Zadavatel v technických specifikacích požaduje sklápění systému min. +90°/-90° s nástupní výškou nad podlahou 63 cm.

Bude zadavatel akceptovat moderní skiaskopicko-skiagrafický přístroj světového výrobce, který disponuje sklápěním v rozsahu +90°/-25° s minimální nástupní výškou 64 cm? Takové řešení nikterak neomezí šíři prováděných vyšetření, neboť předpokládáme, že pacienti nebudou během vyšetření v poloze hlavou dolů v úhlu vyšším než 25°.

DOTAZ 3

- část 2, RTG3 (Stacionární digitální skiaskopicko-skiagrafický přístroj)

Zadavatel v technické specifikaci dynamického plochého detektoru požaduje velikost obrazového detektoru (vstupního pole) min. 41 cm × 41 cm s velikostí bodu max. 150 µm.

Digitální detektory splňující zadanou velikost jsou standardně detektory fixní. Bude zadavatel akceptovat dodání přenosného dynamického detektoru jakožto výhodnější řešení, přestože jeho velikost je 35 cm × 43 cm a velikost bodu 160 µm?

DOTAZ 4

- část 2, RTG3 (Stacionární digitální skiaskopicko-skiagrafický přístroj)

Zadavatel v technické specifikaci vysokofrekvenčního generátoru požaduje tepelnou kapacitu RTG lampy 800 KHU.

Bude zadavatel akceptovat dodání systému světového výrobce s RTG lampou o tepelné kapacitě 600 KHU?

Zadavatel obdržel dne 25. 1. 2017 výše uvedenou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. V tuto chvíli zadavatel zpracovává odpověď na tuto žádost. Řádné vysvětlení zadavatel předá v rámci následujícího Vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel předpokládá uveřejnění tohoto vysvětlení tento týden s tím, že o délku prodloužení s odpovědí bude prodloužena lhůta pro podání nabídek.