

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 5

1.1. Název veřejné zakázky:	RTG zobrazovací modality
1.2. Evidenční číslo veřejné zakázky:	F2017-000227
1.3. Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace
Sídlo:	Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč
IČ:	00839396
1.4. Veřejná zakázka podle předmětu:	Dodávky
1.5. Forma zadávacího řízení:	Otevřené řízení
1.6. Limit veřejné zakázky:	Nadlimitní

Na základě žádostí dodavatele poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace.

DOTAZ 1

Předmět dotazu:

Zadavatel v Příloze č. 1 - Minimální technické parametry Stacionární digitální skiagrafický přístroj (RTG1), zadávací dokumentace, požaduje v části Detektory a expozice „Samostatné digitální ploché detektory typu Csl na obou pracovních místech a jeden pro snímkování mimo vyšetřovací nářadí. DQE minimálně 66 %.“

Dále zadavatel v Příloze č. 1 - Minimální technické parametry Stacionární digitální skiagrafický přístroj (RTG2), zadávací dokumentace, požaduje v části Detektory a expozice – „Samostatné digitální ploché detektory typu Csl na obou pracovních místech, detektory musí být plně kompatibilní s detektory z druhého požadovaného RTG skiagrafického systému a vhodné pro případnou zaměnitelnost. DQE minimálně 66 %.“

Dotaz 1:

Splní uchazeč podmínku ZD, pokud nabídne dle požadavků části Detektory a expozice takto:

Pro RTG1: Vyšetřovací stůl: fixní detektor typu Csl s aktivní plochou 42x42 cm a hodnotou DQE 65 %

 Vertigraf: fixní detektor typu Csl s aktivní plochou 42x42 cm a hodnotou DQE 65 %

 Snímkování mimo nářadí: bezdrátový přenosný detektor typu Csl s akt. plochou min. 34x42 cm a hodnotou DQE 66 %.

Pro RTG2: Vyšetřovací stůl: bezdrátový přenosný detektor typu Csl s akt. plochou min. 34x42 cm a hodnotou DQE 66 %

 Vertigraf: fixní detektor typu Csl s aktivní plochou 42x42 cm a hodnotou DQE 65 %

Přičemž pouze takto bude zaručena podmínka kompatibility a zaměnitelnosti přenosného detektoru mezi RTG1, RTG2 a RTG4?

ODPOVĚĎ 1

DOTAZ 2

Předmět dotazu:

Zadavatel v Příloze č. 1 - Minimální technické parametry Stacionární digitální skiagrafický přístroj (RTG1 a RTG2), zadávací dokumentace, požaduje v části Dosimetrie „Systém měření dávky na pacienta komůrkou integrovanou v primární cloně.“

Námi dodávaný systém disponuje funkcí integrovanou přímo v generátoru vysokého napětí a poskytující kvantitativní údaje o dávce na pacienta, které vyhovují všem nárokům na radiační bezpečnost. Tyto údaje o dávce na pacienta jsou spolu s expozičními parametry, jako jsou údaje o napětí, proudu a času expozice, dále zpracovány a uloženy ke každému snímku pacienta. Stejně tak lze tyto údaje využít pro tvorbu strukturovaných dávkových reportů. Toto řešení vyhovuje rovněž požadavkům SÚJB a NRS a podléhá pravidelným kontrolám.

Dotaz 2:

Splní uchazeč podmínku ZD, pokud nabídne dle požadavků části Dosimetrie pro stanovení dávky na pacienta obdobné řešení vyhovující nárokům na kvantifikaci dávky?

ODPOVĚĎ 2

DOTAZ 3

Předmět dotazu:

Zadavatel v Příloze č. 1 - Minimální technické parametry Stacionární digitální skiagrafický přístroj (RTG1 a RTG2), zadávací dokumentace, požaduje v části Pracovní místa „Dotyková obrazovka pro ovládání zobrazení expozičních údajů, identifikačních údajů pacienta, úhlu náklonu, SID a možnost nastavení expozice na dotykové obrazovce stropního závěsu.“

Dotaz 3:

Splní uchazeč podmínku ZD, pokud nabídne display dotyková obrazovka (nebo displej s ergonomickými ovládacími prvky v okolí) pro ovládání RTG zářiče a zobrazení expozičních údajů, identifikačních údajů pacienta, úhlu náklonu, SID?

ODPOVĚĎ 3

DOTAZ 4

Předmět dotazu:

Zadavatel v Příloze č. 1 - Minimální technické parametry Stacionární digitální skiaskopicko – skiagrafický přístroj (RTG3), zadávací dokumentace, požaduje v úvodu dodání systému určeného pro široké spektrum skiagrafických a skiaskopických vyšetření – gastrointestinální vyšetření, urologická vyšetření, plicní snímkování, vyšetření kompletního skeletu, neurologická vyšetření, periferní a abdominální angiografie apod. a dále v části Druhy provozu požaduje DSA pixel shift.

Z přehledu uveřejněném na stránkách MZ (http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/prehled-pristroju_2085_1630_3.html) vyplývá, že skiaskopicko-skiagrafický přístroj není primárně určen pro vaskulární výkony a jejich provádění na tomto přístroji je možné pouze v omezené míře.

Dotaz 4:

Splní uchazeč podmínky ZD, pokud nabídne Skiaskopicko-skiagrafický přístroj, který nedisponuje funkcí DSA pixel shift (digitální subtrakční angiografii)?

Naše společnost je významným globálním výrobcem a dodavatelem špičkové zobrazovací techniky a proto považujeme naši účast ve VZ pro Zadavatele žádoucí. Pouze stanovením technických podmínek v souladu se ZVZ, může Zadavatel jako správný hospodář dosáhnout výrazně lepší nabídkové ceny i celkové efektivity Veřejné zakázky, pouze tehdy bude-li Veřejná zakázka reálně soutěžena více uchazeči, mezi nimiž dojde ke skutečnému působení konkurence. Věříme, že zájmem Zadavatele je získání skutečně nejv(y)hodnější nabídku. V případě zamítnutí našich dotazů nebudeme schopni účasti v této veřejné zakázce.

ODPOVĚĎ 4

Zadavatel obdržel dne 26. 1. 2017 výše uvedenou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. V tuto chvíli zadavatel zpracovává odpověď na tuto žádost. Řádné vysvětlení zadavatel předá v rámci následujícího Vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel předpokládá uveřejnění tohoto vysvětlení tento týden s tím, že o délku prodloužení s odpovědí bude prodloužena lhůta pro podání nabídek.