

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 8

1.1. Název veřejné zakázky:	RTG zobrazovací modality
1.2. Evidenční číslo veřejné zakázky:	F2017-000227
1.3. Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace
Sídlo:	Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč
IČ:	00839396
1.4. Veřejná zakázka podle předmětu:	Dodávky
1.5. Forma zadávacího řízení:	Otevřené řízení
1.6. Limit veřejné zakázky:	Nadlimitní

Na základě žádostí dodavatele poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace.

DOTAZ 1

Zadavatel v ZD požaduje v čl. 9.3.

- aby RTG přístroje byly dodány od stejného výrobce. Podmínka zadavatele je stanovena z důvodu získání homogenního uživatelského prostředí na podklad softwaru jednoho výrobce, jednotného ovládání, Zároveň jsou jednotné servisní zásahy i servisní smlouvy, komunikace pouze s jednou firmou.

Zadavatel podmiňuje požadavek na stejného výrobce homogenním uživatelským prostředím na podkladě softwaru jednoho výrobce, jednotného ovládání bezproblémové kompatibility přenosů dat včetně jednotné komunikace dat ze zdrojů se systémy PACS i NIS. **V technické specifikaci však u žádné modality není uveden požadavek na uvedení názvu, typu ovládací konzole či názvu akvizičního software. Ani při prokázání technické kvalifikace nepožaduje zadavatel doložit dodávky za každou z poptávaných modalit tj. DR skiagrafií: skiagraficko-skiaskopickou sklopnou stěnu a pojízdný DR přístroj.**

Jakým způsobem si zadavatel ověří, že jeho požadavky jsou akceptovány pro všechny poptávané modality, když i světoví výrobci si nechávají často svoje produkty vyrábět u jiných regionálních firem v jiných zemích než je místo původu. Jistota, že několik různých RTG modalit bude opravdu splňovat výše uvedenou podmínku zadavatele jen tím, že se jedná o stejného výrobce, je přinejmenším nepodložená až naivní.

Máme za to, že tento požadavek je diskriminační, má za účel pouze zúžit počet uchazečů, ale z praktického hlediska je bezvýznamný. Jednotná servisní podpora pro všechny modality je naopak požadavkem zcela relevantním, ale ta zdaleka nemusí mít vazbu na jednoho výrobce.

Navíc komunikaci se systémy PACS a NIS zvládají všechny moderní RTG přístroje bez ohledu na výrobce.

ODPOVĚĎ 1

Zadavatel veřejné zakázky Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace zřizuje nové centrální pracoviště zobrazovacích metod, které bude vybaveno i RTG zobrazovacími modalitami. Zadavatel chce vybavit toto pracoviště RTG modalitami jednoho výrobce.

Uvedený požadavek Zadavatele je v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zejména je v souladu s § 6, kdy zadavatel postupuje transparentně, přiměřeně a dodržuje zásadu rovného zacházení a zákazů diskriminace.

Diskriminací z pohledu veřejných zakázek je chápán rozdílný přístup k jednotlivým dodavatelům resp. ztížení účasti či vyloučení konkrétního dodavatele či skupiny dodavatelů. Tento pojem nelze zaměňovat s vymezením předmětu zakázky. Stanovením zadávacích podmínek vždy dochází k omezení počtu potenciálních dodavatelů, přičemž zadavatel musí postupovat v souladu s § 36 (1) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:

"Zadávací podmínky nesmí být stanoveny tak, aby určitým dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže."

Požadavek na jednoho výrobce jednoznačně přímo ani nepřímo nezaručuje určitým potenciálním dodavatelům konkurenční výhodu. Každý dodavatel RTG modalit může nabídnout předmět plnění od jednoho z výrobců, kterého dodavatel zastupuje a současně také může více dodavatelů nabídnout RTG modalit stejného výrobce.

Požadavek nevytváří ani překážku v hospodářské soutěži, uvedené zadávací podmínky dle průzkumu trhu splňují minimálně 4 výrobci a tudíž i minimálně 4 a více dodavatelů. Je tak zcela jednoznačně dosaženo hospodářské soutěže.

Požadavek na jednotného výrobce bude Zadavatel ověřovat dle § 79 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, přesněji doložením Prohlášení o shodě, kde musí být uveden výrobce uvedené RTG modalit.

Zadavatel dále informuje, že dle obecných pravidel pro žadatele a příjemce dotací z IROP (integrováný regionální operační program) předložil zadávací podmínky k posouzení na CRR (Centrum pro regionální rozvoj ČR), které provedlo posouzení zadávacích podmínek a následně vydalo kladné stanovisko CRR.

DOTAZ 2

Zadavatel ve Svazku 1, příloha č. 1. - Minimální technické parametry Stacionární digitální skiaskopicko-skiagrafický přístroj (RTG3) požaduje:

- požadované komponenty sestavy: dálkově ovládaná výškově nastavitelná skiaskopicko-skiagrafická sklopná stěna s deskou stolu pojízdnou v obou směrech a rentgenkou nad deskou stolu včetně automatické clony, s plochým detektorem pro digitální snímkování

Umožní zadavatel účast uchazeči, jež nabízí originální řešení světového výrobce, které však nedisponuje deskou stolu pojízdnou v obou směrech, ale jen ve směru příčném? Podélný pohyb je nahrazen sdruženým pohybem rentgenky a detektoru v rozsahu 162 cm s možností přístupu personálu k pacientovi ze všech stran a pokrytí vyšetřovaného objektu v délce až 205 cm. Máme za to, že toto řešení je vhodnější vzhledem k řadě vyšetření, kde není vhodné pohybovat pacientem.

Na základě těchto skutečností žádáme zadavatele o posouzení těchto požadavků a o příslušné změny v zadání VZ a prodloužení doby pro odevzdání nabídek.

Věříme tomu, že zadavatel má zájem na účasti více uchazečů v této veřejné zakázce a že tudíž svým rozhodnutím k výše uvedeným dotazům přispěje k transparentnosti soutěže.

ODPOVĚĎ 2

Potenciální dodavatel v dotazu uvádí, že využívá odlišné technické řešení, které je kvalitativně vhodnější resp. tak splňuje požadovaný účel. Dle dosavadní praxe ÚHOS by Zadavatel měl takové řešení akceptovat. Zadavatel ale nemůže nyní provést posouzení, zda skutečně odlišné technické řešení odpovídá kvalitativně požadovaným zadávacím podmínkám, protože Zadavatel k provádění těchto úkonů pověřil dle § 42 zákona č. 134/2016 Sb., o zadává-

RTS, a.s. | Lazaretní 13 | 615 00 Brno

Zapsána u Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl B, vložka 2671

IČO: 25533843 | DIČ: CZ25533843

ní veřejných zakázek hodnotící Komisi. Rozhodnutí o akceptování odlišného technického řešení resp. jeho kvalitativní posouzení přísluší hodnotící Komisi a bude provedeno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek při hodnocení nabídek.

Tel.: 545 120 211 | Fax: 545 120 210

E-mail: rts@rts.cz | www.rts.cz

KB Brno venkov, č.ú. 446942-641/0100

