



Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace

592 31 Nové Město na Moravě, Žďárská ul. 610

Tel.: 566 801 602, fax: 566 801 609, e-mail: alena.sevcikova@nnm.cz

IČO:00842001 DIČ: CZ00842001

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění

(dále jen „zákon“)

Zadavatel:	Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace
sídlo zadavatele:	Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě
zastoupený:	JUDr. Věrou Palečkovou
IČO:	00842001
název VZ:	Plicní ventilátory
druh zadávacího řízení:	podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v režimu nadlimitních veřejných zakázek v otevřeném řízení
ev.č. VZ ve Věstníku veřejných zakázek:	Z2017-004334
ev. č. VZ u zadavatele:	03/17/VZ

Zadavatel shora uvedené nadlimitní veřejné zakázky na dodávky obdržel dne 9.3.2017. Žádost o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 zákona. Doslovné znění dotazů včetně odpovědí zadavatele na ně jsou uvedeny níže.

Dotaz č. 1
Znění dotazu:
<p>V příloze č. 2 zadávací dokumentace – Technická specifikace, je uveden technický požadavek na předmět plnění s pořadovým číslem 5 „<i>automatický režim pro pacienty s dechovou aktivitou i bez dechové aktivity s automatickou regulací frekvence řízených dechů, inspiračních tlaků/tlakové podpory a I:E dle měření plicní mechaniky.</i>“</p> <p>Z běžně dostupných informací jsme zjistili, že tento parametr splňují pouze plicní ventilátory jednoho výrobce Hamilton.</p> <p>Připustí zadavatel obdobné technické řešení umožňující akceptaci plicních ventilátorů i jiných výrobců? Bude zadavatel akceptovat nabídku plicních ventilátorů renomovaného nadnárodního výrobce s obdobným technickým řešením regulujícím dechové úsilí pacienta?</p>
Znění odpovědi:
<p>Zadavatel nebude akceptovat nabídku plicních ventilátorů s obdobným technickým řešením regulujícím dechové úsilí pacienta.</p> <p>K dotazu ohledně splnění daného požadavku pouze jedním výrobcem zadavatel uvádí následující:</p> <p>Vzhledem k tomu, že předmět veřejné zakázky je financován ze zdrojů EU, musel zadavatel před odesláním žádosti o dotaci realizovat průzkumy trhu, které byly provedeny v souladu se Zákonem č. 137/2016 Sb., o veřejných zakázkách v květnu - červnu 2016. Na základě těchto průzkumů zadavatel sděluje, že jsou mu známi min. <u>3 výrobci</u>, kteří daný požadavek splňují.</p>

Uveřejnění a poskytnutí dodatečných informací

V souladu s článkem 13.3.2 ZD je pro poskytnutí dodatečných informací využito **elektronických prostředků**. Vysvětlení ZD včetně přesného znění žádosti o vysvětlení ZD zadavatel v souladu s § 98 odst. 1 zákona uveřejňuje stejným způsobem, jakým byla uveřejněna ZD, tj. elektronicky, neomezeně a přímým dálkovým přístupem na profilu zadavatele – viz <https://ezak.kr-vysocina.cz/profile/display/196.html>

Vysvětlení ZD zasílá zadavatel současně všem jemu známým dodavatelům, tj. dodavatelům, kterým byla poskytnuta ZD prostřednictvím profilu zadavatele za podmínky, že si **současně!!!** se stažením ZD aktivovali na profilu zadavatele v sekci „Zadávací dokumentace veřejné zakázky“ odběr upozornění na změny v zadávacích podmínkách, resp. dodatečných informací (viz čl. 13.2.1 ZD).

V Novém Městě na Moravě dne 10.3.2017



.....
JUDr. Věra Palečková, ředitelka nemocnice

Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace JUDr. Věra PALEČKOVÁ ředitelka
--