

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 9

1.1. Název veřejné zakázky:	RTG zobrazovací modality
1.2. Evidenční číslo veřejné zakázky:	F2017-000227
1.3. Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace
Sídlo:	Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč
IČ:	00839396
1.4. Veřejná zakázka podle předmětu:	Dodávky
1.5. Forma zadávacího řízení:	Otevřené řízení
1.6. Limit veřejné zakázky:	Nadlimitní

Na základě žádostí dodavatele poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace.

DOTAZ 1

V rámci vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 ze dne 7. 2. 2017 zadavatel v odpovědi na dotaz č. 2, týkající se stacionárních skiagrafických přístrojů (RTG1 a RTG2), zobecňuje požadavek na dozimetrii, viz text: „Vzhledem k různým přístupům ke splnění vyhlášky č. 422/2016 Sb., zadavatel zobecňuje požadavek systém pro měření dávky takto: Systém pro stanovení radiační zátěže pacienta musí poskytovat informaci o součinu kerry a plochy (KAP), která pro skiografii poskytuje odpovídající kvantitativní informaci o ozáření pacienta (viz vyhláška č. 422/2016 Sb., § 77).“

Je možné toto vysvětlení uplatnit i pro část 2, RTG4 – pojízdny skiagrafický přístroj?

Bude tedy zadavatel pro pojízdny skiagrafický přístroj (RTG4) na základě technické specifikace pro dozimetrii akceptovat obdobné řešení umístění DAP metru, který je pevně spojený s primární clonou, jež nelze bez odborného servisního zásahu vyjmout? DAP metr je integrován s generátorem a naměřená data jsou automaticky odesílána do PACS spolu se snímky ve standardním DICOM formátu. Nabízené řešení plně vyhovuje požadavkům uvedeným ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 pro stacionární přístroje.

ODPOVĚĎ 1

Zadavatel zobecněný požadavek na dozimetrii, který vychází z vyhlášky č. 422/2016 Sb., požaduje i u pojízdného skiagrafického přístroje (RTG 4).

INFORMACE 1

Zadavatel na základě výše uvedeného vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje samostatnou přílohou upravenou technickou specifikaci pro část 2) veřejné zakázky (viz Příloha č. 1 - Minimální technické parametry pro RTG 4 – mobilní RTG – část 2). Původní výše uvedená technická specifikace se tímto ruší a nově uveřejněná se stává součástí zadávací dokumentace. Zadavatel žádá dodavatele, aby si tyto změny provedli ve své zadávací dokumentaci a respektovali je.

INFORMACE 2

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a upravuje Oznámení o zahájení zadávacího řízení následovně:

Bod IV.2.2) nově Lhůta pro doručení nabídek:
Datum: **21. 3. 2017** Čas: **10:00 hodin**

RTS, a.s. | Lazaretní 13 | 615 00 Brno

Zapsána u Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl B, vložka 2671

IČO: 25533843 | DIČ: CZ25533843

Bod IV.2.7) nově Podmínky pro otevírání nabídek:

Datum: **21. 3. 2017**

Čas: **10:01 hodin**

Výše uvedená lhůta pro doručení nabídek a podmínky pro otevírání obálek **platí shodně pro obě části veřejné zakázky (část 1 a 2).**

Oprava oznámení o zahájení zadávacího řízení bude zveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek a Úředním věstníku EU.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Minimální technické parametry RTG 4 - mobilní RTG - část 2