



Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace

592 31 Nové Město na Moravě, Žďárská ul. 610

Tel.: 566 801 619, fax: 566 801 609, e-mail: sylva.klementova@nnm.cz

IČO:00842001 DIČ: CZ00842001

Věc: Dodatečné informace č. 1

Zadavatel:	Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace
sídlo zadavatele:	Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě
zastoupený:	JUDr. Věrou Palečkovou
IČO:	00842001
název VZ:	Pasivní antidekubitní matrace
druh zadávacího řízení:	veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky
ev. č. VZ u zadavatele:	VZ/17/05

Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky obdržel dne 13.3.2017 Žádost o dodatečné informace. Doslovné znění dotazu včetně odpovědi zadavatele jsou uvedeny níže.

Dotaz
Znění dotazu:
Zadavatel požaduje širší matrace 86cm. Bude zadavatel akceptovat i širší 85cm? Vzhledem k pružnosti a tvarové flexibilitě matrace by rozdíl 1 cm neměl mít žádný zásadní vliv na používání.
Znění odpovědi:
Ano, zadavatel bude akceptovat širší matrace 85 cm. <i>V té souvislosti zadavatel upravuje požadavek č. 2, uvedený v příloze č. 2 zadávací dokumentace – Technické specifikaci předmětu plnění veřejné zakázky, a to tak, že původní požadavek na šířku matrace 86 cm mění na 85-86cm.</i>

Uveřejnění a poskytnutí dodatečných informací

Dodatečné informace jsou zasílány dodavatelům, kteří byli zadavatelem vyzváni k podání nabídky a dodavatelům, kteří si stáhli výzvu z profilu zadavatele a současně si aktivovali na profilu zadavatele v sekci „Zadávací dokumentace veřejné zakázky“ odběr upozornění na změny v zadávacích podmínkách, resp. dodatečných informací.

Dále jsou dodatečné informace uveřejněny stejným způsobem, jakým bylo uveřejněno úplné znění výzvy, tj. na profilu zadavatele - viz. odkaz: https://ezak.kr-vysocina.cz/contract_display_3739.html

V Novém Městě na Moravě dne 13.3.2017

Nemocnice Nové Město na Moravě,
příspěvková organizace
JUDr. Věra PALEČKOVÁ
ředitelka

JUDr. Věra Palečková
ředitelka nemocnice